

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»
Ю.С. Лебедин
«08» _____ 2019г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам нематод
в сыворотке (плазме) крови «Нематоды IgG-ИФА»

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	К-во в серии	Дата изг. (год-мес)	Годен до (год-мес)
K174	«Нематоды IgG-ИФА»	809	55	2018-10	2020-04

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам нематод в сыворотке (плазме) крови



Instruction for use




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ IgG-АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ НЕМАТОД
В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
«НЕМАТОДЫ IgG-ИФА»

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам нематод в сыворотке (плазме) крови «Нематоды IgG-ИФА»

REF	К174	Серия	809	Изготовлен	2018-10	Годен	2020-04	№ п/п	86
Система набор									
Платинет	1 шт/уп.								
Отрицательный контроль	1 x 2.0 ml/шт								
Положительный контроль	1 x 1.5 ml/шт								
Концентрат антигена	1 x 1.2 ml/шт								
Буфер для разведения концентрата антигена	1 x 12 ml/шт								
ИФА-буфер	1 x 50 ml/шт								
Субстратный раствор									
1-й растворитель (TMB)	1 x 14 ml/шт								
Концентрат оптического раствора	1 x 22 ml/шт								
Стоп-реагент	1 x 14 ml/шт								
Буфер для закаливания платинет	2 шт/уп.								
Инструкция по применению	1 шт/уп.								
Аналитический паспорт	1 шт/уп.								

Набор, не подлежащий возврату. Сыворотка, входящая в состав компонентов.

Набор, не подлежащий возврату. Сыворотка, входящая в состав компонентов.



ООО «ХЕМА»
ПАСПОРТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
QUALITY CONTROL SHEET

Общество с ограниченной ответственностью «ХЕМА»
Паспорт контроля качества № 174/809

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	К-во в серии	Дата изг. (год-мес)	Годен до (год-мес)
K174	«Нематоды IgG-ИФА»	809	55	2018-10	2020-04

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG антител к антигенам нематод в сыворотке (плазме) крови

Условия хранения и транспортировки: +2-8°C




Instruction for use



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ IgG-АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ НЕМАТОД
В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
«НЕМАТОДЫ IgG-ИФА»

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ





ООО «ХЕМА»

«Методы IgG-ИФА» REF P174Z


ПЛАНШЕТ SORB MTP


ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


2020-04 Серия LOT 883


+2-8°C IVD














ООО «ХЕМА»


«Нематоды IgG-ИФА» REF S01124

ИФА-БУФЕР DIL SPE

готов к использованию 50 мл/мл

2020-04 Серия LOT 803

+2-8°C IVD





11

ООО «ЗЕНА»
«Генотокс ИГ-НОА»
РЕФ []
КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА []
БУФ WASH 26X
развести в 26 раз 22 мл/мл
2020-04 Серия []
LOT []
[]
+2-8°C []

«Имматомы IgG-ноА»
СТОП-РЕАГЕНТ
ГОТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ 14 ДНЕЙ
СЕРИЯ LOT 809
+2-80C IVD
REF RUS

13



ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 13 ЛИСТОВ

Генеральный директор ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

