


06

Фотографическое изображение на медицинское изделие «ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА, суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07»






ДИАБАК

Диагностикум из бактерий *S. sonnei*
для РА, суспензия для диагностических целей

Комплект № 15
5 ампул по 10 мл

Состав:
1. 5 ампул диагностикума;
2. Инструкция по применению;
3. Скарификатор ампульный

Только для диагностики ин витро
Для лечебно-профилактических
и санитарно-профилактических учреждений



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИАБАК
Диагностикумов из бактерий *S. sonnei*
Суспензия для диагностических целей







Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства

198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52,
тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16, www.spbniivs.ru



ТУ 9388-011-01895016-07

Рег. № ФСР 2007/00232


от

Хранить при температуре от 4 до 10°C

Штрих-код

ДИАБАК

Диагностikum из бактерий *S. typhimurium*
для РА, суспензия для диагностических целей



ФГУП СПБНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
S. typhimurium
для РА 5 мл

ФГУП СПБНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
S. typhimurium
для РА 5 мл

ФГУП СПБНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
S. typhimurium
для РА 5 мл

ФГУП СПБНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
S. typhimurium
для РА 5 мл


ФГУП СПБНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
S. typhimurium
для РА 5 мл

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИАБАКА
из бактерий семейства
Диагностика



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДИАБАК
Диагностикумов из бактерий семейства
Сальмонеллы для диагностических целей





Директор
ФГУП СПБНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин



Стр. 8

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____

листа(-ов)

Должность, ФИО заведующий
сектором МИ ОРЯ ДИР
Лопинакова И.В.

МП

2022г.



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет первичной упаковки – клише или этикетка на ампулу или флакон

Клише на ампулу (флакон)

ФГУП СПбНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
*
для РА ... мл
С** ДАТА ИЗГОТ.***
ГОДЕН ДО

ФГУП СПбНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
*
для РА ... мл
С** ДАТА ИЗГОТ.***
ГОДЕН ДО

Этикетка

ФГУП СПбНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
*
для РА ... мл

ФГУП СПбНИИВС
ДИАГНОСТИКУМ
ИЗ БАКТЕРИЙ
*
для РА ... мл


Место
нанесения
номера серии
(четыре
последние
цифры
номера серии
-дата
изготовления)
и срока
годности

* - указывается род и вид бактерий

** - серия

*** ДАТА ИЗГОТ. – четыре последние цифры номера серии

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 1

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 2

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.


Комплект № 3

Сигральная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячеистой упаковке.

Комплект № 4

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 5


Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 6

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячеистой упаковке.

Комплект № 7

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.


Комплект № 8

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячеистой упаковке.

Комплект № 9

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 10

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 11

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 12

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.


Комплект № 13

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 14

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 15

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 16

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин


Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 17

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

В.П. Трухин




Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки –
в контурной ячейковой упаковке.

Комплект № 18

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса



* - указывается род и вид бактерий

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки – этикетка на пачку/коробку
Комплект № 19

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

 Федеральное государственное унитарное предприятие – Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов – Федерального медико-биологического агентства 198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16, www.spbniivs.ru		
ДИАБАК Диагностикум из бактерий * для РА, суспензия для диагностических целей		
 	Комплект № 19 10 ампул по 10 мл	Состав: 1. 10 ампул диагностикума; 2. Инструкция по применению; 3. Скарификатор ампульный
С**	Дата изготовления***	Годен до
Рег. № ФСР 2007/00232 от		
Только для диагностики in vitro ТУ 9388-011-01895016-07 Хранить при температуре от 4 до 10 °С Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений		
Штрих-код		

* - указывается род и вид бактерий

** - серия

*** - Дата изготовления – четыре последние цифры номера серии

Директор
ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
 и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
 Федерального медико-биологического агентства
 (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
 суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07

Макет вторичной (потребительской) упаковки – этикетка на пачку/коробку
 Комплект № 20

Сигнальная маркировка – синяя горизонтальная полоса

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов» Федерального медико-биологического агентства 198320, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52, тел.: (812) 660-06-14, факс: (812) 660-06-16, www.spbniivs.ru	
ДИАБАК Диагностикум из бактерий * для РА, суспензия для диагностических целей	
 	Комплект № 20 10 ампул по 10 мл
Состав: 1. 10 ампул диагностикума; 2. Инструкция по применению	
С**	Дата изготовления***
Рег. № ФСР 2007/00232 от	Годен до
Только для диагностики in vitro ТУ 9388-011-01895016-07 Хранить при температуре от 4 до 10 °С	
Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений	

* - указывается род и вид бактерий

** - серия

*** - Дата изготовления – четыре последние цифры номера серии

Директор
 ФГУП СПбНИИВС ФМБА России



В.П. Трухин

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 21
листа(-ов)

Должность, ФИО заведующий
сектором МИ ОУП ДИР
Лончакова И.В.

подпись

МП

2022г.

