

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ВАТЕРКОМ»

А.С. Сафончик

_____ 2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Установка медицинская для очистки воды «АWT» по ТУ 32.50.50-001-61216843-2018

Установка медицинская для очистки воды AWT MC 4040-6/L10
по ТУ 32.50.50-001-61216843-2018

Серийный номер № 768

дата изготовления 09.2018г.

наименование изготовителя ООО «ВАТЕРКОМ», Россия

Производительность 1,5 м³/ч

напряжение питания 220В

частота питающего напряжения: 50 Гц

потребляемая мощность 3 кВт

класс защиты IP54

класс изделия II 

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

2/16а) _____ листа

Директор ООО «Ватерком»

Сафонов А.С.

