

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Р.В. Аносов



«22» июля 2019 г

**Фотографические изображения
медицинского изделия
Цинковый формалин HistoSafe®
по ТУ 21.20.23-007-89079081-2017**

Фото 1. Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 1 л, лицевая сторона





Фото 2. Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 1 л, обратная сторона



IVD

REF

B06-016/S



Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А. тел./факс +7 (812) 305-06-06; www.biovitrum.ru

Фото 3. Цинковый формалин HistoSafe® цинк – 2,5 л




Фото 4. Цинковый формалин HistoSafe® цинк – 3,8 л

ND

REF

B06-016/R

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 3,8 л

LOT

3223

12.2017

12.2019

РУ № xxxxxx

Состав: формалин, вода,
хлористый цинк, уксусная
кислота

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 5. Цинковый формалин HistoSafe® цинк – 5 л





Фото 6. Цинковый формалин HistoSafe® цинк – 10 л



ИД

REF

B06-016/L

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 10 л

LOT

3223

12.2017

12.2019

РУ № xxxxxx

Состав: формалин, вода,
хлористый цинк, уксусная
кислота

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч. при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БисВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 88, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 7. Цинковый формалин HistoSafe® цинк – 20 л




Фото 8. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 1 л, лицевая сторона




Фото 9. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 1 л, обратная сторона




Фото 10. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 2,5 л




Фото 11. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 3,8 л




Фото 12. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 5 л




Фото 13. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 10 л





Фото 14. Цинковый формалин HistoSafe® B5 – 20 л



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 18 лист(ов)



Генеральный директор
ООО «Эрт Продакшн»

Р.В. Аносов

2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"



МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Цинковый формалин HistoSafe®

Типы этикеток, используемых в различных вариантах исполнения

При производстве МИ Цинковый формалин HistoSafe® исполнения

используются типы различные типы этикеток в зависимости от варианта исполнения и первичной упаковки.

Лицевая этикетка используется для отображения основной информации, обратная этикетка для размещения краткой инструкции. Обратная этикетка применяется при условии, если краткую инструкцию невозможно разместить на лицевой этикетки, но имеется достаточно места для размещения второй этикетки.

При размещении информации на этикетки необходимо руководствоваться ТУ 21.20.23-007-89079081-2017.

Макеты этикеток

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

Оборотная этикетка

IVD	REF	B06-016/S	
Bi Vitrum			
Цинковый формалин HistoSafe® цинк 1 л			
По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию. ПУ № xxxxxx			
LOT	xxxxxxx	Состав: формалин, вода, хлористый цинк, уксусная кислота	
	ММ.ГГГГ		
	ММ.ГГГГ		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

IVD	REF	B06-016/S	
Bi Vitrum			
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	B06-016/S	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию					
Цинковый формалин HistoSafe® цинк -1 л								
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:	 				
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:					
	ММ.ГГГГ		Масса брутто:					
ПУ №xxxxxxx				ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-016/Q	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, хлористый цинк, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-016/Q	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		_____		
	MM.ГГГГ		_____		
РУ №xxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 3,8 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-016/R

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 3,8 л

LOT xxxxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № xxxxxx

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-016/R

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 3,8 л

LOT xxxxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

ПУ № xxxxxx

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-016/M	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, хлористый цинк, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-016/M	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		_____		
	MM.ГГГГ		_____		
РУ №xxxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-016/L

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию





Bi Vitrum

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 10 л

LOT xxxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № xxxxxx

Состав: формалин, вода,
хлористый цинк, уксусная
кислота



Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-016/L

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию





Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 10 л

LOT xxxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ №xxxxxx



Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-016/X	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, хлористый цинк, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-016/X	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® цинк - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		_____		
	MM.ГГГГ		_____		
РУ №xxxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD

REF

B06-017/S

Bi

Vitrum

Цинковый формалин

HistoSafe® B5

1 л

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017

Для профессионального применения.

Реагент готов к использованию.

ПУ № xxxxxx

LOT

xxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Состав: формалин, вода, уксуснокислый цинк

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.

Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD

REF

B06-017/S

Bi

Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.

Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD

REF

B06-017/S

По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017

Для профессионального применения.

Реагент готов к использованию

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 1 л

LOT

xxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

ПУ №xxxxxxx

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-017/Q	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
MM.гггг			
MM.гггг			
ПУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, уксуснокислый цинк			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-017/Q	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx			
MM.гггг			
MM.гггг			
ПУ №xxxxxxx	Кол-во штук: _____		
	Масса нетто: _____		
	Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 3,8 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-017/R	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 3,8 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ			
РУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, уксуснокислый цинк			
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-017/R	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 3,8 л			
LOT xxxxxxxx			
MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ			
РУ №xxxxxxx	Кол-во штук: _____		
	Масса нетто: _____		
	Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-017/M	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 5 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ			
ПУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, уксуснокислый цинк			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-017/M	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 5 л			
LOT xxxxxxxx			
MM.ГГГГ			
MM.ГГГГ			
ПУ №xxxxxxx	Кол-во штук: _____		
	Масса нетто: _____		
	Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-017/L	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.ГГГГ				
	ММ.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, уксуснокислый цинк					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-017/L	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:		
	ММ.ГГГГ		Масса брутто:		
РУ №xxxxxxx					
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-017/X	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, уксуснокислый цинк					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-017/X	По ТУ 21.20.23-007-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Цинковый формалин HistoSafe® B5 - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.гггг		_____		
	MM.гггг		Масса нетто:		
РУ №xxxxxxx			_____		
			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 14 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов

«27» 07 2019 г.

