


ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат панорамный цифровой рентгеновский CRANEX NOVUS e CRA-2 с принадлежностями (см.приложение), производства Soredex, PaloDEx Group Oy (Соредекс, ПалоДЕкс Групп Ой) Nahkelantie 160, 04300 Tuusula, Finland

Содержание:

Аппарат панорамный цифровой рентгеновский CRANEX NOVUS e CRA-2	стр. 3
Маркировка аппарата	стр. 4
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
1. Шаблон прикусной высокий	стр. 5
2. Шаблон прикусной низкий	стр. 6
3. Упор для подбородка пациента	стр. 7
4. Блок прикуса	стр. 8
5. Шаблон прикусной	стр. 9
6. Упор для губ пациента	стр. 10
7. Держатель губы пациента	стр. 11
8. Стержень короткий (62,5 мм)	стр. 12
9. Стержень длинный (72,5 мм)	стр. 13
10. Чехлы защитные одноразовые упора губы	стр. 14
11. Чехлы защитные одноразовые держателя губы	стр. 15
12. Чехлы защитные одноразовые упора подбородка	стр. 16
13. Чехлы защитные одноразовые прикусных шаблонов	стр. 17
14. Чехлы защитные одноразовые держателя головы пациента	стр. 18
15. Чехлы защитные одноразовые опоры для лба	стр. 19
16. Чехлы защитные одноразовые опоры для виска	стр. 20
17. Комплект монтажных частей:	стр. 21
17.1. Скоба крепежная	стр. 22
17.2. Винты	стр. 23
17.3. Шайбы	стр. 24
17.4. Гайки	стр. 25
17.5. Удлинитель	стр. 26



Main Fuses: T-10A-H-250V

Type: CRA-2

Ser. No: SO1300094

Manufactured: March 2013

Line voltage: 100 - 120V~ or 220 - 240V~, 50/60Hz


Input power: stand by: 26W, maximum: 1100W

Line impedance (max): 0.5 ohm

Lifting motor duty cycle: 6.25%, 25s ON, 400s OFF

Max line fusing:

16A @ 100 - 120 VAC, 10 A@ 220 - 240 VAC



IP20

IEC 60601-1



0537

This product complies with DHHS 21 CFR Chapter I,
Subchapter J at the date of manufacture.

Rx only

Manufactured by SOREDEX

Nahkelantie 160

FI-04300 TUUSULA, Finland

208769 r2







