

**Инъектор карпульный стоматологический однократного
применения стерильный «OkJect»® по**

ТУ 32.50.13-002-79961240-2017


Предприятие изготовитель: ООО "УМК"
Удмуртская Республика, г.Ижевск,
ул.Коммунаров, д.355,
Тел./факс: (3412) 97-09-79

Цвет: Ярко – зеленый
Номер партии: 002/2
Дата изготовления: 02.2019 г.
Годеи до: 02.2024

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


Стерилизовано оксидом этилена
НЕТОКСИЧНО





Примечание: Фото изнутри. На одной из сторон упаковки, продольно, проделаны отверстия на расстоянии не менее 10 мм друг от друга, необходимые для проникновения газа при стерилизации и его беспрепятственного удаления после

000 ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ужной стороны упаковки, продольно, поверх проделанных отверстий по всему их периметру приварена термическим способом бумага БГС-60 для стерилизации газовым методом, обеспечивая микробный барьер



Примечание: повреждение газопроницаемой бумаги на упаковке изделия выполнено механическим

