

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Научно-производственная фирма
«ВИНАР»

В.С. Андреев
2019 г

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации
ИНТЕСТ-П

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 9398-041-11764404-2003

Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-121/20-01



ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-121/20-01
кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег. уд. № РЗН 2013/39 от 08.02.2013 /
Гарантийный срок годности: 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАР

ПАРТИЯ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ШТАМП ОТК
9052049	АПР 2019	QC 35

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
- Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПО -ВИНАР-)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-121/20-01



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П

ИНТЕСТ-П-121/20-01

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)
Рег.уд. № РЗН 2013/39 от 08.02.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Полное наименование: Индикатор химический одноразовый для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П-121/20-01
Полное наименование фирмы: ООО «ЦИРМИ»
Адрес: Россия, Москва, Ботанический сад
Тел./факс: +7 495 988 7657, www.cirmi.ru
Датум печати: 08.02.2013 Россия, Москва



ПАРТИЯ	0052049
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	апр 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10

Условия транспортирования:
максимальная температура +10 °С;
минимальная температура не менее 50 °С;
максимальная относительная влажность 100 % при 25 °С.
Транспортируется в упаковке, защищающей от попадания прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-121/20-02

ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-121/20-02
кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег. уд. № РЗН 2013/39 от 08.02.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАР

ПАРТИЯ 8244049

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ АПР 2019

ШТАМП ОТК

QC 35

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
-Научно-производственная фирма -ВИНАР- (ООО -НПФ -ВИНАР-)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П ИНТЕСТ-П-121/20-02



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П

ИНТЕСТ-П-121/20-02

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № РЗН 2013/319 от 08.02.2013 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С, в относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
"Клинико-производственная фирма "ВИНАР" (ООО "КПФ-ВИНАР")
125080, Россия, Москва, Ореховый сад д. 1, стр. 16, пом. 101
тел./факс: +7(495) 388 7867, e-mail: info@vinar.ru
сайт: www.vinar.ru
125080, Россия, Москва, д. 16, стр. 16, пом. 101




ПАРТИЯ	8244049
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	апр 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10

Условия хранения:
минимальная температура +10 °С;
максимальная температура +30 °С;
максимальная относительная влажность 100 % при 25 °С.
Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых
солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-126/10-01



Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П

ИНТЕСТ-П-126/10-01

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег. уд. № РЗН 2013/39 от 08.02.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ШТАМП ОТК
9 0 5 8 0 4 9	АПР 2019	

Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-126/10-01



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-126/10-01
кол-во: 500 шт.

ТУ 9198-041-11764-04-2003
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)
Рег. уд. № 07/01 2013/19 от 08.02.2011 г.
Гарантийный срок годности: 16 месяцев.



ПАР



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ВИНАР

ПАРТИЯ	9058049
ДАТА ИМПОРТА	апр 2019
КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	50
МАССА ВРУЧ. Т	10

Условия эксплуатации:
наименьшая температура: +5 °С;
максимальная температура: +40 °С;
максимальная относительная влажность: 80 % при 25 °С.
Индикатор работает в упаковке. После вскрытия упаковки использовать немедленно.
Срок годности: 16 месяцев.



Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-126/10-02



Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-126/10-02



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-126/10-02

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764-04-2003
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)
Рег.уд. № РЗН 2013/19 от 08.02.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ВИАР» (ООО «ВИАР»), ИНН 5007083893, ОГРН 1045007083893,
Юридический адрес: 400000, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Рязанская, д. 101, этаж 10, пом. 1010.
Для заказа: 80004-Роспотребнадзор, 80004-Роспотребнадзор.




ПАРТИЯ	5238049
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	апр 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПОНОВ	60
МАССА БРУТТО	10

Условия транспортирования:
- максимальная температура: +30 °С;
- минимальная температура: не ниже 30 °С;
- максимальная относительная влажность: 100 % при 25 °С.
Транспортируют в упаковке производителя, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-134/5-01

[illegible]



Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-134/5-01

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
Рег. уд. № РЗМ 2013/39 от 08.02.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 60 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПО «ВИНАР»)
105094, Россия; г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VI
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК



Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-134/5-01



TY 9398-041-11754404-2003

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ИД/ВКС 4)

Рег. уд. № РЗН 2013/39 от 08.02.

Гарантийный срок годности 36 месяцев

Хранить в упаковке производителя

относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

[illegible]

ПАРТИЯ	9075049
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	апр 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

максимальная температура = $+10^{\circ}\text{C}$.

- максимальная температура шлангов 50 °C;

Транспортируем в упаковке: 10 шт. в картонной коробке, 100 шт. в паллете.

Содержание: 1. Введение. 2. Описание конструкции. 3. Технические характеристики. 4. Инструкция по эксплуатации. 5. Заключение.



[illegible]



Индикаторы

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-134/5-02

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-041-11764404-2003
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 4)
Рег.уд. № РЗН 2013/39 от 08.02.2013 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

9 0 7 2 0 4 9

АПР 2019



Индикаторы химические одноразовые для контроля паровой стерилизации ИНТЕСТ-П
ИНТЕСТ-П-134/5-02



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНТЕСТ-П

ИНТЕСТ-П-134/5-02

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9198-041-11764404-2003

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег. уд. № РЭН 2013/39 от 08.02.2013 г.

Гарантийный срок годности: 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Винар» (ООО «Винар»)
105094, Россия, Москва, Гарибольдинский пер., д. 5, стр. 1А, пом. 108
тел./факс: +7 (495) 888-1417, e-mail: info@vinar.ru
Доч. фирма: 105094, Россия, Москва, ул. 25, в торгово-офисном центре



ПАРТИЯ	9072049
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	апр 2019
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10

Условия транспортирования:

- максимальная температура +10 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100 % при 25 °С.
Транспортируют в упакованном виде, исключая прямое
солнечное излучение, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

19 лист 06

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»

В.С. Андреев

