«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Фарм БСК»

С.М.Бундова
«__» _____ 2011г.

Инструкция по применению
Акушерско-гинекологического одноразового стерильного инструмента серии ДЖИНРАМ (GINRAM)

Акушерско-гинекологические одноразовые стерильные инструменты серии ДЖИНРАМ (GINRAM) могут применяться в гинекологических, венерологических, урологических отделениях больниц, поликлиник, а так же в родильных домах при родовспоможении и сопутствующих исследованиях.

1. Иглы для амниоцентеза
Иглы для трансабдоминального амниоцентеза используется для трансабдоминального отбора проб околоплодных вод (как правило, осуществляется между 15 и 18 неделями беременности) в перинатальной диагностике генетических нарушений у плода.
Она также используется для цитогенетических и биохимических исследований.
Точная заточка иглы позволяет сделать легкий и атравматичный прокол.
Внутренний мандрен иглы снабжен ультразвуковым маркером, что позволяет контролировать манипуляцию на УЗ аппарате, а так же позволяет избежать попадание тканей в просвет иглы при проколе. Цветовая маркировка облегчает идентификацию размера иглы.
Игла снабжена регулируемым стопором для задания глубины проникновения, и универсальной канюлей с разъемом Люэра для отбора амниотической жидкости с использованием шприца.
Она имеет защитный чехол для безопасного извлечения из упаковки.
Игла доступна в 4 различных размерах с различной цветовой индикацией.
Игла является изделием однократного применения и изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, пластика ABS TR Terlux 2812, полиамида Grilamid L 25.

ВНИМАНИЕ !
Прочтите инструкции перед использованием.
Не использовать повторно.
Не использовать, в случае повреждения целостности упаковки.
Использовать сразу же после вскрытия упаковки.
Утилизировать после использования в соответствии с действующими нормативами.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Устройство должно использоваться только обученным медицинским персоналом.

Противопоказаний нет.

2.Парацервикальные иглы

Парацервикальные иглы используется для локальной анестезии шейки матки перед местным лечением или малой хирургии. Устройство длиной 19 см позволяет легко добраться до парацервикальной области; ответная часть замка Люэра на проксимальном конце устройства позволяет установить шприц для инъекции анестезии, а небольшой диаметр иглы позволяет избежать дисперсии анестезии. Точная заточка и уникальная тонкость иглы позволяют снизить болевые ощущения при анестезии.

Парацервикальные иглы являются изделием однократного применения и изготовлены из нержавеющей стали AISI 304+ медицинский полипропилен, пластика ABS TERLUX 2812 TR, ПВХ AC412

Порядок работы:

Раскройте шейку матки.

• Введите иглу через вагинальный канал и поместите ее рядом с парацервикальной областью, которая будет обработана наркозом.

• Вставьте шприц в разъем А и введите наркоз.

• После инъекции закройте иглу крышкой с защитным колпачком В и утилизируйте.

ВНИМАНИЕ !

Прочтите инструкции перед использованием.

Не использовать повторно.

Не использовать, в случае повреждения целостности упаковки.

Использовать сразу же после вскрытия упаковки.

Утилизировать после использования в соответствии с действующими нормативами.

Устройство должно использоваться только обученным медицинским персоналом.

Противопоказаний нет.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU