Инструкция по применению медицинского изделия

«Инструмент стоматологический для моделирования поверхности композитной реставрации OptraSculpt»

	This technical documentation reflects the current knowledge about the corresponding device	
Released выпущенный	P. Oehri	Date Signature 6.11.2019
Function функция	Director Corporate Quality Management Директор по корпоративному управлению качеством	
Legalization легализация	Die Echtheit der vor mir vollzogenen Unterschrift(en) von **Herr Oehri Patrik, geb. 09.10.1963,** Adresse nach eigenen Angaben 9494 Schaan, Bendererstrasse 2 Identität ausgewiesen durch: Nr. Unterschrift hinterlegt FÜRSTLICHES LANDGERICHT Nicole Oehri Urkundsperson 08. Nov. 2019 wird beglaubigt. Vaduz, den 08.11.2019 Fürstliches Landgericht, Oehri Nicole FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN GEBÜHRENQUITTUNG CHF 10.–	

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Содержание:

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
5. ПОКАЗАНИЯ
6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
11. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
12. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
13. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
14. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, СРОК ГОДНОСТИ
15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ
16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инструмент стоматологический для моделирования поверхности композитной реставрации OptraSculpt

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1. Разработчик
«Ивоклар Вивадент АГ» (Ivoclar Vivadent AG), Bendererstrasse 2, 9494, Schaan, Liechtenstein (Лихтенштейн)
2.2. Производитель
«Ивоклар Вивадент АГ» (Ivoclar Vivadent AG), Bendererstrasse 2, 9494, Schaan, Liechtenstein (Лихтенштейн)
2.3. Место производства:
1. Gebr. Renggli AG, Schweizersbildstrasse 57, 8200 Schaffhausen, Switzerland
2. Helmut Zepf Medizintechnik GmbH, Obere Hauptstraße 60, 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Варианты исполнения:
1. Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Ball (60 шт./уп.)
2. Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Chisel (60 шт./уп.)
3. Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Pointed tip (60 шт./уп.)
4. Держатель двухсторонний OptraSculpt Refill Modelling instrument - 1 шт./уп.
5. Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Pad Refill, 4 мм. (60 шт./уп.)
6. Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Pad Refill, 6 мм. (60 шт./уп.)
7. Инструмент-держатель OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument - 1 шт./уп

4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для моделирования поверхности композитной реставрации.

5. ПОКАЗАНИЯ

Адаптация, придание формы и контурирование неполимеризованных моделируемых композитных реставраций. Инструмент OptraSculpt Pad особенно рекомендуется для реставраций класса III, IV и V. Инструмент OptraSculpt особенно рекомендуется для моделирования и контурирования реставраций класса I, II и V.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Изделие нельзя применять:

- Если предписанная технология работы не может быть соблюдена;
- Если известно, что у пациента есть аллергия на какой-либо из компонентов изделия.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможна аллергическая реакция при наличии у пациента аллергии к любому из компонентов изделия.

8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Медицинское изделие относится к группе изделий для профессионального использования в стоматологических клиниках и зуботехнических лабораториях.
Потребители медицинского изделия – квалифицированный персонал стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий. Перед применением изделия персонал должен ознакомиться с инструкцией по применению.
Условия применения: температура окружающей среды: 20-42 °С.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Варианты исполнения изделия:

Наименование изделия	Форма инструмента / цвет хвостовика	Размеры, мм.	Масса инструмента, г.
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Ball	Шарик / черный	12*Ø4 (±5%)	0,04±5%
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Chisel	Скошенный цилиндр / голубой	11,7*Ø4 (±5%)	0,045±5%
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Pointed tip	Острие / фиолетовый	10,8*Ø4 (±5%)	0,036±5%
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Pad Refill, 4 мм	Цилиндр / зеленый	5*Ø4 (±5%)	0,018±5%
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Pad Refill, 6 мм	Цилиндр / черный	5*Ø6 (±5%)	0,03±5%
Держатель двухсторонний OptraSculpt Refill Modelling instrument	-	168*Ø9,5 (±5%)	12,7±5%

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Инструмент-держатель OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument	-	168*Ø9,5 (±5%)	13,6±5%

Упаковка изделия

Наименование изделия	Упаковка	Размеры упаковки, мм.
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации: - OptraSculpt Refill Ball - OptraSculpt Refill Chisel - OptraSculpt Refill Pointed tip	Первичная упаковка – пластиковый контейнер	78*27*20
	Вторичная упаковка – пакет из полипропилена	210*105
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации: - OptraSculpt Pad Refill, 4 мм - OptraSculpt Pad Refill, 6 мм	Первичная упаковка – пластиковый контейнер	65*32*19
	Вторичная упаковка – пакет из полипропилена	210*105
Держатель двухсторонний OptraSculpt Refill Modelling instrument	Потребительская коробка из картона	195*35*20
Инструмент-держатель OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument		

Материалы, применяемые при изготовлении:

Наименование изделия	Материалы, применяемые при изготовлении
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Ball Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Chisel Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Pointed tip	Этиленвинилацетат
Инструмент стоматологический для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Pad Refill	Полиэтилен, Этиленвинилацетат
Держатель двухсторонний OptraSculpt Refill Modelling instrument Инструмент-держатель OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument	Нержавеющая сталь Полиэфирэфиркетон (ручка)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- **Инструменты OptraSculpt и OptraSculpt Pad не могут быть использованы повторно. Они не пригодны для стерилизации. Очищающие и дезинфицирующие средства могут оказывать вредное воздействие на материал инструмента.**
- Необходимо чистить и дезинфицировать держатель и инструмент-держатель перед первым и каждым последующим использованием. Настоятельно рекомендуется дополнительная стерилизация в автоклаве.
- Перед применением изделия следует ознакомиться с инструкцией по применению.
- Рекомендуется использование коффердама во избежание случайного проглатывания или вдыхания мелких частиц материала при создании прямых реставраций.
- Не используйте медицинское изделие после истечения указанного срока годности.
- Храните медицинское изделие в недоступном для детей месте.

11. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

OptraSculpt и OptraSculpt Pad – это моделировочные инструменты, разработанные для адаптации, придания формы и контурирования не отвержденных композитных материалов при создании прямых реставраций в стоматологической клинике. OptraSculpt и OptraSculpt Pad также подходят для применения в зуботехнических лабораториях при моделировании лабораторных композитов в виде паст.

При использовании данных инструментов работа с композитным материалом становится быстрой и эффективной, благодаря эффекту неприлипания материала к инструменту. Минимизируется риск образования воздушных пузырьков в композите во время нанесения. Ровная, гладкая поверхность реставрации позволяет сократить время на последующую полировку и уменьшает образование зубного налета. Качественная реставрация резцового края снижает риск возникновения вторичного кариеса.

Различные формы инструментов OptraSculpt были разработаны в соответствии со строением окклюзионной поверхности и краевого гребня при нормальной анатомии. Они предполагают широкий спектр применения.

Инструменты OptraSculpt Pad двух размеров облегчают моделирование и контурирование обширных дефектов в области передних зубов. Измерительная шкала на держателе инструмента OptraSculpt Pad помогает в оценке симметрии, пропорции ширины зуба и зубного ряда при выполнении обширных и трудоемких реставраций IV класса и при реставрации зубов прямыми винирами.

Применение

Выберите подходящий инструмент OptraSculpt или OptraSculpt Pad, в зависимости от размера и класса реставрации. Извлеките инструмент из упаковки прямо или

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

косвенно (например, используя стерильный пинцет), избегая ее загрязнения. Затем вставьте инструмент в кольцо рабочей части держателя.
Инструменты OptraSculpt удобно разложены по разным отделениям и их можно брать непосредственно держателем.

Инструменты OptraSculpt Pad

Чтобы зафиксировать инструмент OptraSculpt Pad положите его плашмя на твердую, стерильную рабочую поверхность.

Сдвигайте кольцо инструмента-держателя вниз до тех пор, пока оно не будет плотно прилегать к основанию. Правильная фиксация OptraSculpt Pad в кольце.

Инструменты OptraSculpt

Откройте упаковку, оказывая легкое давление на отмеченную поверхность.



Сдвигайте кольцо держателя вниз до тех пор, пока оно не будет плотно прилегать к основанию. Затем извлеките зафиксированный в держателе инструмент из упаковки.

Нанесите неполимеризованный, моделируемый композитный материал на необходимую поверхность реставрации и придайте ему форму легкими мазками, применяя мягкое давление.

Использование измерительной шкалы на Инструменте-держателе OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument

Инструмент-держатель имеет две измерительные шкалы.

Шкала 1 - это простая ориентировочная шкала для сравнения пропорций ширины зубов. Горизонтальная линия служит ориентиром для оценки линии края резцов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Шкала 1 может быть совмещена с режущим краем, например, для сравнения пропорции ширины контралатерального зуба и / или для оценки положения кромки режущего края по отношению к горизонтальной линии на шкале (фото 1)



Фото 1

Шкала 2 содержит разметку для идеальной средней ширины переднего зуба (непрерывные вертикальные линии) и для типичного положения оси зуба в верхней челюсти (косые пунктирные линии). Эти метки служат ориентиром в эстетических реставрациях обширных дефектов передних зубов. Величины являются относительными и служат в качестве руководства по гармоничному анатомическому дизайну реставраций передних зубов. Шкала расположена правильно, если треугольник в середине шкалы расположен вершиной по направлению к контактному пункту между центральными резцами на верхней челюсти и числа по обе стороны шкалы соответствуют рассматриваемым квадрантам.

Шкала 2 используется для сравнения клинической ситуации с пропорциями идеальной средней ширины зуба и угловым выравниванием передних зубов на верхней челюсти. Следовательно, эстетическое улучшение может быть легко спланировано, и определены области коррекции.

Пример: в примере (фото 2) показаны сравнительно идеальные пропорции ширины зуба, даже если общая ширина зуба может быть немного больше, чем средняя. Углы боковых резцов и клыков, однако, слишком прямые.

Фото 2

Внимание: Шкала 2 непригодна для использования на нижней челюсти!

Важно: Шкала 2 показывает только относительные величины. Маркированная ширина и угловое выравнивание не должны приниматься без проверки.

12. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ

Держатель двухсторонний OptraSculpt Refill Modelling instrument и Инструмент-держатель OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument (далее держатели) должны

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

быть очищены, дезинфицированы и стерилизованы согласно следующим указаниям.

Общие указания

- Необходимо чистить и дезинфицировать держатели перед первым и каждым последующим использованием.
- Не храните держатели в растворе хлорида натрия (чтобы предотвратить риск возникновения точечной коррозии и/или коррозионного растрескивания).
- Защитные перчатки и защитные очки должны использоваться при обработке любых использованных и загрязненных держателей.
- Дезинфицируйте и очищайте держатели сразу же после использования.
- Очистка держателей в мойке-дезинфекторе является более предпочтительной, чем ручная чистка.

Предварительная обработка

- Аккуратно удалите большие остатки незатвердевшего материала с держателей с помощью безворсовой целлюлозной ткани. Для предварительной дезинфекции поместите держатели в ванночку для дезинфекции (с крышкой и сетчатой вставкой), заполните не содержащим альдегидов щелочным дезинфицирующим средством (например, погружение в ID 212 форте, Durr Dental, 15 минут). Убедитесь, что держатели полностью покрыты дезинфицирующим средством и дезинфектант без пузырьков.
- Используйте только мягкие щетки для ручного удаления остатков. Никогда не пользуйтесь металлической щеткой или стальной мочалкой.
- Для автоматизированной очистки, тщательно промойте держатели под проточной водой после предварительной дезинфекции.

Автоматическая очистка и дезинфекция

Для автоматической очистки и дезинфекции следует использовать:

- Прибор для очистки и дезинфекции (например, Автоматы для мойки и дезинфекции Miele)
- Программы для очистки и дезинфекции (например, программа Vario TD в автоматах Miele)
- Средства для очистки и дезинфекции (например, Neodisher FA, Dr.Weigert)

Если держатели подвергаются исключительно машинной чистке, последующее термическое обеззараживание в автоклаве является обязательным.

Ручная очистка и дезинфекция

Для ручной очистки и дезинфекции следует использовать:

- Мягкая щетка (например, чистящая щеточка для инструментов с нейлоновой щетиной)
- Средства для очистки и дезинфекции (например, погружение в ID 212 forte, Durr Dental, по меньшей мере, на 15 минут)

После очистки и дезинфекции, тщательно промойте держатели под проточной водой в сетчатой вставке.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сушка

Для сушки используйте сжатый воздух или чистую, безворсовую целлюлозную ткань.

Стерилизация

Для стерилизации следует использовать:

- Подходящую стерильную упаковку (например, алюминиевый контейнер для стерилизации)
- Автоклав
- Программу стерилизации: паровая стерилизация по принципу фракционированного предварительного вакуума при 134°C, по меньшей мере, в течение 4 минут.

Проверка и осмотр

После очистки и дезинфекции держателей, визуально осмотрите их, чтобы убедиться, что они чистые, без повреждений. Если макроскопически видимые остатки загрязнения присутствуют, повторите процесс очистки и дезинфекции. Держатели выдерживают не менее 200 циклов автоклавирования.

13. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Первичная упаковка (пластиковый контейнер) Инструментов стоматологических для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill во всех вариантах исполнения содержит следующую информацию:

- Название изделия
- Товарный знак производителя
- Номер партии
- Каталожный номер
- Срок годности
- Количество штук в упаковке
- Символ соответствия директиве 93/42/EEC
- Символ запрета на повторное применение

Вторичная упаковка изделия Инструментов стоматологических для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill во всех вариантах исполнения (пакет из полипропилена) содержит следующую информацию:

- Название изделия
- Товарный знак производителя
- Номер партии
- Каталожный номер
- Срок годности
- Количество штук в упаковке
- Символ соответствия директиве 93/42/EEC
- Символ запрета на повторное применение
- Название и адрес производителя
- Страна производства
- Символ необходимости ознакомиться с инструкцией по применению

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Температура хранения
- Название и адрес представителя производителя на территории РФ
- Номер и дата регистрационного удостоверения
- Информация о том, что изделие предназначено для использования только в стоматологии

Упаковка Держателя двухстороннего OptraSculpt Refill Modelling instrument и Инструмента-держателя OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument (картонная коробка) содержит следующую информацию:

- Название изделия
- Товарный знак производителя
- Номер партии
- Каталожный номер
- Срок годности
- Количество штук в упаковке
- Название и адрес производителя
- Страна производства
- Символ необходимости ознакомиться с инструкцией по применению
- Название и адрес представителя производителя на территории РФ
- Номер и дата регистрационного удостоверения
- Информация о том, что изделие предназначено для использования только в стоматологии

Символы и знаки, используемые на упаковке изделия:

Символ	Значение символа
CE	Символ соответствия директиве 93/42/EEC
LOT	Номер партии
REF	Каталожный номер
	Информация о производителе
	Срок годности
	Запрет на повторное применение
	Температура хранения
	Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, СРОК ГОДНОСТИ

Хранить изделие следует закрытым в оригинальной упаковке производителя. Храните изделие следует в сухом месте, чтобы избежать накопления конденсата. Хранить изделие следует в недоступном для детей месте.
Транспортировка осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами.
Температура при транспортировке и хранении изделия: от 2 до 28 °С.
Срок годности:

Вариант исполнения	Срок годности
Инструменты стоматологические для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Refill Ball, OptraSculpt Refill Chisel, OptraSculpt Refill Pointed tip	42 мес.
Инструменты стоматологические для моделирования композитной реставрации OptraSculpt Pad Refill, 4 мм., OptraSculpt Pad Refill, 6 мм.	60 мес.
Держатель двухсторонний OptraSculpt Refill Modelling instrument Инструмент-держатель OptraSculpt Pad Refill Modelling instrument	10 лет

15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Данное изделие относится к классу риска отходов Б и должно быть утилизировано согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами» 2.1.7.2790-10.

16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное и техническое обслуживание не требуется. Медицинское изделие ремонту не подлежит.

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Медицинское изделие было разработано для применения только в стоматологии. Применение должно проводиться в строгом соответствии с «Инструкцией по применению». Производитель не несёт ответственности за повреждения, которые стали следствием несоблюдения инструкции или предписанной сферы применения.
На территории Российской Федерации претензии по гарантии и качеству продукции направляются: ООО «Ивоклар Вивадент» 115432 г. Москва, пр-т Андропова, д.18, стр.6, тел: +7(499) 418-03-01.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод с английского языка на русский язык

На фирменном бланке Ivoclar Vivadent / Ивоклар Вивадент

Инструкция по применению
медицинского изделия
«Инструмент стоматологический для моделирования
поверхности композитной реставрации OptraSculpt»

Настоящая техническая документация отражает текущие знания о соответствующем изделии.

Выпущен: П. Ойри
Функция: Директор по корпоративному управлению качеством
Дата: 06.11.2019 /Подпись/

Перевод с немецкого языка на русский язык

Легализация

Настоящим подтверждается подлинность подписи представшего передо мной
Г-на Ойри Патрика, дата рождения: 09.10.1963,
Рабочий адрес:
FL-9494 Шан, Бендерерштрассе 2
Подтверждение: № подписи на хранении

Г. Вадуц, 08.11.2019
Княжеский окружной суд, Ойри Николь

/Подпись/
Штамп: Николь Ойри
Специалист отдела легализации
08 ноября 2019 г.
Печать: Княжеский окружной суд. Квитанция об оплате сбора 10.- шв. франков
Печать: Княжеский окружной суд

Печать на сгибе страницы: Окружной суд г. Вадуц

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод данного текста выполнен переводчиком Колещук Натальей Григорьевной

Российская Федерация
Город Москва
Двадцать девятого ноября две тысячи девятнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Колещук Натальи Григорьевны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2019- 95-1867

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Г.Б. Акимов

Прошуровано, пронумеровано и скреплено печатью 13 *лист(-а,-ов).*

Нотариус:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU