


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения ракового эмбрионального
антигена иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«РЭА Контрольные материалы (Alinity i CEA Controls)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**

Alinity i CEA Controls

		CONC ng/mL	RANGE ng/mL
CONTROL L	1 x 8.0 mL	5	3.3 - 6.8
CONTROL M	1 x 8.0 mL	20	13.0 - 27.0
CONTROL H	1 x 8.0 mL	100	65.0 - 135.0




Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finiskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

IVD



PRODUCT OF IRELAND









Пронумеровано, прош
скреплено печатью на

