«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий

ЗАО НПП «МедИнж»

_____ С.В. Евдокимов

«17» февраля 2012г.

Инструкция по эксплуатации

СКАЛЬПЕЛИ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ «МАНИ»

Скальпели предназначены для применения квалифицированным подготовленным медицинским персоналом.

Нестерильные ручки скальпелей перед стерилизацией подлежат обязательной предстерилизационной очистке согласно ГОСТ 19126-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ОСТ 42-21-2-85. По окончании их использования на предмет пригодности к последующей работе они должны подвергаться промывке.

Изделие не должно использоваться для пациентов, обладающих повышенной чувствительностью или аллергической реакцией на входящие в его состав компоненты.

Подготовка изделия к использованию:

1. Вскрыть транспортную тару с лезвиями.

2. Извлечь индивидуальную тару с лезвиями из транспортной тары.

3. Вскрыть индивидуальную тару (пакет) путем разъединения сварочного шва. Для удобства вскрытия с одной стороны пакета оставлены участки для захвата пальцами.

4. С соблюдением мер асептики извлечь требуемое лезвие.

5. Вскрыть транспортную тару с ручками.

6. Извлечь индивидуальную тару с ручками из транспортной тары.

7. Вскрыть индивидуальную тару (пакет) путем разъединения сварочного шва. Для удобства вскрытия с одной стороны пакета оставлены участки для

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

захвата пальцами.

Порядок использования изделия:

Принцип действия скальпеля заключается в надрезании тканей организма (сосудов) острой режущей кромкой лезвия, для чего держатель лезвия с защитным колпачком устанавливается на ручку путем его ввода до щелчка и устойчивого в ней закрепления. Защитный колпачок снимается с лезвия непосредственно перед операцией. Исходя из цели применения и характера операции, выбирается определенный угол установки между ручкой и держателем лезвия. При достижении цели операции держатель лезвия удаляется с ручки путем нажатия большим пальцем руки на кнопку при удержании его за плоскую часть и с применением иглодержателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Стерильность изделия гарантируется только при неповрежденной упаковке.

Не подвергать лезвия скальпелей повторному использованию или стерилизации.

Медицинскому персоналу проявлять максимум осторожности при обращении с лезвием с имеющимися на нем пятнами крови или тканевой жидкости.

Запрещается использовать изделие с истекшим сроком годности.

Следует изучить инструкцию по применению перед использованием изделия.

Хранить при комнатной температуре, без воздействия высоких температур, повышенной влажности, прямых солнечных лучей и влаги. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-реактивных примесей.

Использованное лезвие утилизируется вместе с остальными медицинскими отходами в соответствии с действующим законодательством, общепринятыми правилами и нормами.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
2 листа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU