

**Фотографические
изображения медицинского изделия**

**Кровать для родовспоможения XHFJ-1 в составе с принадлежностями,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS,**

**Производства Bazhou Xuhua Medical Equipment Co., Ltd. (Бацжоу Ксухуа Медикал
Эквипмент Ко., Лтд.)**

Генеральный директор ООО «Медтехника-Р»




Исмаилов В. В.


Фото общего вида



Матрас с V-образным вырезом



Пример маркировки матраса с V-образным вырезом




Матрас с V-образным вырезом для
кровати для родовспоможения ХНФJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS




Габаритные размеры: 1270 (± 20) * 880 (± 20) * 80 (± 10) мм

Масса: 5,38 ($\pm 5\%$) кг




ВХ34585-927



03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Матрас с прямым вырезом



Пример маркировки матраса с прямым вырезом




Матрас с прямым вырезом для кровати
для родовспоможения ХНФJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS



Габаритные размеры: 8800 (± 20) * 880 (± 20) * 80 (± 10) мм
Масса: 5,38 ($\pm 5\%$) кг






BX34585-927




03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.





Пример маркировки секции ножной (съемной)



Секция ножная съемная для кровати
для родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS




Габаритные размеры: 850*520 ($\pm 5\%$) мм

Масса: 4 ($\pm 5\%$) кг




BX3984216-9257



03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.




Опоры для голеней (левая/правая)



61389

Пример маркировки опор для голеней



Опора для голени (левая) для
кровати для родовспоможения ХНФJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS



Габаритные размеры: 330 (± 20)*200 (± 20)*100 (± 10) мм
Масса: 3 ($\pm 5\%$) кг

LOT

BX34585-870




03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Подставки для ног (левая/правая)




Пример маркировки подставок для ног (левой/правой)




61389
19.08.2020


Подставка для ног (левая) для
кровати для родовспоможения ХНФJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS



Габаритные размеры: 590 (± 20)*160 (± 20)*160 (± 10) мм
Масса: 9,7 ($\pm 5\%$) кг





BX34585-870




03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Боковые поручни со встроенной панелью управления (левый, правый)



Пример маркировки боковых поручней со встроенной панелью управления (левого/правого)




Боковой поручень со встроенной панелью
управления (правый) для кровати для
родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS




Габаритные размеры: 700 (± 20)*405 (± 20)*50 (± 10) мм

Масса: 5,5 ($\pm 5\%$) кг




BX34585-421




03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Вспомогательные родильные рукоятки (левая/правая)



Пример маркировки вспомогательной родильных рукояток (левой/правой)




родильные ручки
(левая) для кровати для
родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS

Габаритные размеры: 250 (± 20) * 15 (± 5) мм
Масса: 0,75 ($\pm 5\%$) кг



LOT

BX34585-874




03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от «__» ____ 20__ г.



Резервуар для отходов



Пример маркировки резервуара для отходов



Резервуар для отходов для кровати для
родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MIOS




Габаритные размеры: 560*390*300 (± 20) мм

Масса: 1,06 ($\pm 5\%$) кг

Максимальный объем: 11 л

LOT

BX34585-268




03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от « ____ » _____ 20__ г.



Столик вспомогательный (съёмный)




Пример маркировки столика вспомогательного (съёмного)


Столик вспомогательный (съёмный) для
кровати для родовспоможения ХНФJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS

Габаритные размеры: 430 (± 20) * 330 (± 20) мм

Масса: 1,75 ($\pm 5\%$) кг




BX34585-878




03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.




Лампа ночного освещения





Кабель

Пример маркировки кабеля




Кабель для кровати для родовспоможения
ХНФJ-1, зарегистрированный товарный
знак MED-MOS

Длина: 3000 мм ($\pm 5\%$)

LOT

BX34585-905



03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от « _____ » 20 ____ г.




Направляющие ролики с центральным торможением (комплект 4 шт.)




Пример маркировки направляющих роликов с центральным торможением



Резервный аккумулятор



Экран для анестезии



Пример маркировки экрана для анестезии




Экран для анестезии для кровати для
родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS




Габаритные размеры: 600*550 (± 20) мм

Масса: 2 ($\pm 5\%$) кг




0-54965455257




03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.




Опора для роженицы



Пример маркировки опоры для роженицы



Выносной пульт управления



Пример маркировки выносного пульта управления




Выносной пульт управления для кровати
для родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS



Габаритные размеры: 216*62*34 (± 20) мм
Масса: 0,42 ($\pm 5\%$) кг


LOT

0-92458156525



03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.




Плавкий трубчатый предохранитель




Пластиковая головная панель




Пример маркировки пластиковой головной панели



Деревянная головная панель



Пример маркировки деревянной головной панели




Деревянная головная панель
для кровати для родовспоможения XHFJ-1,
зарегистрированный товарный знак
MED-MOS



Габаритные размеры: 765*390*40 (± 20) мм
Масса: 5,12 ($\pm 5\%$) кг





0-92458257512



03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Инфузионная стойка



Пример маркировки инфузионной стойки



Инфузионная стойка

Высота: 40-150 мм

Масса: 4 ($\pm 5\%$) кг

LOT

01-3256255362



03.2018


Регистрационное удостоверение № _____ от «__» ____ 20__ г.



Процедурный светильник



Пример маркировки процедурного светильника



Процедурный светильник



Яркость: 8000 люмен

Масса: 20 ($\pm 5\%$) кг


LOT

01-62554758521



03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» ____ 20__ г.



Процедурный стул



Пример маркировки процедурного стула


Процедурный стул




Высота: 490 – 600 мм ± 20 мм

Ширина: 330 мм ± 20 мм

Масса: 4,5 кг ($\pm 5\%$)




01-85469552858



03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Прикроватная тумбочка



Пример маркировки прикроватной тумбочки



Прикроватная тумбочка




Габаритные размеры: 720*550*500 (± 20) мм

Масса: 30 ($\pm 5\%$) кг

LOT

02-56345256254



03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от «__» _____ 20__ г.



Лоток для инструментов



Лоток для инструментов




Высота: 750 – 1110 мм ± 20 мм


Длина: 600 мм ± 20 мм

Ширина: 450 мм ± 20 мм

Масса: 5 кг ($\pm 5\%$)



01-85469552858



03.2018

Регистрационное удостоверение № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.




Разъем для подключения расположен с внешней стороны рамы кровати под головной панелью.1-1-1-

1-Гнездо подключения кабеля

2-Предохранитель;

3-Кнопка питания



скреплено печатью
33 (приказ) листа(ов)
Генеральный директор Катая В.В.
Подпись _____

