



“05” 03 2019 г.



ВЕКТОР БЕСТ

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАБОР РЕАГЕНТОВ

ВЕКТОР БЕСТ

Х-XXXX

набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ

СОСТАВ

1. Планшет разбавный с иммобилизованными моноклональными антителами к РЭА	1 шт.
2. Калибровочный образцы	6 фл., по 0,4 мл
3. Контрольный образец	1 фл., 0,4 мл
4. Конъюгат	1 фл., 21,0 мл
5. Реагент для разведения сыворотки	1 фл., 12,0 мл
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с тимолом	1 фл., 28,0 мл
7. Люминогенный субстрат А	1 фл., 7,0 мл
8. Люминогенный субстрат Б	1 фл., 0,7 мл
9. Пластика для экспозиции	1 шт.
10. Наполнитель для реактора на 3000 мкл	1 шт.
11. Ваточки для реагентов	2 шт.

АО «Вектор-Бест»

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ

Планшет разбавный с иммобилизованными моноклональными антителами к РЭА

№ 1

2020-02

ПАСПОРТ № 426-18

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ

Иммунохемилюминесцентный набор реагентов для определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови

Место производства: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 15


Дата выпуска: 2019-03-28

Срок годности: 24 мес.


Условия хранения: при температуре 2-8°C


Транспортировка: при температуре 2-8°C

Наименование	Содержимое	Характеристики и маркировка	Рекомендации по применению
Разбавный планшет	1 шт.	60-ячеечный разбавный планшет с иммобилизованными моноклональными антителами к РЭА	Использовать для определения концентрации РЭА в сыворотке крови
Калибровочные образцы, серия 1	6 фл., по 0,4 мл	Жидкость розового цвета	Использовать для калибровки
Контрольный образец, серия 1	1 фл., 0,4 мл	Жидкость светлого розового цвета	Использовать для контроля
Конъюгат, серия 1	1 фл., 21,0 мл	Жидкость синего цвета	Использовать для определения концентрации РЭА
Реагент для разведения сыворотки (РРС), серия 1	1 фл., 12,0 мл	Бесцветная жидкость	Использовать для разведения сыворотки
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с тимолом (ФСБ-Т), серия 1	1 фл., 28,0 мл	Бесцветная жидкость	Использовать для приготовления реакционной смеси
Люминогенный субстрат А (ЛЮМ-А), серия 1	1 фл., 7,0 мл	Бесцветная жидкость	Использовать для определения концентрации РЭА













Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РЭА-ЛЮМО-БЕСТ" № 5
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М. Д. Юсупов
"05" 03 2019 г.

ВЕКТОР

БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации ракового
эмбрионального антигена
в сыворотке крови

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ

LOT 1


СОСТАВ:


LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к РЭА	1 шт.		1
2. Калибровочные образцы	6 фл.	по 0,4 мл	1
3. Контрольный образец	1 фл.	0,4 мл	1
4. Конъюгат	1 фл.	23,0 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	1
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	1
7. Хемилюминесцентный субстрат А	1 фл.	7,0 мл	1
8. Хемилюминесцентный субстрат Б	1 фл.	0,7 мл	1
9. Пленка для заклеивания планшета	1 шт.		
10. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
11. Ванночки для реагентов	2 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РЭА-ЛЮМО-БЕСТ" № 2
серия 1


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" А.С. М.Д. Хусайнов
"05" 03 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"РЭА-ЛЮМО-БЕСТ" №1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" А.А.Сы М.Д. Хусаинов
"05" 03 2019 г.
АО "Вектор-Бест"
6404347550
г. Ростов-на-Дону, р.п. Кольцово











05 03

М.Д. Хусайнов
2019 г.
БЕЕСТ
ОГРН 1025404347550
Новосибирская область, р.п. Кольцово





ВЕКТОР
БЕСТ



REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации ракового
эмбрионального антигена
в сыворотке крови

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ


ЛОТ 2

СОСТАВ:

ЛОТ


1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к РЭА	1 шт.	2
2. Калибровочные образцы	6 фл. по 0,4 мл	2
3. Контрольный образец	1 фл., 0,4 мл	2
4. Конъюгат	1 фл., 23,0 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл., 12,0 мл	2
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл., 28,0 мл	2
7. Хемилюминесцентный субстрат А	1 фл., 7,0 мл	2
8. Хемилюминесцентный субстрат Б	1 фл., 0,7 мл	2
9. Пленка для заклеивания планшета	1 шт.	
10. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
11. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"РЭА-ЛЮМО-БЕСТ" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М. Д. Хусаинов
"05" 03 2019 г.


ВЕКТОР

БЕСТ



REF **X-XXXX**


Σ₉₆

LOT

2

ТУ 21.20.23-067-23548172-2019

РУ №



2019-02-21

2020-02-21

РЭА-ЛЮМО-БЕСТ

IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют