




NiMH

AXION

Стол пеленальный
с обогревом СПО-01

ЮМГИ.941121.001

EAC



ТУ32.50.50-240-49640047-2019



N011850001

~220В 50Гц

90ВА

05.2018

РУ № _____ ОТ XX.XX.XXXX

Сделано в России

ВНИМАНИЕ!

Матрац стола использовать в плоском виде.

Проникновение в матрац острых предметов недопустимо.

Матрац стола хранить в развернутом виде.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ частичное или полное перекрытие пациента подушками или одеялами.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

2 (два)

листов

Подпись






Стол пеленальный ЮМГИ.941121.001(Вид спереди)



Ложе ЮМГИ.943129.011




Стойка ЮМГИ.301421.048



Перемычка ЮМГИ.301712.006



Перемычка ЮМГИ.301712.006



Основание ЮМГИ.741134.410

Основание ЮМГИ.741134.410

Прото́к ЮМГИ.715114.025-01

Прото́к ЮМГИ.715114.025-01

Протокол ЮМГИ.715114.025

Протокол ЮМГИ.715114.025

Полка ЮМГИ.745222.193

Полка ЮМГИ.745222.193

Матрац стола ЮМГИ.325636.002





Шнур сетевой ЮМГИ.685612.097



Ложе ЮМГИ.943129.011(Маркировка)



Всего прошнуровано и скреплено
печатью

12
(двенадцать) лист(ов)

Генеральный директор
ООО Концерн «Аксион»

 С.Н. Екимчев

