

**RU..
TEST**

Helicobacter
pylori

344029, г. Ростов-на-
Дону,
1-й Конной Армии, 37б,
офис 5
info@pylori.ru
www.pylori.ru
+7 863 210 81 29

ИНН 6166105440
КПП 616601001
ОГРН 1176196030537
от 30.06.2017

Генеральный директор
ООО «РуТест Технологии»

Ермилов Сергей Сергеевич


« 11 » декабря 2019 г.
М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Набор реагентов для клинической лабораторной диагностики Helicobacter pylori («RU-Test Helicobacter pylori») по ТУ 21.20.23-001-16185645-2018»

Набор реагентов для клинической лабораторной диагностики *Helicobacter pylori* («RU-Test *Helicobacter pylori*») по ТУ 21.20.23-001-16185645-2018 в потребительской упаковке



Производитель:

ООО «РyТест Технологии»

344029, г. Ростов-на-Дону

Ул. 1-й Конной Армии, 37б, офис №5

+7 863 210 81 29

Место производства:

ИП Легостаев В.М.

344029, г. Ростов-на-Дону,

Ул. Менжинского, 4а, пом. 7

Дата производства: 02 СЕН 2019

www.pylori.ru

Номер партии: 02.09.2019

Регистрационное удостоверение:

Выдано:

Номер ТУ:

**Набор реагентов для клинической лабораторной диагностики
Helicobacter pylori («RU-Test Helicobacter pylori»)**

Предназначен только для in vitro диагностики инфекции Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка и выявления бактерий Helicobacter pylori в биоптатах слизистой оболочки желудка.

Комплектация набора:

Диагностические экспресс-тесты – 100 пробирок
Флакон с растворителем – 1 штука
Инструкция по применению – 1 штука

Срок годности: 2 года

Хранить в упаковке изготовителя
при температуре от +0°C до +50°C.

Беречь от попадания прямых солнечных лучей.


Беречь от влаги.

Изделие нестерильное. Использовать однократно!

ООО с ограниченной ответственностью
«ГОСЗДОР»
(наименование Клиента)
ОБЛ Ростовская, г Ростов-На-Дону, ул 1-й Конной
Армии, дом 31/б
(адрес)

④ Красн 120.

Набор реагентов для клинической лабораторной диагностики *Helicobacter pylori* («RU-Test *Helicobacter pylori*») по ТУ 21.20.23-001-16185645-2018



Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 5 листа(ов)
Генеральный директор С.С. Ермилов
« » 2019 год

