

Фотографическое изображение МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор контролей В·Р·А·Н·М·S sFlt-1 KRYPTOR QC для проведения внутреннего контроля при автоматическом иммунофлуоресцентном количественном определении sFlt-1 (Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1) в сыворотке человека и ЭДТА-плазме


Производства

**В·Р·А·Н·М·S GmbH (Б·Р·А·М·С ГмбХ)
Neuendorfstr. 25, 16761 Hennigsdorf, Germany, Германия**

2019

Внешний вид (вид сверху)


(карта со штрих-кодом вместе с диском с записанной на нем инструкцией по применению, наклейки со штрих-кодом упакованы в две белые бумажные коробки размером 89 мм x 90 мм (длина x высота x ширина), завернутую в прозрачную полимерную пленку (внешняя упаковка изделия).



Вид внутри
Контроль 1 БРАМС sFlt-1 КРИПТОР (B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR QC)



Контроль 2 БРАМС sFlt-1 КРИПТОР (B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR QC) и Контроль 3 БРАМС sFlt-1 КРИПТОР (B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR QC)







Thermo
SCIENTIFIC**B·R·A·H·M·S**
sFlt-1
KRYPTORQC**REF** 84592**CONTROL****LOT** /45103A**VIALS** 3x2**IVD**

2019-02-05

2 °C $\rightarrow$ 8 °CB·R·A·H·M·S GmbH
Neuendorfstr. 25
16761 Hennigsdorf, GERMANY

FormNumber 01

SampleId SFTC1103

Min - Max (Target)

SFLT1 (pg/mL)

1132.8 - 1699.2 (1416.0)

FormNumber 01

SampleId SFTC2103

Min - Max (Target)

SFLT1 (pg/mL)

2264.8 - 3397.2 (2831.0)

Thermo
SCIENTIFIC

B·R·A·H·M·S
sFlt-1
KRYPTOR QC

REF 84592

CONTROL

LOT /45104A

VIALS 3x2

IVD



2019-11-20

2 °C / 8 °C



B·R·A·H·M·S GmbH
Neuendorfstr. 25
16761 Hennigsdorf, GERMANY



FormNumber 01

SampleId SFTC1104


	Min	-	Max	(Target)
SFLT1 (pg/mL)	1271.2	-	1906.8	(1589.0)

ейки со штрих-кодом



Тренинная упаковка:

Контроль 1 БРАМС sFlt-1 КРИПТОР (B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR QC)
 Контроль 2 БРАМС sFlt-1 КРИПТОР (B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR QC)
 Контроль 3 БРАМС sFlt-1 КРИПТОР (B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR QC)
 Карта со штрих-кодом
 Наклейки со штрих-кодом для каждого контроля
 Инструкция по применению, записанная на компакт-диск



зонумеровано, прошито и

реплено печатью

0 листов

неральный директор АО

«Термо Фишер Сайентифик»

А. Лашков

