

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

Директор

ООО «БЕРКУТ-2000»



С.Д. Павлюков
Павлюков С.Д.
13 » сентября 2019 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

медицинского изделия

«Шкаф холодильный фармацевтический
«САРАТОВ» по ТУ 28.25.13-008-26867771-2018»

производства ООО «БЕРКУТ-2000», Россия



Рис. 1. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 501ХФ.

Рис. 1. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 501ХФ.






Рис. 2. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 501ХФ-01.

Рис. 2. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического 501ХФ-01.






Рис. 3. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ.

Рис. 3. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модели 502ХФ.

Сделано в России

ООО «Беркут-2000»

Шкаф холодильный фармацевтический

«САРАТОВ» модель - 502ХФ

IP21

УХЛ4.2* ТУ 28.25.13-008-26867771-2018



Номинальный ток 1,1 А

Общий объём 300 дм³

Полезный объём 280 дм³

Потребляемая мощность 0,242 кВт

Мощность лампы 5 Вт

220 В ~ 50 Гц

Хладагент R134A масса 140 г.

Режим работы продолжительный




№ 004

Дата выпуска 10. 2018



Рис. 4. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ-01.

Рис. 4. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ-01.






Рис. 5. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ-02.

Сделано в России		ООО «Беркут-2000»	
Шкаф холодильный фармацевтический			
«САРАТОВ» модель – 502ХФ-02			
IP21	УХЛ4.2*	ТУ 28.25.13-008-26867771-2018	
Общий объём		250 дм ³	
Полезный объём		230 дм ³	
Номинальный ток 0,9 А	Потребляемая мощность	0,198 кВт	
	Мощность лампы	5 Вт	
	220 В ~ 50 Гц		масса 130 г.
	Хладагент R134A		
	Режим работы продолжительный		
	№ 008	Дата выпуска	10. 2018

Рис. 5. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ-02.




Рис. 6. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ-05.

Рис. 6. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 502ХФ-05.






Рис. 7. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 503ХФ.

Рис. 7. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 503ХФ.

Сделано в России		ООО «Беркут-2000»	
Шкаф холодильный фармацевтический			
«САРАТОВ» модель – 503ХФ			
IP21	УХЛ4.2*	ТУ 28.25.13-008-26867771-2018	
	Общий объём		335 дм ³
	Полезный объём		320 дм ³
	Потребляемая мощность		0,484 кВт
Номинальный ток 2,2 А		Мощность лампы 5 Вт	
Хладагент R134A		220 В ~ 50 Гц	
№ 008		Масса хладагента: Верхняя камера 70 г.	
		Нижняя камера 70 г.	
		Режим работы продолжительный	
		Дата выпуска 10. 2018	



Рис. 8. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 503XF-01.

Рис. 8. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 503ХФ-01.

Сделано в России		ООО «Беркут-2000»	
Шкаф холодильный фармацевтический			
«САРАТОВ» модель – 503ХФ-01			
IP21	УХЛ4.2*	ТУ 28.25.13-008-26867771-2018	
	Номинальный ток 2,2 А	Общий объём	335 дм ³
		Полезный объём	320 дм ³
	Хладагент R134A	Потребляемая мощность	0,484 кВт
		Мощность лампы	5 Вт
220 В ~ 50 Гц			
Масса хладагента: Верхняя камера 70 г.			
Нижняя камера 70 г.			
Режим работы продолжительный			
№ 008		Дата выпуска 10. 2018	



Рис. 9. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 504ХФ.

Сделано в России		ООО «Беркут-2000»	
Шкаф холодильный фармацевтический			
«САРАТОВ» модель – 504ХФ			
IP21	УХЛ4.2*	ТУ 28.25.13-008-26867771-2018	
	Общий объём	225 dm³	
	Полезный объём	205 dm³	
	Номинальный ток 1 ф. А	Потребляемая мощность	9,356 кВт
		Мощность лампы	4 Вт
		220 В	50 Гц
	Упаковка R134A	нет	нет
	Режим работы	продолжительный	
	№	005	Дата выпуска 10.2018
			

Рис. 9. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 504ХФ.




Рис. 10. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 504ХФ-01.

ООО «Беркут-2000»

**Шкаф холодильный фармацевтический
«САРАТОВ» модель – 504ХФ-01**

IP21 УХЛ4.2* ТУ 28.25.13-008-26867771-2018



Номинальный ток 1,8 А

Общий объем	225 дм ³
-------------	---------------------

Полезный объем	205 дм ³
----------------	---------------------

Потребляемая мощность 0,396 кВт

Мощность лампы 4 Вт

220 В ~ 50 Гц

Хладагент R134A масса 65 г.

Режим работы продолжительный

№ 008

Дата выпуска 10. 2018

EAC

Рис. 10. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 504ХФ-01.



Рис. 11. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 505ХФ.

Сделано в России

ООО «Беркут-2000»

Шкаф холодильный фармацевтический

«САРАТОВ» модель – 505ХФ

IP21

УХЛ4.2* ТУ 28.25.13-008-26867771-2018



Номинальный ток 0,6 А

Общий объём 120 дм³

Полезный объём 112 дм³

Потребляемая мощность 0,132 кВт

Мощность лампы 4 Вт

220 В ~ 50 Гц

Хладагент R134A масса 40 г.

Режим работы продолжительный



№ 007

Дата выпуска 10. 2018



Рис. 12. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 505ХФ-01.

Рис. 12. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модель 505ХФ-01






Рис. 13. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 509ХФ.

Рис. 13. 2. Маркировочная табличка шкафа холодильного фармацевтического модели 509ХФ






Рис. 14. 1. Общий вид шкафа холодильного фармацевтического модель 509ХФ-01.

Сделано в России

ООО «Беркут-2000»

Шкаф холодильный фармацевтический

«САРАТОВ» модель – 509ХФ-01

IP21 УХЛ4.2* ТУ 28.25.13-008-26867771-2018



Номинальный ток 1,2 А

Общий объём 400 дм³

Полезный объём 380 дм³

Потребляемая мощность 0,264 кВт

Мощность лампы 5 Вт

220 В ~ 50 Гц

Хладагент R134A масса 140 г.

Режим работы продолжительный



№ 008

Дата выпуска 10. 2018

Всего прошито и скреплено
печатью
29 листов

ООО «Беркут-2000»

Павлюков С.Д.

Соловьев

*и.о. директора Соловьев
С.И.*

