

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Биосенсор АН»



Гвоздев А.Р.

17 июля 2019 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости

Кольпо-Тест pH



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Кольпо-тест рН


IVD



Полоски индикаторные для полуколичественного определения рН вагинальной жидкости

1. Вскрыть пакет, достать полоску индикаторную.
2. Нанести вагинальную жидкость на сенсорный элемент полоски так, чтобы смочить всю поверхность сенсорного элемента.
3. Через 1-2 секунды удалить избыток жидкости на сенсорном элементе легким прикосновением ребра полоски к чистой впитывающей бумаге (туалетная бумага, салфетка, полотенце) на 2-3 секунды.
4. Через 15 секунд с момента нанесения вагинальной жидкости сравнить окраску сенсорного элемента с цветовой шкалой на этикетке упаковки).

Только для диагностики in vitro



ООО «Биосенсор АН»
РФ, Московская область,
1-й проезд, д. 4

Хранить в сухом месте,
при температуре от +2° до +30°С
ТУ 21.20.23-005-4597786-2019
Р/Н

Состав: бромтимоловый синий, метиловый красный

Состав: полоски, элемент с цветной шкалой, инструкция



1 шт.



Ю-тест pH

IVD



количественного определения pH вагинальной жидкости

полоску индикаторную.

Нанести на сенсорный элемент полоски
поверхность сенсорного элемента.

Избыток жидкости на
прикосновением ребра полоски
к бумаге (туалетная бумага, салфетка,
т.п.).

После нанесения вагинальной жидкости
на сенсорный элемент с цветовой шкалой

Только для диагностики in vitro




ООО «Биосенсор АН»
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4



Хранить в сухом месте
при температуре от +2° до +30°С

ТУ 21.20.23-005-4567786-2019
РУ №

Состав: полоска, этикетка с цветовой шкалой, инструкция



1 шт.



Директор ООО «Биосенсор АН»

А.Р. Гвоздев

Кольпо-тест pH

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости

1. Вынуть пакет, достать полоску индикаторную
2. Нанести вагинальную жидкость на сенсорный элемент полоски так, чтобы смочить всю поверхность сенсорного элемента
3. Через 1-2 секунды удалить избыток жидкости на элемент полоски (туалетная бумага, салфетка).



Кольпо-тест pH

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости

1. Вынуть пакет, достать полоску индикаторную.
2. Нанести вагинальную жидкость на сенсорный элемент полоски так, чтобы смочить всю поверхность сенсорного элемента
3. Через 1-2 секунды удалить избыток жидкости на элемент полоски (туалетная бумага, салфетка).



Полоски индикаторные
для полуколичественного определения
pH вагинальной жидкости

5 штук

- Достоверно!
- Удобно!
- Быстро!



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Кольпо-тест pH

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости


1. Вскрыть пакет, достать полоску индикаторную.
2. Нанести вагинальную жидкость так, чтобы смочить всю поверхность сенсорного элемента полоски.
3. Через 1-2 секунды удалить избыток жидкости на сенсорном элементе легким прикосновением ребра полоски к чистой впитывающей бумаге (туалетная бумага, салфетка, полотенце) на 2-3 секунды.

Кольпо-тест pH

Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости

1. Вскрыть пакет, достать полоску индикаторную.
2. Нанести вагинальную жидкость на сенсорный элемент полоски так, чтобы смочить всю поверхность сенсорного элемента.
3. Через 1-2 секунды удалить избыток жидкости на сенсорном элементе легким прикосновением ребра полоски к чистой впитывающей бумаге (туалетная бумага, салфетка, полотенце) на 2-3 секунды.
4. Через 15 секунд с момента нанесения вагинальной жидкости сравнить окраску сенсорного элемента с цветовой шкалой на этикетке упаковки).

Только для диагностики in vitro



Способ применения:

1. Вскрыть пакет, достать тест-полоску.
2. Нанести вагинальную жидкость на сенсорный элемент тест-полоски так, чтобы смочить всю поверхность сенсорного элемента.
3. Через 1-2 секунды удалить избыток жидкости на сенсорном элементе легким прикосновением ребра полоски к чистой впитывающей бумаге (туалетная бумага, салфетка, полотенце) на 2-3 сек.
4. Через 15 секунд с момента нанесения вагинальной жидкости сравнить окраску сенсорного элемента с цветовой шкалой на этикетке упаковки.



ООО «Биосенсор АН»,
РФ, г. Черноголовка
1-й проезд, д. 4

+7(496)522-81-90
+7(496)522-84-90

Хранить в сухом месте при температуре
от +2° до +30° С.

ТУ 21.20.23-005-45677786-2019
РУ №

Состав: полоски, этикетка с цветовой шкалой, инструкция



4 620000 867722

Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Кольпо-тест pH

1. Вскрыть пакет, достать полоску индикатора.
2. Наложить индикаторную ленту на влажную поверхность так, чтобы смочить всю поверхность.
3. Через 1-2 секунды удалить индикаторный элемент с помощью чистой салфетки (туалетная бумага, салфетка).
4. Через 15 секунд с помощью цветовой шкалы определить pH вагинальной жидкости.



Полоски индикаторные для полуколичественного определения pH вагинальной жидкости

5 штук

- Достоверно!
- Удобно!
- Быстро!

Кольпо-тест pH

«Кольпо-т

индикаторных для по
ригинальной жидкости

для визуального полуколичественного определения pH вагинальной жидкости. Данное определение дает возможность диагностировать состояние микрофлоры влагалища. Также применяется в качестве ранней диагностики инфекционных заболеваний. Важно измерять pH вагинальной жидкости с помощью индикаторных полосок. Это позволяет своевременно выявить нарушения и провести адекватное лечение. Очень важно начинать измерение pH вагинальной жидкости с помощью индикаторных полосок.



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

сиренный 9 лндов
Оф. ООО "Биосенсор АН"
Подоб Р.Р. [Signature]

