

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»**

111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 1

Повязка гелевая ранозаживляющая «АППОЛО»

Зарегистрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной
основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные
«АППОЛО –ПГ –ПАК-АМ» на основе полиакрилатного гидрогеля с
включением анилокаина и миромистина»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 010109

Количество: 45000

Дата стерилизации: 30.01.09 г.

Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь равно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	(4,0±0,5)см x (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см x (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см x (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см x (40,0±1,5)см	(30,0x39,0)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм ²	8,0 г/дм ²	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,7 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	15мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009

Начальник ОКК

Левцова Н.В.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»**

111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 1

Повязка гелевая ранозаживляющая «АППОЛО»

Зарегистрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной
основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные
«АППОЛО –ПГ –ПАК-АМ» на основе полиакрилатного гидрогеля с
включением анилокаина и миромистина»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 010109

Количество: 5000

Дата стерилизации: 30.01.09 г.

Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	(4,0±0,5)см x (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см x (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см x (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см x (40,0±1,5)см	(4,0x4,8)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм ²	18,0 г/дм ²	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,7 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	15 мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009

Начальник ОКК

Левцова Н.В.

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Аполо»**

111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 1

Повязка гелевая ранозаживляющая «АППОЛО»

Зарегистрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной
основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные
«АППОЛО –ПГ –ПАК-АМ» на основе полиакрилатного гидрогеля с
включением анилокаина и миромистина»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 010109

Количество: 45000

Дата стерилизации: 30.01.09 г.

Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	(4,0±0,5)см x (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см x (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см x (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см x (40,0±1,5)см	(10,0x9,5)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм ²	20,0 г/дм ²	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,7 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	15мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.



Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009

Начальник ОКК

«АППОЛО»

Левшова Н.В

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»**

111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380-21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 2

Повязка гелевая ранозаживляющая «АППОЛО»

Зарегистрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной
основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные
«АППОЛО –ПГ –ПАК-АМ» на основе полиакрилатного гидрогеля с
включением анилокаина и миромистина»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 020608

Количество: 25000

Дата стерилизации: 27.06.08

Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	(4,0±0,5)см х (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см х (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см х (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см х (40,0±1,5)см	(20,0х29,9)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм ²	15,0 г/дм ²	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,7 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	15 мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009

Начальник ОКН

Левшова Н.В

