Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»
111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 1

Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО»

Зарегестрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные «АППОЛО –ПГ –ПАК-АИ» на основе полиакрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 010109

Количество: 5000

Дата стерилизации: 30.01.09 г.

Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	 (4,0±0,5)см х (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см х (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см х (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см х (40,0±1,5)см	(4,0х4,8)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм^2	18,0 г/дм^2	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,4 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	22 мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009

Начальник ОКК Левшова Н.В

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»
111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 1

Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО»

Зарегестрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные «АППОЛО –ПГ –ПАК-АИ» на основе полиакрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 010109

Количество: 5000

Дата стерилизации: 30.01.09 г.

Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	 (4,0±0,5)см x (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см x (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см x (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см x (40,0±1,5)см	 (30,0x39,0)см	 Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм^2	8,0 г/дм^2	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,4 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	22 мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009

Начальник ОКК Левшова Н.В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»
111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 7
Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО»

Зарегестрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные «АППОЛО –ПГ –ПАК-АИ» на основе полиакрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 070908
Количество: 55000
Дата стерилизации: 16.09.08 г.
Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	(4,0±0,5)см х (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см х (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см х (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см х (40,0±1,5)см	(19,3х29,0)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм^2	10,0 г/дм^2	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,4 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	22 мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009
Начальник ОКК Левшова Н.В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Апполо»
111123 г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 20. Тел. (495) 380 -21-47, 304-74-24.

ПАСПОРТ № 1

Повязка гелевая противоожоговая «АППОЛО»

Зарегестрирована под названием: «Повязки гелевые на текстильной основе для лечения ожогов и инфицированных ран, стерильные «АППОЛО –ПГ –ПАК-АИ» на основе полиакрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона»

ТУ 9393-002-42965160-2009

Серия : 010109
Количество: 35000
Дата стерилизации: 30.01.09 г.
Анализ выполнен по ТУ 9393-002-42965160-2009

№	Наименование параметров	Значение проверяемого параметра по ТУ	Фактическое значение	Заключение
1	2	3	4	5
1	Внешний вид	Повязки должны иметь ровно обрезанные края.	Края повязки ровные	Соотв.
2	Размеры повязки: 1 типоразмер 2 типоразмер 3 типоразмер 4 типоразмер	(4,0±0,5)см х (5,0±0,5)см (10,0±1,0;)см х (10,0±1,0)см (20,0±1,0)см х (30,0±1,5)см (30,0±1,5)см х (40,0±1,5)см	(10,0х9,5)см	Соотв.
3	Масса гидрогеля	7 - 25 г/дм^2	20,0 г/дм^2	Соотв.
4	Поглотительная способность, не менее	0,4 г/г	0,4 г/г	Соотв.
5	Содержание анилокаина, не более	5 %	5 %	Соотв.
6	Антимикробная активность (зона задержки роста по St. Aureus, не менее	2 мм	22 мм	Соотв.
7	Герметичность упаковки	Герметично	Герметично	Соотв.
8	Стерильность	Стерильно	Стерильно	Соотв.

Заключение: Соответствует требованиям ТУ 9393-002-42965160-2009
Начальник ОКК Левшова Н.В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU