

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

« 11 » 2021 г.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ**

**Контрольные материалы для контроля правильности количественного
определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови**

Контрольные материалы для контроля правильности количественного
определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Контроль (высокий уровень): 1 x1 мл

ТУ 21.20.23-074-94568735-2019

РЗН 2019/9275 от 21.11.2019



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.41кв

1 мл

Высокий уровень

35,4 (30.1-40.7) мг/л

КОНТРОЛЬ



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.43кв

Контрольные материалы для контроля правильности количественного
определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Контроль (высокий уровень): 3 x1 мл

ТУ 21.20.23-074-94568735-2019

РЗН 2019/9275 от 21.11.2019



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.43кв

1 мл

Высокий уровень

35,4 (30.1-40.7) мг/л



+2-8°C



xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КОНТРОЛЬ

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.42кв

Контрольные материалы для контроля правильности количественного
определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Контроль (низкий уровень): 1 x1 мл

ТУ 21.20.23-074-94568735-2019

РЗН 2019/9275 от 21.11.2019



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.42кв

1 мл

Низкий уровень

18,2 (15,5-20,9) мг/л

КОНТРОЛЬ



+2-8°C



LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.44кв

Контрольные материалы для контроля правильности количественного
определения концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Контроль (низкий уровень): 3х1 мл

ТУ 21.20.23-074-94568735-2019

РЗН 2019/9275 от 21.11.2019



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

КОНТРОЛЬ

СРБ-КОНТРОЛЬ-ВИТАЛ

REF В 40.44кв

1 мл

Низкий уровень

18,2 (15,5-20,9) мг/л



+2-8°C

LOT

xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

—
**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего

5

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



только для in vitro диагностики
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg

СРБ-КОНТРОЛЬ-В
REF 16

Контрольные материалы для контроля
правильности количественного определения
концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови.

ТУ 21.20.23-074-94568735-2019
РЗН 2019/9275 от 21.11.2019

Контроль(высокий уровень):1х1мл

LOT

Серия:xxxx

Дата выпуска:

гггг.мм

Годен до:

гггг.мм

2°C 8°C



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога В Каменку
дом 56, литера А



только для in vitro диагностики
Антитела к Вич 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg

СРБ-КОНТРОЛЬ

REF 16

Контрольные материалы для контроля
правильности количественного определения
концентрации С-реактивного белка
в сыворотке крови.

ТУ 21.20.23-074-94568735-2019

РЗН 2019/9275 от 21.11.2019

Контроль (низкий уровень): 1x1мл

Серия:xxxx

Дата выпуска:

ГГГГ.ММ

Годен до:

ГГГГ.ММ

2 °C 8 °C




Vital®




АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога Дачная
дом 56, литера А



40422101005173







—
**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 6 листа(ов)



Ген. директор

Плехов А.Г.