

ОКП 93 98 18

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР ООО предприятие "РЕПЕР-НН"

ТРЕУШНИКОВ В.М.

2004 г.



**Линзы интраокулярные полимерные
эластичные МИОЛ**

Этикетка

ПАРЛ 942521.00-01 ЭТ

инв. №.	подпись и дата	взамен	инв. №	подпись и дата

2004

1. Наименование изделия: «Линзы интраокулярные полимерные эластичные с закрытой гаптической частью МИОЛ» ТУ 9398-003-47530892-04.

2. Изделие обозначается: «Линза интраокулярная полимерная эластичная МИОЛ-1» ПАРЛ. 942521.00-01.

3. Технические данные.

3.1. «Линза интраокулярная полимерная эластичная МИОЛ-1» ТУ 9398-003-47530892-04 ПАРЛ. 942521.00-00.

3.1.1. Величина рефракции _____ Дптр
3.1.2. Диаметр оптической части 6,0 мм
3.1.3. Общий диаметр 11,0 мм
3.1.4. Срок годности годен до (месяц, год)
3.1.5. Изделие "стерильно". Вид стерилизации - газовая (ЕО)

4. Номер технических условий: ТУ 9398-003-47530892-04

5. Сведения о качестве изделия:

5.1. Качество изделия соответствует ТУ 9398-003-47530892-04

6. Сведения о приемке.

6.1. Ставится штамп ОТК.

6.2. Изделие соответствует ТУ 9398-003-47530892-04

7. Дата выпуска

7.1. Номер партии, год изготовления.

8. Условия хранения.

8.1. Хранить в сухом месте при температуре от - 5°C до +35°C.

9. Сведения о рекламациях.

9.1. Адрес для рекламаций: 603600, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корп.5, оф. 214, ООО предприятие "Репер-НН".

инв. №	Подпись и дата		инв. №	взамен	Подпись и дата			
ПАРЛ. 942521.00-01 ЭТ								
изм.	лист	№ документа	подпись	дата				
Разраб.		Викторова Е.А.		19.05.03	Линзы интраокулярные полимерные эластичные МИОЛ Этикетка	лит.	лист	листов
Проверил		Старостин М.А.		20.05.03		A	2	3
Н. контрол.		Волков Д.В.		26.05.03		ООО предприятие "РЕПЕР-НН"		
Утв.		Треушников В.М.		29.05.03				