

ОКП 93 98 18

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО предприятие "РЕПЕР-НН"

Треушников В.М.

2009 г.

Эндопротезы полимерные для восстановительной
и реконструктивной хирургии
«Реперен-ТМО»
Этикетка

ПАРЛ.931134.000 ЭТ

2009

Изм. № подл.	Подп. и да-	Вза-	Инв. №	Подп. и

1. Наименование изделия: «Эндопротез полимерный для восстановительной и реконструктивной хирургии «Реперен-ТМО», ТУ 9398-014-47530892-2009».
2. Изделие обозначается: «Эндопротез полимерный для восстановительной и реконструктивной хирургии «Реперен – ТМО – 1», ПАРЛ. 931134.-005
3. Технические данные.
 - 3.1. «Эндопротез полимерный для восстановительной и реконструктивной хирургии «Реперен–ТМО–1»,
 - 3.2. Форма - круглая, однослойная
 - 3.3. Размер: диаметр внешний 100 мм, диаметр внутреннего круга 70 мм
 - 3.4. Толщина 0,3 мм
 - 3.5. Размер ячеек 1,5 мм
 - 3.6. Срок годности годен до (месяц, год)
 - 3.7. Изделие "стерильно". Вид стерилизации - газовая (ЕО)
4. Номер технических условий: ТУ 9398-014-47530892-2009
5. Сведения о качестве изделия:
 - 5.1. Качество изделия соответствует ТУ 9398-014-47530892-2009
6. Сведения о приемке.
 - 6.1. Ставится штамп ОТК.
 - 6.2. Изделие соответствует ТУ 9398-014-47530892-2006
7. Дата выпуска (месяц, год)
 - 7.1. Номер партии, год изготовления.
8. Условия хранения.
 - 8.1. Хранить в сухом месте при температуре от - 5°С до +35°С.
9. Сведения о рекламациях.
 - 9.1. Адрес для рекламаций: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37, корп.23, оф.7, ООО предприятие "Репер-НН".

Подп. и дата		Инв. №		Взам. Инв.		Подп. и дата	

7.1. Номер партии, год изготовления.

8. Условия хранения.

8.1. Хранить в сухом месте при температуре от - 5°C до +35°C.

9. Сведения о рекламациях.

9.1. Адрес для рекламаций: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37, корп.23, оф.7, ООО предприятие "Репер-НН".

					ТУ 9398-014-47530892-2009 ЭТ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЭНДОПРОТЕЗЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ВОССТА- НОВИТЕЛЬНОЙ И РЕ- КОНСТРУКТИВНОЙ ХИ- РУРГИИ «РЕПЕРЕН- ТМО» Этикетка	Лит	Лист	Лис- тов
Разраб.			Викторова Е.А. <i>[подпись]</i>	08.01.08		А	2	3
Пров.			Старостин М.А. <i>[подпись]</i>	09.01.08		ООО «РЕПЕР-НН»		
Н.контр.			Волков Д.В. <i>[подпись]</i>	10.01.08				
Утв.			Треушников В.М. <i>[подпись]</i>	15.01.08				

Инв.№ подл.
14-01-08 ЭТ

«ЭНДОПРОТЕЗ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВИ- ТЕЛЬНОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ «РЕПЕРЕН-ТМО-1»		
ТУ 9398-014-47530892-2009		
Партия		1-01-08
Дата выпуска		январь 2009
Форма		круглая, однослойная
Размер, диаметр внешний		100 мм
диаметр внутреннего круга		70 мм
Толщина		0,3 мм
Размер ячеек		1,5 мм
Годен до		январь 2011
Стерильно ЕО	Нетоксично	однократное применение штамп ОТК 
Хранить в сухом месте при температуре от - 5°С до +35°С.		
Произведено ООО предприятие «Репер-НН», 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37, корп.23, оф. 7		

«ЭНДОПРОТЕЗ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВИ- ТЕЛЬНОЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ «РЕПЕРЕН-ТМО-2»		
ТУ 9398-014-47530892-2009		
Партия		1-01-08
Дата выпуска		январь 2009
Форма		квадратная, двухслойная
Размер		100x100 мм
Толщина (два слоя)		0,4 мм
Размер ячеек		1,0 мм
Годен до		январь 2011
Стерильно ЕО	Нетоксично	однократное применение штамп ОТК 
Хранить в сухом месте при температуре от - 5°С до +35°С.		
Произведено ООО предприятие «Репер-НН», 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37, корп.23, оф. 7		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 9398-014-47530892-2009 ЭТ	Лист
						3