

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу
краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме
крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Rubella
антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)»**

Rubella IgM Ctrl



www.corelaboratory.abbott/IFU

R01



08P4713



Exp.

2023-07-16



LOT


43200FN00




H27614R01

(01) 00380740200190 (17) 230716

(10) 43200FN00 (240) 08P4713











Подпись Григорьев

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу
краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Rubella антитела IgM
Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)»**



REF

08P4713

IVD



**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
качественного обнаружения антител класса IgM к вирусу краснухи
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i «Rubella антитела IgM Контрольные материалы
(Alinity i Rubella IgM Controls)»**

В составе: - Контроль (-) (Alinity i Rubella IgM Control -) – 1 флакон х 4,0 мл; - Контроль (+) (Alinity i Rubella IgM Control +) – 1 флакон х 4,0 мл; - Инструкция по применению / Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Страна происхождения: Ирландия

РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке:
www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в
графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные
компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия Rubella антитела IgM Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgM Controls)

1E2014R01

www.abbottdiagnostics.com

08 P4713

REF

Exp.

LOT

Rubella IgM Ctrls

Alinity i Rubella IgM Controls

Abbott

Rubella IgM Ctrls

	CONC	RANGE	CONC	RANGE
	INDEX	INDEX	S/CO	S/CO
CONTROL -	1 x 4.0 mL	≤ 0.84	-	≤ 0.53
CONTROL +	1 x 4.0 mL	1.75 - 5.25	2.10	1.00 - 3.28

2°C-8°C

Abbott

Diagnostic Division

Radbourn Business Park

Stoke Newington

London

SE26 5PU

+44 (0)20 7471 1712

CE

0123

PRODUCT OF IRELAND

2°C-8°C





CONTAINS ADJUVANT

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль (-) (Alinity i Rubella IgM CONTROL -)



08P47L
4.0 mL
G70818R01

- Контроль (+) (Alinity i Rubella IgM CONTROL +)



08P47M
4.0 mL
G70819R01



Подпись

[Handwritten signature]