

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения и качественного обнаружения антител класса IgG к вирусу краснухи иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Rubella антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i Rubella IgG Controls)"


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Alinity i Rubella IgG Controls

		CONC	RANGE
		IU/mL	IU/mL
CONTROL -	1 x 8.0 mL	0	< 4
CONTROL + 1	1 x 8.0 mL	25	15 - 35
CONTROL + 2	1 x 8.0 mL	300	180 - 420



CONTAINS AZIDE


 Abbott Ireland
 Diagnostic Division
 Parkside Business Park
 30pc
 Ireland
 +353 71 917717



PRODUCT OF IRELAND



en


Rubella IgG

REF 08P4610

G71307R01

C8P460

The Negative Control is
g. HIV-1 RNA HIV-1 Ag.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

Подпись

