



ООО «НПО Маркер»
117292. г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-002-35927791-2019:

Многoperеменный индикатор «ХимТест», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120 °С /45 мин, 126 °С /30 мин, 132 °С /20 мин

ПАР

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: дек. 2017г.

Годен до: 12.2022г.

(штамп ОТК)

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°С до 40°С, относительной влажности до 80% (при 25 °С), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

Номер партии: 1712 /1-1

Потребительская маркировка

сервис