

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах
Alinity i «Эстрадиол Калибраторы (Alinity i Estradiol Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

CAL A	1 x 3.0 mL	pg/mL	0
CAL B	1 x 3.0 mL	50	
CAL C	1 x 3.0 mL	100	
CAL D	1 x 3.0 mL	250	
CAL E	1 x 3.0 mL	500	
CAL F	1 x 3.0 mL	1000	

2°C — 8°C

Alinity i Estradiol Calibrators




Alinity i

(10) 79215UI00 (240) 07P5001 (91) Estradiol
 (01) 00380740129897 (17) 180615
 79215UI00
 07P5001
 www.abbottdiagnostics.com/ru
 2018-06-15
 07P5001




R02

670002002









Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5(пять) листов



Подпись

Иванов

Макет маркировки на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Эстрадиол Калибраторы (Alinity i Estradiol Calibrators)»



REF

07P51-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Эстрадиол Калибраторы (Alinity i Estradiol Calibrators)»

В составе:


1. Калибратор А (Alinity i Estradiol CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл
2. Калибратор В (Alinity i Estradiol CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл
3. Калибратор С (Alinity i Estradiol CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл
4. Калибратор D (Alinity i Estradiol CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл
5. Калибратор Е (Alinity i Estradiol CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл
6. Калибратор F (Alinity i Estradiol CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл
7. Инструкция по применению

Производитель: Fisher Diagnostics, A division of Fisher Scientifica Company, LLC, A part of Thermo Fisher Scientific, Inc. 8365 Valley Pike, Middletown, Virginia, USA. (США) для Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland. (Ирландия).

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют. Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1.

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.



Estradiol Cals



PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lismaculock, Limerick
Co. Limerick
Ireland
+353-45-3031000



Abbott

Alinity i Estradiol Calibrators

Alinity i Estradiol Calibrators

Abbott

		pg/mL
CAL A	1 x 3.0 mL	0
CAL B	1 x 3.0 mL	50
CAL C	1 x 3.0 mL	100
CAL D	1 x 3.0 mL	250
CAL E	1 x 3.0 mL	500
CAL F	1 x 3.0 mL	1000



CONTAINS: AZIDE

PROTECT FROM LIGHT


www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

07P5001

Exp.


LOT



G70202R03

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия



Alinity
 Estradiol


07P50A
 3.0 mL
 0 pg/mL
 G70214R01

2°C — 8°C



CONTAINS: AZIDE 

ABBOTT  Exp.



Alinity
 Estradiol


07P50B
 3.0 mL
 50 pg/mL
 G70215R01

2°C — 8°C



CONTAINS: AZIDE 

ABBOTT  Exp.



Alinity
 Estradiol


07P50C
 3.0 mL
 100 pg/mL
 G70216R01

2°C — 8°C



CONTAINS: AZIDE 

ABBOTT  Exp.



Alinity
 Estradiol


07P50D
 3.0 mL
 250 pg/mL
 G70217R01

2°C — 8°C



CONTAINS: AZIDE 

ABBOTT  Exp.



Alinity i
Estradiol

CAL E

07P50E
3.0 mL
500 pg/mL
G70218R01

2°C
8°C



SN

CONTAINS: AZIDE **CN**

ABBOTT



Alinity i
Estradiol

CAL F

07P50F
3.0 mL
1000 pg/mL
G70219R01

2°C
8°C



SN

CONTAINS: AZIDE **CN**

ABBOTT



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4/серия листов



Т.И.И.