

Фотографические изображения макетов маркировки медицинского изделия «Тест-полоски «Контур» (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour), в вариантах исполнения» до внесения изменений и после внесения изменений

Contour

BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS
BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS
BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS
BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS



OVERLAP AREA

USE ONLY WITH CONTOUR
BLOOD GLUCOSE METER
USE ONLY WITH CONTOUR
BLOOD GLUCOSE METER
USE ONLY WITH CONTOUR
BLOOD GLUCOSE METER
USE ONLY WITH CONTOUR
BLOOD GLUCOSE METER

**NO
CODING**

50 TEST STRIPS • TEST STRIPS
TEST STRIPS • TEST STRIPS

REF

XXXXXXXX

CLOSE TIGHTLY AFTER OPENING
CLOSE TIGHTLY AFTER OPENING
CLOSE TIGHTLY AFTER OPENING
CLOSE TIGHTLY AFTER OPENING

Address 1
Address 1
Address 1
Address 1
Address 1
Address 2
Address 2
Address 2
Address 2
Address 2
Address 3
Address 3
Address 3
Address 3
Address 3
Address 4
Address 4
Address 4
Address 4
Address 4

XXXXXXXX

ASCENSIA
Diabetes Care

Rev. 01/16

IVD



CE

0088

9°C 30°C



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com

LOT



CONTROL N

CONTROL L

CONTROL H

До внесения изменений: Фотографическое изображения макета маркировки потребительской упаковки (флакона)

Тест-полоски «Контур» (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)

РУ № ____ от ____

1. Тест-полоски «Контур» (Contour)– 50 шт. в упаковке;
2. Краткая инструкция по применению

Производитель: Асцензия Дайабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария (Ascensia Diabetes Care Holdings AG)

Адрес производителя: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland

Место производства: 1) PHC Corporation In Vitro Diagnostics Division,
2131-1 Minamigata, Toon Ehime 791-0395, Japan

2) RR Donnelly GTS Poland Sp. z o.o.,
ul. Zakladowa 90/92 92-402 Lodz, Poland

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Асцензия Диабетическая продукция», Россия (ООО «Асцензия Диабетическая продукция»)

Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706

Использовать только с глюкометром Contour.

Прочно закрывайте крышку флакона после использования.



Нормальный контрольный диапазон 5,8 - 8,1 ммоль/л



Нижний контрольный диапазон 1,8 - 2,7 ммоль/л



Верхний контрольный диапазон 16,7 - 23,1 ммоль/л



50 тест-полосок



OVERLAP AREA

Contour

Тест-полоски "Контур" (Contour) для системы контроля
уровня глюкозы в крови "Контур" (Contour)



ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб., д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
Тел. 8 800 200 44 43

Регистрационное Удостоверение
№РЗН 2021/13399 от 08.02.2021

9000XXXX

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
С ГЛЮКОМЕТРОМ CONTOUR

**Без
кодирования**

50

ТЕСТ-ПОЛОСОК

REF

9000XXXX

IVD



9°C - 30°C



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария

www.diabetes.ascensia.com

LOT



ASCENSIA
Diabetes Care

CONTROL N

CONTROL L

CONTROL H

Rev. 09/21

После внесения изменений: Фотографическое изображения макета маркировки потребительской упаковки (флакона)

Тест-полоски «Контур» (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)

РУ № _____ от _____

1. Тест-полоски «Контур» (Contour) – 50 шт. в упаковке;
2. Краткая инструкция по применению

Производитель: Асцензия Дайабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария (Ascensia Diabetes Care Holdings AG)

Адрес производителя: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland

Место производства: 1) PHC Corporation In Vitro Diagnostics Division,
2131-1 Minamigata, Toon Ehime 791-0395, Japan

2) RR Donnelly GTS Poland Sp. z o.o.,
ul. Zakładowa 90/92 92-402 Łódź, Poland

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Асцензия Диабетическая продукция», Россия (ООО «Асцензия Диабетическая продукция»)


Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706

Использовать только с глюкометром Contour.

Прочно закрывайте крышку флакона после использования.



50 тест-полосок



72485114851002

После внесения изменений: Макет маркировки транспортной упаковки флакона
на 50 тест-полосок



Contour

Тест-полоски "Контур" (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови "Контур" (Contour)

LOT



CONTROL H

CONTROL L

CONTROL H

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
Краснопресненская наб., д. 12, офис 706,
123610, Москва, Россия
Тел. 8 800 200 44 43

www.diabetes.ascensia.com



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ,
Швейцария

Тест-полоски изготовлены в Японии.

www.patents.ascensia.com

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ). Все права защищены.

Регистрационное Удостоверение
МРЗН 2021 / 13398 от 26.02.2021



ASCENSIA
Diabetes Care

90005122

Rev. 07/21

Contour

Тест-полоски "Контур" (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови "Контур" (Contour)



50 ТЕСТ-ПОЛОСОК

REF 90004216

См. обратную
сторону коробки

Contour

Тест-полоски "Контур" (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови "Контур" (Contour)

50

ТЕСТ-ПОЛОСОК

Без
кодирования

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
С ГЛЮКОМЕТРОМ CONTOUR

1977

Contour

Тест-полоски "Контур" (Contour) для системы контроля уровня глюкозы в крови "Контур" (Contour)

Для самостоятельного проведения теста



9°C 30°C



5 016003 197703



После внесения изменений: Макет маркировки транспортной упаковки флакона
на 100 тест-полосок

скреплено печатью 9 листов (-а)
Менеджер по регистрации ООО «Асцензия
Диабетическая Продукция»
Доброва Е.П. *Е.П. Доброва*

