

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Генеральный директор

по доверенности от 26.08.2020 г. Сысоева Н.В. Чэнь Син



27.08.2020 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Калибратор S50

для гематологических анализаторов BC-6000, BC-6200, BC-6800, BC-6800 Plus
(Редакция 1)



Рис. 1 Фотографическое изображение упаковки МИ

S50 Calibrator


Intended Purpose:

S50 Calibrator is used to calibrate WBC, RBC, HGB, MCV and PLT parameters on BC series hematology analyzers produced by MINDRAY.

Appearance and Components:

S50 Calibrator should be red to dark red fluid. This product is a suspension of simulated white cells (fixed animal red cells), stabilized human erythrocytes and simulated platelets (fixed animal red cells or platelets) in a medium containing stabilizers and preservatives.

IVD



mindray



Expiry Date

LOT

Batch Code

2019-04-20

BC30119

Specification

2 × 3mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg Germany



0GCBBC30119-100029

consecutive times). Be familiar with all steps and calculations before starting procedure, sufficient reagent quantities of the same lot

Рис. 2 Фотографическое изображение упаковки МИ




Рис. 3 Фотографическое изображение упаковки МИ

«Калибратор S50 для гематологических анализаторов BC-6000, BC-6200, BC-6800, BC-6800 Plus, 3 мл, 3 шт. в упаковке»




Рис. 4 Фотографическое изображение упаковки МИ

«Калибратор S50 для гематологических анализаторов BC-6000, BC-6200, BC-6800, BC-6800 Plus, 3 мл, 6 шт. в упаковке»




Рис. 5 Фотографическое изображение пробирки МИ «Калибратор S50 для гематологических анализаторов BC-6000, BC-6200, BC-6800, BC-6800 Plus»

Принято и
экспертно
подано на
7 листах

Сысоева

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 26.08.19Г

Сысоева Н.В.

