

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)


ТУ 21.20.23-082-94568735-2019
РУ

REF BT12-09

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения общего
простат-специфического антигена
в сыворотке крови человека
"ПСА-Имаксиз(IMAXYZ)"

Состав набора:

- | | |
|---|--------|
| 1. Микропланшет | 1 упак |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер Р | 1 фл. |
| 6. Буфер П | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Плёнка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |



LOT

серия:
008



Дата выпуска:
2019-06




Годен до:
2021-06

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент
Корпорэйшн", Россия 194356
Санкт-Петербург, Дорога в
Каменку, д.56, лит А
тел: (812) 702-10-86

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют





**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



2 _____ листа(ов)

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов

« 12 » _____ 2019 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека**

«Общий ПСА-Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-082-94568735-2019

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

REF ВТ 12-09

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека
«Общий ПСА-Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-082-94568735-2019
РУ _____

 +2-8°C

LOT Серия 008

 Дата выпуска 2019-06

 Годен до 2021-06

Состав набора:

- | | |
|---|---------|
| 1. Микропланшет | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат | 1 фл. |
| 5. Буфер Р | 1 фл. |
| 6. Буфер П | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Пленка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют.

REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Микропланшет с моноклональными антителами к ПСА

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008



годен до: 2021-06



REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 1

0 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008



годен до: 2021-06



REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 2

1 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 +2-8°C

LOT 008



годен до: 2021-06



REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 3

4 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-06



 +2-8°C



REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 4

10 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-06



 +2-8°C



REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD

Калибровочная проба № 5

30 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2021-06



 +2-8°C



REF BT 12-09

**Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD****Калибровочная проба № 6**
60 нг/мл
0,5 мл**Готова к использованию****LOT** 008 годен до: 2021-06 +2-8°C

REF BT 12-09

**Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD****Контрольная сыворотка**
2,5-3,9 нг/мл
0,5 мл**Готова к использованию****LOT** 008 годен до: 2021-06 +2-8°C

REF BT 12-09

**Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)
IVD****Конъюгат**
14 мл**Готов к использованию****LOT** 008 годен до: 2021-06 +2-8°C

REF BT 12-09

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Буфер Р

3,0 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development

 годен до: 2021-06

Буфер П

Буфер для промывки (20х)

20 мл

Развести в 20 раз

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development

 годен до: 2021-06

Только для in vitro диагностики

Раствор ТМБ

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 Vital
Development

 годен до: 2021-06

Только для in vitro диагностики

Стоп-реагент

14 мл

Готов к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008



 **годен до: 2021-06**



Только для in vitro диагностики

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор _____ Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

« 12 » 12 2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека**

«Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)»

ТУ 21.20.23-082-94568735-2019

Общий ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
общего простат-специфического антигена
в сыворотке крови человека
ТУ 21.20.23-082-94568735-2019**

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А**

 **+2-8°C**



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего

2

листа(ов)

Ген. директор



Плехов А.Г.

Development
Corporation