









АЛКОР БИО

ООО «Квантитатив Аликор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40, лит. А
телефон: +7 (812) 677 87 79, 677 2162,
info@alikorbio.ru, www.alikorbio.ru

ТиреоидИФА-атТПО

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека

LOT E004

EXP 106-13

2016-10-06


2017-10-06

20°C


20°C

Основной состав набора

1. Стриглы с иммобилизованной ТПО
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка



1 упак.
6 флак.



АЛКОР БИО

ТиреоидИФА-атТПО

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммунного аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови

LOT	E004		2016-10-05	
REF	100-13		2017-10-05	
IVD				

TV 9398-234-98539-446-2016
PV № ФСР 2011/12284 от 18.11.2011

Основной состав

1. Стрипы с иммобилизованным антигеном
2. Калибровочные пробы
3. Контрольная сыворотка
4. Конъюгат Е
5. Буфер А
6. Буфер Д
7. Буфер Р
8. Раствор ТМБ
9. Стоп-реагент

Принадлежности

1. Пакет закрывающийся полиэтиленом

ООО Цирми
125140, Москва, ул. Савко-Петровская,
10, стр. 1, пом. 4
Тел: +7 (495) 677 6774, 677 1162
E-mail: info@cirmi.ru, www.goszdravnadzor.ru

ТПО
для иммуноферментного определения
титров в крови человека

состав набора

мобилизованной ТПО	1 упак.
новые пробы	6 фл.
и сыворотка	1 фл.
	1 фл.
	1 фл.
	1 фл.
	3 фл.
	1 фл.
	1 фл.

ТМБ
агент

упаковки
защита полистироловый

1 шт.

CE

Конъюгат Е
ТироидиФА-ат ТПО
16 мл
E004
2017-10-05
при +2...+8°C
использованию
для диагностики in vitro


Раствор ТМБ
14 мл
053
2018-01-29
при +2...+8°C
использованию
для диагностики in vitro

Стоп-реагент
19 мл
431
2019-07-06
при +2...+8°C
использованию
для диагностики in vitro

Буфер А
ТироидиФА-ат ТПО
14 мл
E004
2017-10-05
при +2...+8°C
использованию
для диагностики in vitro

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 4 (285n/e) лист 9

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
_____ Д.Г. Польшцев



Фотографии медицинского изделия

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиройдной пероксидазе в сыворотке крови человека» («ТиройдИФА-атТПО») по ТУ 9398-234-98539446-2016 , производства ООО «Компания Алкор Био»

- фотография «ТиройдИФА-атТПО» по ТУ 9398-221-98539446-2016, общий вид– лист 2;
- фотография «ТиройдИФА-атТПО», по ТУ 9398-221-98539446-2016, флаконы с КП укрупнено– лист 3;
- фотография «ТиройдИФА-атТПО», по ТУ 9398-221-98539446-2016, Буфер Д, Буфер Р укрупнено– лист 4;
- фотография «ТиройдИФА-атТПО», по ТУ 9398-221-98539446-2016, Стоп-реагент, Конъюгат Е, Раствор ТМБ, Буфер А укрупнено– лист 5.

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынцев Д.Г.



Макеты этикеток на медицинское изделие

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиройдной пероксидазе в сыворотке крови человека» («ТироидИФА-атТПО») по ТУ 9398-234-98539446-2016, производства ООО «Компания Алкор Био»

- внешняя (головная) этикетка на «ТироидИФА-атТПО»– лист 2;
- внутренние этикетки на «ТироидИФА-атТПО»– лист 3.

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г..



Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека» («ТиродиИФА-атТПО») по ТУ 9398-234-98539446-2016

Макет внешней этикетки

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО www.alkorbio.ru

Для профессионального применения

F1

LOT E004 2017-10-05

REF 100-13

IVD

MediMark Europe
11 rue E Zola 38100 Grenoble France

2 000027 609772

ТиродиИФА-атТПО


ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7 (812) 677 8779; 677 2162,
info@alkorbio.ru; www.alkorbio.ru

ТиродиИФА-атТПО

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека



ТУ 9398-234-98539446-2016
ПУ № ФСР 2011/12284 от 11.01.2017

Основной состав набора

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Стрипы с иммобилизованной ТПО | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Конъюгат Е | 1 фл. |
| 5. Буфер А | 1 фл. |
| 6. Буфер Д | 1 фл. |
| 7. Буфер Р | 3 фл. |
| 8. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 9. Стоп-реагент | 1 фл. |

Принадлежности

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 1 шт |
|---------------------------------------|------|

ТиродиИФА-атТПО



2 000027 609772

LOT E004 2017-10-05

REF 100-13

MediMark Europe
11 rue E Zola 38100 Grenoble France

Для профессионального применения

F1

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО www.alkorbio.ru

Набор реагентов с принадлежностями для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке крови человека» («ТирондИФА-атТПО») по ТУ 9398-234-98539446-2011

Макет внутренних этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Калибровочная проба №1
ТирондИФА-атТПО

0 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №2
ТирондИФА-атТПО

25 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №3
ТирондИФА-атТПО

50 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №4
ТирондИФА-атТПО

100 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №5
ТирондИФА-атТПО

250 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Калибровочная проба №6
ТирондИФА-атТПО

500 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Конъюгат Е
ТирондИФА-атТПО

объем 16 мл
серия № E204
голен до 2018-01-20
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер А
ТирондИФА-атТПО

объем 14 мл
серия № E204
голен до 2018-01-20
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Д
ТирондИФА-атТПО

объем 50 мл
серия № E204
голен до 2018-01-20
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Контрольная сыворотка
ТирондИФА-атТПО

60 - 90 Ед/мл голен до 2018-01-20
объем 0,5 мл хранить при +2...+8 °С
серия № E204 готова к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Р (20X)

объем 14 мл
серия № 126
голен до 2018-07-29
хранить при +2...+8 °С
+ 266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Буфер Р (20X)

объем 14 мл
серия № 126
голен до 2018-07-29
хранить при +2...+8 °С
+ 266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ

объем 14 мл
серия № 053
голен до 2018-01-29
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Стоп-реагент

объем 14 мл
серия № 431
голен до 2019-07-06
хранить при +2...+8 °С
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Стрипы с иммобилизованной
ТПО

ТирондИФА - атТПО

серия № E204
голен до 2018-01-20
хранить при +2...+8 °С
готовы к использованию
только для диагностики in vitro

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (74) листа

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

