



Федеральное бюджетное учреждение науки
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS/2019-nCoV
методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией

"Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG"

по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020

Регистрационный номер

Серия: C002-01-2020

Дата регистрации

Дата изготовления: 30.01.2020

Годен до: 30.01.2021

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С


Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от

минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

После транспортирования при температуре от 2 °С до 8 °С

интенсивность не более 7 суток.

для диагностики in vitro"



Состав набора:

1. Реагент-1, прозрачная бесцветная жидкость, 1,90 мл, 1 пробирка.
 2. Реагент-2, прозрачная бесцветная жидкость, 0,10 мл, 1 пробирка.
 3. ПКО, прозрачная бесцветная жидкость, 0,15 мл, 1 пробирка.
 4. ОКО, прозрачная бесцветная жидкость, 0,15 мл, 1 пробирка.
- Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению, паспорт.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для выявления
РНК коронавирусов SARS/2019-nCoV
методом ПЦР
с гибридационно-флуоресцентной детекцией
("Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG")
по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020

Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG

Генеральный директор

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

Handwritten signature



Г.А. Максютов

УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора

ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"

Роспотребнадзора



Е.В. Гаврилова

февраля 2020 г.

Маркировка медицинского изделия.

Федеральное бюджетное учреждение науки

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

«Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS/COVID-19

методом ПЦРс гибридизационно-флуоресцентной детекцией

(«Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG»)

по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020

Внутренняя упаковка

Этикетка на микропробирки

ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора
"Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG"

Наименование реагента Объем (мл)

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С

"Только для диагностики ин витро"

КОПИЯ ВЕРНА

Зав. ОБТК

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Роспотребнадзора





УТВЕРЖДАЮ

Зав. генерального директора
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Е.В. Гаврилова

15 февраля 2020 г.

Маркировка групповой упаковки
(транспортной тары)



Федеральное бюджетное учреждение науки
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09

Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS/COVID-19
методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией

"Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG"
по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020

Регистрационный номер

Дата регистрации

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С

Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

"Только для диагностики ин витро"

"Хрупкое, обращаться осторожно"

"Беречь от влаги"

"Температурный диапазон"

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто набора _____

Количество наборов _____





УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Е.В. Гаврилова

"феврале" 2020 г.

Этикетка для коробки (пакета)



**Федеральное бюджетное учреждение науки
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09**

**Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS/COVID-19
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией**

"Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG"

по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020

Регистрационный номер

Дата регистрации

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С


Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

"Только для диагностики ин витро"

Состав набора:

1. Реагент-1, прозрачная бесцветная жидкость,
1,90 мл, 1 пробирка.
2. Реагент-2, прозрачная бесцветная жидкость,
0,10 мл, 1 пробирка.
3. ПКО, прозрачная бесцветная жидкость,
0,15 мл, 1 пробирка.
4. ОКО, прозрачная бесцветная жидкость,
0,15 мл, 1 пробирка.
5. Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению, паспорт.





УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора
ФБУИ ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Е.В. Гаврилова

13 февраля 2020 г.

**Маркировка групповой упаковки
(транспортной тары)**



**Федеральное бюджетное учреждение науки
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09**

**Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS/COVID-19
методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией**

**"Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG"
по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020**

Регистрационный номер

Дата регистрации

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С

Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

"Только для диагностики ин витро"

"Хрупкое, обращаться осторожно"

"Беречь от влаги"

"Температурный диапазон"

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто набора _____

Количество наборов _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Роспотребнадзора

Е.В. Гаврилова

16 февраля 2020 г.



Этикетка для коробки (пакета)



**Федеральное бюджетное учреждение науки
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**630559, рабочий поселок Кольцово, Новосибирской области,
Тел. (383) 336-60-10, Тел./факс (383) 336-74-09**

**Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS/COVID-19
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией**

"Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG"

по ТУ 21.20.23-089-05664012-2020

Регистрационный номер

Дата регистрации

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С

Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

"Только для диагностики ин витро"

Состав набора:

1. Реагент-1, прозрачная бесцветная жидкость,
1,90 мл, 1 пробирка.
2. Реагент-2, прозрачная бесцветная жидкость,
0,10 мл, 1 пробирка.
3. ПКО, прозрачная бесцветная жидкость,
0,15 мл, 1 пробирка.
4. ОКО, прозрачная бесцветная жидкость,
0,15 мл, 1 пробирка.
5. Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению, паспорт.

