

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НХТ»

А. В. Луковкин

«скрепка» 20 2 сг.





**Фотографии
медицинского изделия**

**Аппарат светодиодный для фотодинамической терапии «VaNNile beauty»
по ТУ 26.60.13-004-53807582-2018 с принадлежностями**









Аппарат светодиодный для фотодинамической терапии «VaNNile beauty»

ООО "Новые Хирургические Технологии"

ТУ 26.60.13-004-53807582-2018

№ 

Год выпуска изделия

20 19 г

Напряжение питания

12 В

Сила постоянного тока

2,5 А

Потребляемая мощность макс.

100 Вт

Максимальная суммарная мощность излучения

30 Вт

Длина волны

660 нм







**Аппарат светодиодный для фотодинамической
терапии «VaNNile beaty» с принадлежностями
ТУ 26.60.13-004-53807582-2018**

Серийный номер
Напряжение питания
Частота переменного тока
Потребляемая мощность, макс.
Год выпуска изделия
Максимальная суммарная мощность излучения
Длина волны
Сила постоянного тока

001
12В
50 Гц
102 Вт
2019
30 Вт
660 нм
8,5 А



Комплект поставки

1. Основной блок аппарата
 2. Секция аппарата силовая
 3. Блок питания со шнуром
 4. Руководство по эксплуатации
- Принадлежности
1. Очки защитные

Условия хранения

Хранить изделие при температуре
от + 5°C до + 40°C и относительной
влажности 80% при температуре плюс 25°C

Условия эксплуатации

Эксплуатировать изделие при температуре
от + 10°C до + 35°C при относительной
влажности воздуха 80% при + 25°C

ООО «Новые Хирургические Технологии»



111402, город Москва, Жемчужной аллея, дом 5, корпус 2, э 1 п 109 к 4 рм 1.
тел. (495) 641-81-13 E-mail: nnpa44@rambler.ru

Рег. удостоверение № _____ от _____

Аппарат светодиодный для фотодинамической терапии «VaNNile beaty»



Аппарат светодиодный для фотодинамической терапии «VaNNile beauty»

и скреплено печатью

9 1 деvяти

) лист(ов)

(Цифрами)

(прописью)

Генеральный директор

ООО «Новые Хирургические Технологии»

Луковкин Алексей Владимирович

Ф.И.О.



личная подпись

« 02 » апреля 2024 г.

