


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот»
одноразовое «Виталфарм» по ТУ 32.50.13-047-85535470-2017, в вариантах
исполнения»

Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –
Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» (лицевая сторона)




Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Копия верна

Андросов В.В.



Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –
Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» (обратная сторона)



Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» в потребительской упаковке (лицевая сторона)

УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

«Рот – Устройство – Рот»
одноразовое S «Виталфарм»



Устройство предназначено для сердечно – легочной реанимации способом
искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот».

ТУ 32.50.13-047-85535470-2017

РУ № РЗН 2018/6705 от 22.01.2018

Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –
Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» в потребительской упаковке
(обратная сторона)

Применение: Положить пострадавшего на ровную поверхность. Ослабить его одежду и очистить его рот чистым платком. Запрокинуть голову пострадавшего. Устройство выступающей частью вставить в рот пострадавшего. Приподнять подбородок пострадавшего и зажать нос. Сделать максимальный выдох через устройство. Повторить несколько раз.

ВНИМАНИЕ! Для однократного применения.

Противопоказания: Не использовать изделие при образовании трещин, деформаций, влияющих на эксплуатационные свойства. Побочные эффекты отсутствуют.

Хранение и транспортирование при температуре от -30°C до $+45^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и растворителей.

Изделия, использованные при процедурах, утилизируют как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Потребительскую упаковку, вышедшую из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация:
ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322,
Ленинградская область, Кировский р-н,
городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2,
т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Габаритные размеры устройства: длина, мм – $40 \pm 8,0$;
ширина, мм – $28 \pm 7,0$; высота, мм – $20 \pm 5,0$.
Масса устройства: $10,0 \pm 5,0$ г

Срок годности: не ограничен.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Дата изготовления/номер партии, 12.2019 г./122019

Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –
Устройство – Рот» одnorазовое S «Вигалфарм» пленочное (лицевая сторона)




Положить пострадавшего на ровную поверхность. Ослабить его одежду и очистить его рот чистым платком. Запрокинуть голову пострадавшего.



Приподнять подбородок пострадавшего и зажать нос. Сделать максимальный выдох через Устройство.



Устройство выступающей частью вставить в рот пострадавшего, расправив на лице гигиеническую защитную пленку.




Повторить несколько раз.



Удлиненной частью
к пострадавшему

Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –
Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» пленочное (обратная сторона)



Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот –
Устройство – Рот» одноразовое S «Виталфарм» пленочное в потребительской
упаковке (лицевая сторона)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

«Рот – Устройство – Рот» одноразовое
S «Виталфарм» пленочное

ВИТАЛ
ФАРМ

Устройство предназначено для сердечно – легочной реанимации способом
искусственного дыхания «Рот – Устройство – Рот».

ТУ 32.50.13-047-85535470-2017

РУ № РЗН 2018/6705 от 22.01.2018

Исполнение: Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот – Рот» одnorазовое S «Виталфарм» пленочное в потребительской упаковке (обратная сторона)

Применение: Положить пострадавшего на ровную поверхность. Ослабить его одежду и очистить его рот чистым платком. Запрокинуть голову пострадавшего. Устройство выступающей частью вставить в рот пострадавшего, расправив на лице гигиеническую защитную пленку. Приподнять подбородок пострадавшего и закрыть нос. Сделать максимальный выдох через устройство. Повторить несколько раз.

ВНИМАНИЕ! Для однократного применения.

Противопоказания: Не использовать изделие при образовании трещин, деформаций, влияющих на эксплуатационные свойства. Побочные эффекты отсутствуют.

Хранение и транспортирование: при температуре от -30°C до $+45^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха не выше 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и растворителей.

Изделия, использованные при процедурах, утилизируют как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Потребительскую упаковку, вышедшую из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация:
ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322,
Ленинградская область, Кировский р-н,
городское поселение Синявино, ул. Садовая д.2,
т/ф: +7 (812)335-05-85, www.vitalfarm.ru

Габаритные размеры корпуса устройства: длина, мм – $40 \pm 8,0$;
ширина, мм – $28 \pm 7,0$; высота, мм – $20 \pm 5,0$.
Габаритные размеры гигиенической защитной пленки:
длина, мм – $210 \pm 40,0$; ширина, мм – $145 \pm 30,0$.
Масса устройства: $10,0 \pm 5,0$ г.
Срок годности: не ограничен.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.
Дата изготовления/номер партии: 12.2019 г./122019

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

_____ листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В

