

**Фотографии набора реагентов
ИммуноКвантэкс С/У**

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «ДНК-Технология ТС»



П.В. Марданов

2015 г.

**ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ *IN VITRO* ДИАГНОСТИКИ**

**Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного
иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского
репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени
по ТУ 9398-079-46482062-2015
ИммуноКвантэкс С/У**

2015 г.

Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-079-46482062-2015
ИммуноКвантэкс С/У

[illegible]

Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-079-46482062-2015
ИммуноКвантэкс С/У

[illegible]

Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-079-46482062-2015
ИммуноКвантэкс С/В

**ИммуноКвантэкс (Фасовка А),
 Производитель: ООО «ДНК-Технология ТС»**

Паспорт

Положительный
 контрольный образец
 2 пробирки

Принадлежности:
 Крышки для стрипов – 2шт.

Принадлежности:
 Стрипы по 8 пробирок – 10шт.

Смеси для амплификации Стрим
 2 стрипа по 8 пробирок

Буфер для разведения ДНК
 4 пробирки

ПЦР-буфер Стрим
 2 пробирки

Полимераза Техно Taq MAX
 2 пробирки

ИммуноКвантэкс С/В
 Праймеры ОТ+дНТФ
 1 пробирка

ОТ-буфер
 1 пробирка

Обратная транскриптаза
 1 пробирка

ИНСТРУКЦИЯ
 к набору реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ИммуноКвантэкс С/В

ООО «ДНК-Технология ТС»

Паспорт качества № 1837

Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Фасовка: А
 Серия: А1109R
 Срок годности: до 11.06.2016
 Условия хранения и транспортировки: от минус 18 °С до минус 22 °С

Условия хранения и транспортировки: от 2 °С до 8 °С

Результат контроля

Проверка	Компонент	Количество и марка	Результат
1. Проверка комплектности, упаковки и маркировки – соответствует требованиям ТУ.	ИммуноКвантэкс С/В	1 пробирка	Соответствует
	Праймеры ОТ + дНТФ	1 пробирка	Соответствует
	ОТ-буфер	1 пробирка	Соответствует
	Обратная транскриптаза	1 пробирка	Соответствует
	Смесь для амплификации Стрим	2 стрипа по 8 пробирок	Соответствует
	ПЦР-буфер Стрим	2 пробирки	Соответствует
	Полимераза Техно Taq MAX	2 пробирки	Соответствует
	Буфер для разведения ДНК	4 пробирки	Соответствует
	Положительный контрольный образец	2 пробирки	Соответствует
	Принадлежности: Стрипы по 8 пробирок	10 шт.	Соответствует
2. Проверка системы набора и внешнего вида компонентов	Система набора	1 шт.	Соответствует
	Внешний вид	1 шт.	Соответствует
3. Проверка функциональных показателей	Анализатор чувствительности, копий/мл не более	1000	Соответствует
	Аналитическая специфичность	Положительный результат (специфический рост пиков) на нематрице РНК при анализе соответствующего лабораторного контрольного образца. Определение отрицательного результата при тестировании отрицательного контрольного образца.	Соответствует

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 9398-079-46482062-2015
 Дата выдачи паспорта: 11.09.2015

Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени по ТУ 9398-079-46482062-2015
ИммуноКвантэкс С/У



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5
(1452) листа (ов)
специалист по регистрации
Щербакова Н.И. 

