ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г.Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Повязки медицинские для фиксации устройств и катетеров

Производитель: «Фармапласт С.А.Е.», Египет / Pharmaplast S.A.E., Amria Free Zone, 23512 Alexandria, Egypt. Тел.: 00203-4500264, факс: 00303-4500263, e-mail: mamdouh@pharmaplast-online.com.

Инструкция по применению

Повязки медицинские для фиксации устройств и катетеров:

1. на полимерной основе стерильные Silkofix IV PU;
2. на нетканой основе нестерильные Silkofix System;
3. на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой стерильные Silkofix IV+pad.

Способ применения:

- Извлечь повязку из индивидуальной стерильной упаковки.
- Взять повязку пальцами за специальный выступ для удерживания.
- Отклеить бумажное защитное покрытие с центральной части повязки, удерживая за крылышки повязки.
- Наложить повязку сверху медицинского приспособления на место пункции.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Зафиксировать повязку, прижав и разгладив ладонью для лучшей адгезии, не допуская возникновения складок.

Удаление повязки:
Приподнять край повязки и легко потянуть ее. Данный способ снятия повязки путем растяжения является безболезненным и сокращает риск раздражения кожи.

Меры предосторожности и противопоказания

- Повязка является одноразовой, стерильной (Silkofix System не стерильной).
- Повязка упакована в индивидуальный бумажный пакет. Не используйте повязку, если стерильная упаковка повреждена.
- Не применяйте повязку при индивидуальной непереносимости материалов. При появлении раздражения прекратите использовать повязку и обратитесь за консультацией к врачу.

Условия хранения

Повязки следует хранить в сухом прохладном темном месте при комнатной температуре.
Срок годности – 5 лет.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП» _____ Кирсенко К.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU