«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.

«29» сентября 2009 г.
М.п.

Общество с ограниченной ответственностью "БиоСистемы" "BioSystems" * Санкт-Петербург *

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ланцетов автоматических Unistik® 3

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Ланцеты предназначены для взятия капиллярной крови путем прокола пальца взрослых и детей, а так же области пятки у новорожденных.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматические ланцеты Unistik® 3 являются стерильными, одноразовыми и готовыми к применению безопасными ланцетами, которые используются для безболезненного прокола пальца с целью взятия капиллярной крови.

Конструкция Ланцетов Unistik® 3



Особенности Ланцетов Unistik® 3

1. Игла Unistik® 3 из хирургической нержавеющей стали приводится в движение автоматически, имеет ограничитель, который обеспечивает проникновение в кожу на строго определенную глубину. После прокола игла автоматически убирается внутрь, что исключает случайное травмирование персонала и пациента.
   В зависимости от размера иглы ланцеты Unistik® 3 имеют определенную цветовую кодировку:
   28G – фиолетовые
   23G – желтые
   21G – оранжевые
   18G – голубые
   Конструкция Ланцета Unistik® 3 исключает возможность его повторного использования.

2. На платформе (1), которая соприкасается с кожей в момент прокола, имеются выступы. Это уменьшает болезненность процедуры и создает оптимальный комфорт при прокалывании, рассеивая ощущение и восприятие боли.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний нет

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Подобрать размер иглы ланцета Unistik® 3 в зависимости от требуемого количества крови. Убедиться в том, что ланцет не был ранее использован. Об этом свидетельствует наличие защитного колпачка.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выберите место прокола, как указано на картинках A и B, и продезинфицируйте его.





2. Снимите защитный колпачок
   Держите за корпус ланцета Unistik® 3 и поворачиваете защитный колпачок до тех пор, пока не почувствуете, что колпачок отделился от корпуса. Не тяните, просто поворачивайте колпачок. Утилизируйте колпачки в соответствующем контейнере.



3. Плотно прижмите ланцет Unistik® 3 к выбранному месту прокола. Удерживая цветной корпус ланцета между большим и указательным пальцами, поместите большой палец на активирующую кнопку спуска



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Большим пальцем надавите на активирующую кнопку спуска. Игла моментально делает прокол и автоматически убирается обратно в корпус.
5. Если необходимо, осторожно помассируйте палец по направлению от основания к месту прокола, не касаясь его, для получения нужного объема крови.
6. Отработанный ланцет поместите в контейнер для использованных острых предметов.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности автоматических ланцетов Unistik® 3 указан на коробке и составляет 5 лет.

Ланцеты Unistik® 3 должны храниться в картонной коробке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Рекомендуется использовать ланцеты Unistik® 3 в течении месяца после вскрытия первичной картонной коробки.

Для предотвращения смешения ланцетов Unistik® 3 с разными сроками годности, рекомендуется их хранить в первичной коробке.

Ответственное лицо
ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.,
Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»

Дата: 29.09.2009

Общество с ограниченной ответственностью "БиоСистемы" "BioSystems" Санкт-Петербург

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

В настоящем документе прошито и пронумеровано 4 (четыре) листов
Генеральный директор
ООО «БиоСистемы»

Семенов А.В.

Общество с ограниченной ответственностью
"БиоСистемы"
"BioSystems"
Санкт-Петербург

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU