


Фотографии

общего вида

медицинского изделия


**Контуры дыхательные полимерные
и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров
одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019**

Производитель: ЗАО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия



Исполнение 1

Контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м, с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; шланг дополнительный гофрированный 22 длиной 0,8 м, коннектор прямой 22М-22М – не более 2 шт (при необходимости).



Исполнение 2

Исполнение 2: кабель с оплеткой из алюминия 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; коннектор прямой 22М-22М – не более 2 шт (при необходимости).



Макеты
Упаковки и этикеток
для медицинского изделия
«Контуры дыхательные полимерные и
переходники (коннекторы) для дыхательных
контуров, одноразового использования,
нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019»

Производитель: ЗАО «НПП «ИНТЕРОКО», Россия.

Макет индивидуальной упаковки медицинского изделия:

**Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019**

Вариант исполнения: Исполнение 1

 Интероко	ЗАО «НПП «ИНТЕРОКО» 140080, г.Лыткарино, Территория промзонаТураево, стр. 8, зд.103 Тел./факс (495) 552-47-66, 555-45-88 e-mail: interoko@mail.ru
	Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные ТУ 325021-154-17121966-2019
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года	
Исполнение 1: -контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; -шланг дополнительный гофрированный 22 длиной 0,8 м; -коннектор прямой 22М-22М – 1 шт.(2 шт) СДЕЛАНО В РОССИИ	
Нетоксично 	Номер партии 100119 Дата производства 03-2019 Годен до 03-2024
Не применять при нарушении целостности пакета потребительской тары Хранить при температуре от 5 до 40°C	

Макет индивидуальной упаковки медицинского изделия:

**Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019**

Вариант исполнения: Исполнение 2

 Интероко	ЗАО «НПП «ИНТЕРОКО» 140080, г.Лыткарино, Территория промзонаТураево, стр. 8, зд.103 Тел./факс (495) 552-47-66, 555-45-88 e-mail: interoko@mail.ru
	Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные ТУ 325021-154-17121966-2019
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года	
Исполнение 2: -контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест- колпачком; -коннектор прямой 22М-22М – 1 шт.(2 шт).	
СДЕЛАНО В РОССИИ	
Нетоксично 	Номер партии 100119 Дата производства 03-2019 Годен до 03-2024
Не применять при нарушении целостности пакета потребительской тары Хранить при температуре от 5 до 40°C	

Макет этикетки транспортной коробки медицинского изделия:

**Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019
Вариант исполнения: Исполнение 1**

		ЗАО НПФ «ИНТЕРОКО» 140080, г.Лыткарино, Территория промзона Тураево, стр. 8, зд.103 Тел./факс (495) 552-47-66, 555-45-88 e-mail: interoko@mail.ru	
Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные ТУ 325021-154-17121966-2019			
Исполнение 1: -контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; -шланг дополнительный гофрированный 22 длиной 0,8 м; -коннектор прямой 22М-22М – 1 шт.(2 шт).			
Для одноразового использования Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года			
СДЕЛАНО В РОССИИ			
Номер партии	Количество изделий	Дата производства	Масса брутто
Годен до	Штамп ОТК		
Хранить при температуре от 5 до 40°C			

Макет этикетки транспортной коробки медицинского изделия:

**Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019
Вариант исполнения: Исполнение 2**

		ЗАО НПФ «ИНТЕРОКО» 140080, г.Лыткарино, Территория промзона Тураево, стр. 8, зд.103 Тел./факс (495) 552-47-66, 555-45-88 e-mail: interoko@mail.ru	
Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные ТУ 325021-154-17121966-2019			
Исполнение 2: -контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; -коннектор прямой 22М-22М – 1 шт.(2 шт).			
Для одноразового использования Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года			
СДЕЛАНО В РОССИИ			
Номер партии	Количество изделий	Дата производства	Масса брутто
Годен до	Штамп ОТК		
Хранить при температуре от 5 до 40°C			

Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019

Вариант исполнения: Исполнение 1

	ЗАО НПФ «ИНТЕРОКО» 140080, г.Лыткарино, Московской обл., промзонаТураево, стр. 8, зд.103 Тел./факс (495) 552-47-66, 555-45-88 e-mail: interoko@mail.ru
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные ТУ 325021-154-17121966-2019	
Исполнение 1: -контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; -шланг дополнительный гофрированный 22 длиной 0,8 м; -коннектор прямой 22М-22М – 1 шт.(2 шт).	
Для одноразового использования	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года	
Номер партии _____	Количество _____ изделий
ФИО и № упаковщика _____	
После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 24 часов	

Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для
дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные
по ТУ 325021-154-17121966-2019

Вариант исполнения: Исполнение 2

	ЗАО НПФ «ИНТЕРОКО» 140080, г.Лыткарино, Московской обл., промзонаТураево, стр. 8, зд.103 Тел./факс (495) 552-47-66, 555-45-88 e-mail: interoko@mail.ru
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ	
Контуры дыхательные полимерные и переходники (коннекторы) для дыхательных контуров, одноразового использования, нестерильные ТУ 325021-154-17121966-2019	
Исполнение 2: -контур дыхательный гофрированный 22 длиной 1,6 м с тройником 22М/15F-22М-22М и тест-колпачком; -коннектор прямой 22М-22М – 1 шт.(2 шт).	
Для одноразового использования	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года	
Номер партии _____	Количество _____ изделий
ФИО и № упаковщика _____	
После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 24 часов.	

