

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Научно-производственная фирма

«ВИНАР»

В.С. Андреев

«*В.С. Андреев*» 2019 г

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

МАКЕТЫ УПАКОВКИ И ЭТИКЕТОК.

ИНДИКАТОРЫ

КОНТРОЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

ИнХим®-УФ

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»
В.С. Андреев
24 июня 2019 г.


32.50.50-172.01
ультрафиолетового бактерицидного
одноразового
«УФ1»

на индикатор контроля ультрафиолетового
заводской «ИнХим®-УФ1», далее «индикатор»,
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019.

ультрафиолетовой (УФ) бактерицидной облученности
индикатор ультрафиолетовых бактерицидных установок
длины волны ультрафиолетового излучения 205-315

изменении цвета индикаторной полосы после
облучения с облученностью (Вт/м²), длиной волны (нм) в
результате проведения медицинского персонала,
ОК.

для использования в лечебно-профилактических учреждениях
как средство обязательного контроля при вводе
в эксплуатацию после длительного (более 3 суток)
хранения. Индикатор не требует повторного использования.





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ1

(UV 205 - 315 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при
температуре от +5 °С до + 40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С,
защищая от воздействия паров химических веществ.

Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до + 40 °С

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки

Не использовать после истечения гарантийного срока годности

Гарантийный срок годности 24 месяца

РЗН 2019/_____ от __.__.2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество



Макет этикетки на первичную упаковку. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ1.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ1

(UV 205 - 315 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования

РЗН 2019/____ от _____.____.2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки _____

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки



Транспортная упаковка. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый ИнХим®-УФ1.





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ1

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто


Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение индикаторов следует осуществлять
в отапливаемом помещении в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Транспортирование допускается при минус 20 °С.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»
В.С. Андреев
24 июня 2019 г.


32.50.50-172.02
ультрафиолетового бактерицидного
кого одноразового
УФ1-01»

на индикатор контроля ультрафиолетового
овый «ИнХим®-УФ1-01», далее - «индикатор»,
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019.

афиолетовой (УФ) бактерицидной облученности
нии ультрафиолетовых бактерицидных установок
длины волн ультрафиолетового излучения 205-315

изменении цвета индикаторной полосы после
из с облученностью (Вт/м²), длиной волны (нм) в
результатов проводит медицинский персонал,
ж.

я в лечебно-профилактических учреждениях
как средство обязательного контроля при вводе
включения после длительного (более 3 суток)
использования.





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ1-01

(UV 205 - 315 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при температуре от +5 °С до + 40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С, защищая от воздействия паров химических веществ.

Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до + 40 °С

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки

Не использовать после истечения гарантийного срока годности

Гарантийный срок годности 24 месяца

РЗН 2019/____ от __.__.2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ1-01

(UV 205 - 315 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования

РЗН 2019/____ от _____.____.2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки _____

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки







Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР» (ООО «НПФ «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ1-01

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение индикаторов следует осуществлять
в отапливаемом помещении в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Транспортирование допускается при минус 20 °С.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»
В.С. Андреев
24 июня 2019 г.

32.50.50-172.03
ультрафиолетового бактерицидного
одноразового
«УФ2»

на индикатор контроля ультрафиолетового
излучения «ИнХим®-УФ2», далее «индикатор»,
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019.

защитной (УФ) бактерицидной облученности
стерилизованных медицинских изделий,
изменения цвета индикаторной полосы после
облучения (Вт/м²), длиной волны (нм) и
результатов проводит медицинский персонал,
лечебно-профилактических учреждений.

лечебно-профилактических учреждениях
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений
лечебно-профилактических учреждений

ВИНАР ИнХим®-УФ2 20 мкл
0,5 1,0 5,0 10,0 Вт/м²



Применяется: Обеспечение с ограниченной ответственностью
«НПФ «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
100000, Россия, г. Москва, Голубинский в-д, д. 3, стр. 16, пом. 106
Домашний адрес: 100000, Россия, г. Москва, д. 3, стр. 16, пом. 106
Т/ф: +7(495) 364-11-11, факс: +7(495) 364-11-12, e-mail: info@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2
(UV 250 - 270 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при
температуре от +5 °С до +40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С,
защитная от воздействия паров химических веществ.
Транспортирование: допускается при температуре от минус 20 °С до +40 °С.
Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки.
Не использовать после истечения гарантийного срока годности.
Гарантийный срок годности 24 месяца. РЭН 2019/ от 2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019


Партия: 01 Дата изготовления: Июнь 2019 Кол-во: 5 шт



Применяется: Обеспечение с ограниченной ответственностью
«НПФ «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
100000, Россия, г. Москва, Голубинский в-д, д. 3, стр. 16, пом. 106
Домашний адрес: 100000, Россия, г. Москва, д. 3, стр. 16, пом. 106
Т/ф: +7(495) 364-11-11, факс: +7(495) 364-11-12, e-mail: info@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2
(UV 250 - 270 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности.
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования.
РЭН 2019/ от 2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019
Количество: 5 шт.
Дата вскрытия упаковки: _____
Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки.





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим[®]-УФ2 (UV 250 - 270 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при
температуре от +5 °С до + 40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С,
защищая от воздействия паров химических веществ.

Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до + 40 °С

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки

Не использовать после истечения гарантийного срока годности

Гарантийный срок годности 24 месяца

РЗН 2019/_____ от __.__.2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество



Макет этикетки на первичную упаковку. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ2

(UV 250 - 270 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования

РЗН 2019/____ от _____.____.2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки_____

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки







Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР» (ООО «НПО «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим[®]-УФ2

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение индикаторов следует осуществлять

в отапливаемом помещении в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Транспортирование допускается при минус 20 °С.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»
В.С. Андреев
24 июня 2019 г.


32.50.50-172.04
ультрафиолетового бактерицидного
кого одноразового
УФ2-01»

на индикатор контроля ультрафиолетового
овый «ИнХим®-УФ2-01», далее «индикатор»,
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019.

зафиолетовой (УФ) бактерицидной облученности
стерильных медицинских изделий,
изменения цвета индикаторной полосы после
ни с облученностью (Вт/м²), длиной волны (нм) и

результатов проводит медицинский персонал,
ок.

ля в лечебно-профилактических учреждениях
лужб, эксплуатирующих УФ бактерицидное
юля при вводе камер хранения в эксплуатацию,
не 3 суток) простоя, после замены ламп и как
ого раза в 7 дней для каждой эксплуатируемой
изделий. Применение индикатора позволяет
th...УФ, бактерицидного облучения, а также



ВИНАР
Промышленность, Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
125080, Россия, г. Москва, Гусевский пер. д.5, стр. 7А, пом. 10
Для заказа: 8(495) 408-0404, Россия, г. Москва, м. 2-12
E-mail: info@vinar.ru, www.vinar.ru, vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2-01
(UV 250 - 270 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отвлеченном помещении при
температуре от +5 °С до +40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С,
защита от воздействия паров химических веществ.
Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до +40 °С.
Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки.
Не использовать после истечения гарантийного срока годности.
Гарантийный срок годности 24 месяца.

РЭН 2019/ от 2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество
01	8	Июн. 2019	5 шт.

ФОТО

ВИНАР
Промышленность, Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
125080, Россия, г. Москва, Гусевский пер. д.5, стр. 7А, пом. 10
Для заказа: 8(495) 408-0404, Россия, г. Москва, м. 2-12
E-mail: info@vinar.ru, www.vinar.ru, vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2-01
(UV 250 - 270 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности.
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования.

РЭН 2019/ от 2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки.

ФОТО



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим[®]-УФ2-01 (UV 250 - 270 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при
температуре от +5 °С до + 40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С,
защищая от воздействия паров химических веществ.

Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до + 40 °С

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки

Не использовать после истечения гарантийного срока годности

Гарантийный срок годности 24 месяца

РЗН 2019/____ от __.__.2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый

ИнХим[®]-УФ2-01
(UV 250 - 270 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования

РЗН 2019/____ от _____.____.2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки _____

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки



Транспортная упаковка. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый ИнХим®-УФ2-01.





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим[®]-УФ2-01

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение индикаторов следует осуществлять

в отапливаемом помещении в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Транспортирование допускается при минус 20 °С.



Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый ИнХим®-УФ2-02.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»
В.С. Андреев
24 июня 2019 г.

32.50.50-172.05
ультрафиолетового бактерицидного
кого одноразового
УФ2-02»

на индикатор контроля ультрафиолетового
рвий «ИнХим»-УФ2-02-», далее «индикатор»,
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019.

нафиолетовой (УФ) бактерицидной облученности
стерильных медицинских изделий.
изменения цвета индикаторной полосы после
и с облученностью (Вт/м²), длиной волны (нм) и
результатов проводит медицинский персонал,
ЭК.

ия в лечебно-профилактических учреждениях
лужб, эксплуатирующих УФ бактерицидное
юля при вводе камер хранения в эксплуатацию,
е 3 суток) простоя, после замены ламп и как
ого раза в 7 дней для каждой эксплуатируемой
изделий. Применение индикатора позволяет
УФ-бактерицидного облучения. А также

ИнХим®-УФ2-02 индикатор 20 мм
0,5 1,0 5,0 10,0 Вт/м²



Применяется, Обороты и гарантийный срок
«ВИНАР»- ООО «НПФ «ВИНАР»
100000, Россия, г. Москва, Голубинский пер. д. 3, стр. 1А, пом. 10
Директор: 100000, Россия, г. Москва, ул. 3А
Т.Ф. +7(495)980-5017, www.vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2-02
(UV 250 - 270 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при
температуре от +5 °С до +40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С,
защитой от воздействия паров химических веществ.
Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до +40 °С.
Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки.
Не использовать после истечения гарантийного срока годности.

Гарантийный срок годности 24 месяца

РЭН 2019/... от ... 2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество
01	8	Июнь 2019	5 шт.

FOTO



Применяется, Обороты и гарантийный срок
«ВИНАР»- ООО «НПФ «ВИНАР»
100000, Россия, г. Москва, Голубинский пер. д. 3, стр. 1А, пом. 10
Директор: 100000, Россия, г. Москва, ул. 3А
Т.Ф. +7(495)980-5017, www.vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2-02
(UV 250 - 270 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования

РЭН 2019/... от ... 2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки

FOTO



Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый
ИнХим®-УФ2-02.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ2-02 (UV 250 - 270 нм)

Хранить в потребительской упаковке в отапливаемом помещении при температуре от +5 °С до + 40 °С и влажности не более 80 % при +25 °С, защищая от воздействия паров химических веществ.

Транспортирование допускается при температуре от минус 20 °С до + 40 °С

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки

Не использовать после истечения гарантийного срока годности

Гарантийный срок годности 24 месяца

РЗН 2019/_____ от __.__.2019

ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Партия	ОТК	Дата изготовления	Количество





Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного
излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ2-02

(UV 250 - 270 нм)

Не использовать после истечения гарантийного срока годности
Хранить в потребительской упаковке в течение всего срока использования

РЗН 2019/____ от _____.____.2019
ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

Количество: 5 шт.

Дата вскрытия упаковки _____

Использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия упаковки



транспортная упаковка. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый ИнХим®-УФ ТУ 32.50.50-172-11764404-2019

транспортная упаковка. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый ИнХим®-УФ2-02.



макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор контроля ультрафиолетового бактерицидного излучения химический одноразовый ИнХим®-УФ2-02.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР» (ООО «НПФ «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

Индикатор контроля ультрафиолетового
бактерицидного излучения химический одноразовый

ИнХим®-УФ2-02

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение индикаторов следует осуществлять

в отапливаемом помещении в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Транспортирование допускается при минус 20 °С.



Всего прошнуровано и скреплено
печатью

26 лист 06

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»



В.С. Андреев