




ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
набора реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

(фотография общего вида и фотография размером 18*24 см – см. лист 2)



Комплект № 1 набор на 100 определений, серия 01122020, дата производства 01.12.2020, годен до 01.06.2022

КОНТРОЛЬ ВСКРЫТИЯ

Набор реагентов для окраски «СПЕРМОГРАММА» по пр

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»

К.И. Еремин
2019 г.

Наименование реагента	Требования ТУ 21.20.23-107-13802020-2019
1.1	Бесцветная, прозрачная жидкость
1.2	Бесцветная прозрачная жидкость
1.3	Прозрачная жидкость красного цвета
1.4	Непрозрачная жидкость темно-синего цвета
1.5	Бесцветная жидкость

окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ»
ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

ГЕМСТАНДАРТ
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 100
определений, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.

Только для in vitro диагностики

Состав набора:

Реагент № 1 (Проявитель) - 2 флакона по 10 мл
Реагент № 2 (Перекись водорода 30 %) - 1 флакон 10 мл
Реагент № 3 (Раствор зозина, 5% водный) - 1 флакон 20 мл
Реагент № 4 (Раствор нигрозина, 10% водный) 1 флакон 50 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-зозин по Романовскому) 1 флакон 20 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель зозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1 флакон 50 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 20 мл

Серия: 01122020 Срок годности 18 мес. Годен до: 01.06.2022 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °C

РОССИЯ, 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дор. на Металлострой, д. 5 А.
www.gemstandart.ru, тел.: 8-800-234-46-10

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель) 10 мл
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.06.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 2
(Перекись водорода 30%) 10 мл
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.06.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 3
(Раствор зозина, 5% водный) 20 мл
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.06.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 4
(Раствор нигрозина, 10% водный) 50 мл
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.06.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 5
(Краситель азур-зозин по Романовскому) 20 мл
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.06.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 6
(Фиксатор-краситель зозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 50 мл
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.06.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C



ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист(ов)

Генеральный директор

Ереминский И.
м.п.



К.И. Еремин
2020г.
«ГЕМСТАНДАРТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *

ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
набора реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

(фотография общего вида и фотография размером 18*24 см – см. лист 2)



Комплект № 2 набор на 500 определений, серия 01122020, дата производства 01.12.2020, годен до 01.06.2022



ГЕМСТАНДАРТ Набор реагентов для окраски спермы человека
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX «ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 500
определений, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.

Только для in vitro диагностики

Состав набора:

Реагент № 1 (Провителы) - 10 флаконов по 10 мл
Реагент № 2 (Перекись водорода 30 %) - 1 флакон 100 мл
Реагент № 3 (Раствор зозина 5% водный) - 1 флакон 100 мл
Реагент № 4 (Раствор нигросина 10% водный) - 1 флакон 250 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-зозин по Романовскому) 1 флакон 100 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель зозин метиленовым синим по Мей-Грюнвальду)
1 флакон 250 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 100 мл

Серия: 01122020 Срок годности 18 мес. Годен до: 01.06.2022 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °С

Россия, 190621, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, д. 5 А.
www.gemstandart.ru тел. 8-800-334-45-10

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Раствор зозина
5% водный)
100 мл

Только для in vitro диагностики

Серия: 01122020
Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.06.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °С

100 мл

Только для in vitro диагностики

Серия: 01122020
Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.06.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °С

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 6
(Фиксатор-краситель зозин метиленовый синий по Мей-Грюнвальду)
250 мл
Только для in vitro диагностики

Серия: 01122020
Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.06.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °С

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 7
(Фосфатно-солевой раствор бромелайна)
100 мл
Только для in vitro диагностики


Серия: 01122020
Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.06.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °С

ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
_____ лист(ов)

Генеральный директор _____ Бремин К.И.
_____ и.п.



 К.И. Еремин
2021 г.

ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
набора реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

(фотография общего вида и фотография размером 18*24 см – см. лист 2)



Комплект № 1 набор на 100 определений, серия 15012020, дата производства 15.01.2021, годен до 15.07.2022

КОНТРОЛЬ
ВСКРЫТИЯ

Набор реагентов для окраски
СПЕРМОГРАММА» по пр

	Наименование показателей	Требования ТУ 21.20.23-107-13802020 2019
		1. Внеш
1.1	Реагент №1 (Проявитель)	Бесцветная, прозрачная жидкость
1.2	Реагент №2 (Перекись водорода 30 %)	Бесцветная прозрачная жидкость
1.3	Реагент №3 (Раствор озина, 5 % водный)	Прозрачная жидкость красного цвета
1.4	Реагент №4 (Раствор нитрозина, 10 % водный)	Непрозрачная жидкость темно-синего цвета
1.5	(Кр	Неп

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»

К.И. Еремин
2019 г.

СТРУКТУРА

окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ»
ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 1
Проявитель) 10 мл

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 2
Перекись водорода 30 %

ГЕМСТАНДАРТ
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 100
определении, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.
Только для in vitro диагностики

Состав набора:
Реагент № 1 (Проявитель) - 2 флакона по 10 мл
Реагент № 2 (Перекись водорода 30 %) - 1 флакон 10 мл
Реагент № 3 (Раствор озона, 5% водный) - 1 флакон 20 мл
Реагент № 4 (Раствор нитрозина, 10% водный) 1 флакон 60 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-озин по Романовскому) 1 флакон 20 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель озин метиленовый синий по Мак-Григгелю) 1 флакон 60 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелазина) 1 флакон 20 мл
Серия: 15012021 Срок годности 18 мес. Годен до: 15.07.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C
РОССИЯ, 195541, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дор. на Металлострой, д. 6 А
www.gemstandart.ru, тел.: 8-900-234-46-10

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 6
Краситель озин
и синий по
Мак-Григгелю) 50 мл

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 7
Фосфатно-солевой р-р
(бромелазина) 20 мл

ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
_____ лист(ов)

Генеральный директор _____ Еремин К.И.
_____ и.п.





К.И. Еремин
2021 г.

**ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
набора реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019**

(фотография общего вида и фотография размером 18*24 см – см. лист 2)




Комплект № 2 набор на 500 определений, серия 15012020, дата производства 15.01.2021, годен до 15.07.2022

КОНТРОЛЬ
ВСКРЫТИЯ

Набор реагентов для окраски
«СПЕРМОГРАММА» по...

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГЕМ СТАНДАРТ»



Наименование
показателя

Гемоглобин
г/л

Время
экспозиции

Температура

ГЕМ СТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 4
(Раствор
нигрозина,
10% водный)

ГЕМ СТАНДАРТ
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Состав набора:
Реагент № 1 (Провиталь) - 10 флаконов по 10 мл
Реагент № 2 (Перлоска, водород 30 %) - 1 флакон 10 мл
Реагент № 3 (Раствор эозина 5% водный) - 1 флакон 100 мл
Реагент № 4 (Раствор нигрозина 10% водный) 1 флакон 250 мл
Реагент № 5 (Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Гарновальду) 1 флакон 100 мл
Реагент № 6 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 100 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 100 мл
Серию: 15012021 Срок годности 18 мес. Годен до: 15.07.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C
РОССИЯ, 190641, Санкт-Петербург, район Митино, ул. Давыдовская, д. 8 А,
www.gemstandart.ru, тел. +7 (800) 334-66-10

Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМ СТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 500
определений, ТУ 21.20.23-107-138020-2019.
Только для in vitro диагностики

ГЕМ СТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 6
(Фиксатор-
краситель эозин
метиленовый
синий по
рюнвальду)
150 мл
ко для in
vitro диагностики

Серию: 15012021
Срок годности 18 мес.
Годен до: 15.07.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМ СТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 7
(Фосфатно-
солевой раствор
бромелайна)
100 мл

Только для in
vitrо диагностики
Серию: 15012021
Срок годности 18 мес.
Годен до: 15.07.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМ СТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 3
(Раствор эозина,
5% водный)
100 мл

Только для in
vitrо диагностики
Серию: 15012021
Срок годности 18 мес.
Годен до: 15.07.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМ СТАНДАРТ
РЕАГЕНТ
СЕРИЯ В ОДОРО
БЕРЕГИСЬ

ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
листьев)

Генеральный директор


Еремин К.И.
М.П.



К.И. Еремин
2020 г.

ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
набора реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

(фотография общего вида и фотография размером 18*24 см – см. лист 2)
Комплект № 1 набор на 100 определений



КОНТРОЛЬ ВСКРЫТИЯ

АСПОРТ
спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ-
екту ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»

К.И. Еремин
2020 г.

Результаты контроля серии 01082020, дата производства 01.08.2020, годен до 01.02.2022 Комплект № 1	Отмет о соотве вни
Результат	
Бесцветная, прозрачная жидкость	Соот
Бесцветная прозрачная жидкость	Соот
Прозрачная жидкость красного цвета	Соот
Непрозрачная жидкость темно-синего цвета	Соот
Непрозрачная жи	






СТРУКТУРА

окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ-
о ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

ГЕМСТАНДАРТ
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 100
определении, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.
Только для in vitro диагностики

Состав набора:
Реагент № 1 (Провиттель) - 2 флакона по 10 мл
Реагент № 2 (Перикись водорода 30 %) - 1 флакон 5 мл
Реагент № 3 (Раствор эозина 5% водный) - 1 флакон 20 мл
Реагент № 4 (Раствор нигрозина 10% водный) 1 флакон 50 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-эозин по Романовскому) 1 флакон 20 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду)
1 флакон 50 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 20 мл
Серия 01082020 Срок годности 18 мес. Годен до 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °С
РОССИЯ, 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлоостров, дор. на Металлоостров д 6 А,
www.gemstandart.ru, тел. 8-800-234-45-10



ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Принято, пронумеровано и скреплено печатью
лист(ов)
17 августа 2020
Генеральный директор  Еремин К.И.
м.п.



К.И. Еремин
2020 г.

ФОТОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
набора реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

(фотография общего вида и фотография размером 18*24 см – см. лист 2)
Комплект № 2 набор на 500 определений



КОНТРОЛЬ
ВСКРЫТИЯ

ПАСПОРТ

серии человека «ГЕМСТАНДАРТ-
ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

результаты контроля: серия 01082020,
дата производства 01.08.2020,
годен до 01.02.2022
Комплект № 2

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»

К.Н. Ере...

От
Сод

С

С

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 4
(Раствор
нигросина,
10% водный)
250 мл

Только для in vitro диагностики

ГЕМСТАНДАРТ Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 500
определении, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.
от XX.XX.XXXX Только для in vitro диагностики

Состав набора:
Реагент № 1 (Проявитель) - 10 флаконов по 10 мл
Реагент № 2 (Перикись водорода 30%) - 1 флакон 10 мл
Реагент № 3 (Раствор зозина 5% водный) - 1 флакон 100 мл
Реагент № 4 (Раствор нигросина 10% водный) 1 флакон 250 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-зозин по Романовскому) 1 флакон 100 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель зозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду)
1 флакон 250 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 100 мл

Серия: 01082020 Срок годности 18 мес. Годен до: 01.02.2022 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °C

РОССИЯ, 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дор. на Металлострой, д. 5 А
www.gemstandart.ru, тел.: 8-800-234-45-10

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 6
(Фиксатор-
краситель зозин
метиленовый
синий по
Май-Грюнвальду)
250 мл
Только для in vitro диагностики

Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 7
(Фосфатно-
солевой раствор
бромелайна)
100 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 3
(Раствор зозина,
5% водный)
100 мл

Только для in vitro диагностики

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 2
(Перикись водорода 30%)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель)
10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия: 01082020
Срок годности: 18 мес.
Годен до: 01.02.2022 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист(ов)

Генеральный директор  Еремин К.И.
м.п.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»




К.И. Еремин
2019 г.

МАКЕТ УПАКОВКИ

набора реагентов для окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

Флаконы с реагентами должны быть помещены в полиэтиленовый пакет с замком и контролем вскрытия по ГОСТ 12302 размером 25 ± 1 см и на 30 ± 1 см (п.1.4.8. ТУ).

Комплект № 1 набор на 100 определений






К.И. Еремин
2019 г.

МАКЕТ УПАКОВКИ

набора реагентов для окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019

Флаконы с реагентами должны быть помещены в полиэтиленовый пакет с замком и контролем вскрытия по ГОСТ 12302 размером 25 ± 1 см и на 30 ± 1 см (п.1.4.8. ТУ).

Комплект № 2 набор на 500 определений



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»



К.И. Еремин
2019 г.

МАКЕТ ЭТИКЕТКИ

набора реагентов для окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019 Комплект № 1 набор на 100 определений

Макет этикетки набора

ГЕМСТАНДАРТ
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 100
определений, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.
Только для in vitro диагностики

Состав набора:

Реагент № 1 (Проявитель) - 2 флакона по 10 мл
Реагент № 2 (Перекись водорода 30 %) - 1 флакон 5мл
Реагент № 3 (Раствор эозина, 5% водный) - 1 флакон 20 мл
Реагент № 4 (Раствор нигрозина, 10% водный) 1 флакон 50 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-эозин по Романовскому) 1 флакон 20 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду)
1 флакон 50 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелайна) 1 флакон 20 мл

Серия: 01082019 Срок годности 18 мес. Годен до: 01.02.2021 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °C

РОССИЯ, 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дор. на Металлострой, д. 6 А,
www.gemstandart.ru, тел.: 8-800-234-45-10

Макеты этикеток реагентов

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1
(Проявитель) 10 мл

Только для in vitro диагностики

Серия 01082019 Срок годности 18 мес.

Годен до 01.02.2021 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 2
(Перекись водорода 30%) 5 мл
БЕРЕГИСЬ ОЖОГА

Только для in vitro диагностики

Серия 01082019 Срок годности 18 мес.

Годен до 01.02.2021 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 3
(Раствор эозина, 5% водный)
20 мл

Только для in vitro диагностики

Серия 01082019 Срок годности 18 мес.

Годен до 01.02.2021 г.

Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 4
(Раствор нигрозина, 10%
водный) 50 мл

Только для in vitro диагностики
Серия 01082019 Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.08.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 5
(Краситель азур-эозин по
Романовскому) 20 мл

Только для in vitro диагностики
Серия 01082019 Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.02.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 6

(Фиксатор-краситель эозин
метиленовый синий по
Май-Грюнвальду) 50 мл

Только для in vitro диагностики
Серия 01082019 Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.02.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ
РЕАГЕНТ № 7
(Фосфатно-солевой раствор
бромелайна) 20 мл

Только для in vitro диагностики
Серия 01082019 Срок годности 18 мес.
Годен до: 01.02.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C



ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист(ов)

Генеральный директор

Еремин К.И.
м.п.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ГЕМСТАНДАРТ»



К.И. Еремин
2019 г.

МАКЕТ ЭТИКЕТКИ

набора реагентов для окраски спермы человека «ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» по ТУ 21.20.23-107-13802020-2019 Комплект № 2 набор на 500 определений

Макет этикетки набора

ГЕМСТАНДАРТ
РУ № РЗН XXXX/XXXX
от XX.XX.XXXX

Набор реагентов для окраски спермы человека
«ГЕМСТАНДАРТ-СПЕРМОГРАММА» на 500
определений, ТУ 21.20.23-107-13802020-2019.
Только для in vitro диагностики

Состав набора:
Реагент № 1 (Проявитель) - 10 флаконов по 10 мл
Реагент № 2 (Перекись водорода 30 %) - 1 флакон 10 мл
Реагент № 3 (Раствор эозина, 5% водный) - 1 флакон 100 мл
Реагент № 4 (Раствор нигрозина, 10% водный) 1 флакон 250 мл
Реагент № 5 (Краситель азур-эозин по Романовскому) 1 флакон 100 мл
Реагент № 6 (Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду)
1 флакон 250 мл
Реагент № 7 (Фосфатно-солевой раствор бромелаина) 1 флакон 100 мл

Серия: 01082019 Срок годности 18 мес. Годен до: 01.02.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C
РОССИЯ, 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дор. на Металлострой, д. 5 А,
www.gemstandart.ru, тел.: 8-800-234-45-10

Макеты этикеток реагентов

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 1 (Проявитель) 10 мл

Только для in vitro диагностики
Серия 01082019 Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 2 (Перекись водорода 30%) 10 мл БЕРЕГИСЬ ОЖОГА

Только для in vitro диагностики
Серия 01082019 Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 3
(Раствор эозина,
5% водный)
100 мл

Только для in
vitro диагностики

Серия: 01082019
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 4
(Раствор
нигрозина,
10% водный)
250 мл

Только для in
vitro диагностики

Серия: 01082019
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 5
(Краситель
азур-эозин по
Романовскому)
100 мл

Только для in
vitro диагностики

Серия: 01062019
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 6
(Фиксатор-
краситель эозин
метиленовый
синий по
Май-Грюнвальду)
250 мл

Только для in
vitro диагностики

Серия: 01082019
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ГЕМСТАНДАРТ

РЕАГЕНТ № 7
(Фосфатно-
солевой раствор
бромелайна)
100 мл

Только для in
vitro диагностики

Серия: 01092019
Срок годности 18 мес.
Годен до 01.02.2021 г.
Хранить при
температуре от 2 до 25 °C

ООО "ГЕМСТАНДАРТ"

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист(ов)

Генеральный директор

Еремин К.И.
м.п.

