

**Фотографическое изображение
общего вида медицинского изделия:**

Набор калибраторов VITROS НефроЧек Тест (VITROS NephroCheck Test Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при иммунодиагностическом определении тканевого ингибитора металлопротеиназы 2 (TIMP-2) и связывающего инсулиноподобного фактора роста белок-7 (IGFBP-7) методом усиленной хемилюминесценции.



необходимое для применения медицинского изделия по назначению


Набор калибраторов VITROS НефроЧек Тест (VITROS NephroCheck Test Calibrators) для калибровки анализаторов серии VITROS при иммунодиагностическом определении тканевого ингибитора металлопротеиназы 2 (TIMP-2) и связывающего инсулиноподобного фактора роста белок-7 (IGFBP-7) методом усиленной хемилюминесценции

Назначение: для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) при прямом количественном определении тканевого ингибитора металлопротеиназы 2 (TIMP-2) и связывающего инсулиноподобного фактора роста белок-7 (IGFBP-7) при использовании теста VITROS НефроЧек (NCHEK) in vitro в человеческой моче.

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»,
Россия, 143026, Московская область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, лит. А,А





ВСЕГО _____ листа

« _____ » _____ 2020 г.

Генеральный Директор
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»



Сергеенко В.К.