

**Фотографическое изображение
общего вида медицинского изделия:**

Реагент VITROS НефроЧек Тест в кассете (VITROS NephroCheck Test Reagent Pack) для иммунодиагностического определения тканевого ингибитора металлопротеиназы 2 (TIMP-2) и связывающего инсулиноподобного фактора роста белок-7 (IGFBP-7) методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS с последующей оценкой риска развития острого повреждения почек

необходимое для применения медицинского изделия по назначению



Реагент VITROS НефроЧек Тест в кассете (VITROS NephroCheck Test Reagent Pack) для иммунодиагностического определения тканевого ингибитора металлопротеиназы 2 (TIMP-2) и связывающего инсулиноподобного фактора роста белок-7 (IGFBP-7) методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS с последующей оценкой риска развития острого повреждения почек


Назначение: для прямого количественного определения тканевого ингибитора металлопротеиназы 2 (TIMP-2) и связывающего инсулиноподобного фактора роста белок-7 (IGFBP-7) in vitro в человеческой моче с использованием анализаторов серии VITROS (VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) вместе с клинической оценкой с целью оценки риска развития острого повреждения почек у критических больных.

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»,

Россия, 143026, Московская область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, лит. А,А





Ortho Clinical Diagnostics
VITROS Immunodiagnostic Products
Glossary of Hazard Pictograms
and Hazard and Precaution
Statements
FIGEMHRS
L0150183-4/0



«__» ____ 2020 г.

Генеральный Директор

ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»



Сергеенко В.К.