


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Досчатинский завод
медицинского оборудования»

 Костров А. В.
2020 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
медицинского изделия

«Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями»

производства АО «Досчатинский завод
медицинского оборудования», Россия


**I. Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002 07614107-2018 электрическая с принадлежностями,
варианты исполнения:**

I. Односекционная, модели К-ДЗМО-3-1, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Электропривод – не более 1 шт.
6. Держатель панели лежа – не более 50 шт.
7. Приспособление для подтягивания - 1 шт. (при необходимости)
8. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
9. Матрац односекционный - 1 шт. (при необходимости)
10. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
11. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
12. Защитный кожух – 1 шт (при необходимости)
13. Блок управления – 1 шт.
14. Пульт управления – 1 шт.
15. Угловой бампер – не более 4 шт.
16. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Фотографические изображения (далее – фото, фотонизображения, фотографии) изделий, не показанные на общих фотографиях моделей, см. в разделе «Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения кровати».

Фото 1.1. Модель К-ДЗМО-3-1.



2. Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями,
варианты исполнения:

II. Двухсекционные, моделей К-ДЗМО-1-2-Э, К-ДЗМО-1-2-Э/БК в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости)
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Электропривод – не более 2 шт.
7. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
8. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
9. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
10. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
11. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
12. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
13. Блок управления – 1 шт.
14. Пульт управления – 1 шт.
15. Угловой бампер – не более 4 шт.
16. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

III. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-2-2-Э в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Электропривод – не более 2 шт.
7. Гидропривод - 1 шт.
8. Педаль управления гидроприводом – не более 2 шт.
9. Газовая пружина - не более 1 шт.
10. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
11. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
13. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
14. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
15. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
16. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
17. Блок управления – 1 шт.
18. Пульт управления – 1 шт.
19. Угловой бампер – не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

IV. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Р в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Рейка – не более 2 шт.
7. Электропривод – не более 2 шт.

8. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
9. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
12. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
13. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
14. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
15. Блок управления – 1 шт.
16. Пульт управления – 1 шт.
17. Угловой бампер – не более 4 шт.
18. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

V. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Г в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Газовая пружина - не более 2 шт.
7. Электропривод – не более 2 шт.
8. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
9. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
12. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
13. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
14. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
15. Блок управления – 1 шт.
16. Пульт управления – 1 шт.
17. Угловой бампер – не более 4 шт.
18. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

VI. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-В в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Винтовой механизм – не более 1 шт.
7. Электропривод – не более 2 шт.
8. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
9. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
11. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
12. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
13. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
14. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
15. Блок управления – 1 шт.
16. Пульт управления – 1 шт.
17. Угловой бампер – не более 4 шт.
18. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

VII. Двухсекционная, модели К-ДЗМО-3-2-Э в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Ножная секция - 1 шт.
6. Электропривод – не более 4 шт.
7. Держатель панели ложка – не более 50 шт.
8. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
9. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
10. Матрац двухсекционный - 1 шт. (при необходимости)
11. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
12. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
13. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
14. Блок управления – 1 шт.
15. Пульт управления – 1 шт.
16. Угловой бампер – не более 4 шт.
17. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Фотографические изображения (далее – фото, фотонизображения, фотографии) изделий, не показанные на общих фотографиях моделей, см. в разделе «Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения кровати».

Фото 2.1. Модель К-ДЗМО-1-2-Э.




Фото 2.2. Модель К-ДЗМО-1-2-Э/БК.




Фото 2.3. Модель К-ДЗМО-2-2-Э.




Фото 2.4. Модель К-ДЗМО-3-2-Р.




Фото 2.5. Модель К-ДЗМО-3-2-Г.




Фото 2.6. Модель К-ДЗМО-3-2-Э.





Фото 2.7. Модель К-ДЗМО-3-2-В.



3. Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями,
варианты исполнения:

VIII. Трехсекционные, моделей К-ДЗМО-1-3-Э, К-ДЗМО-1-3-Э/БК, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости)
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Ножная секция - 1 шт.
7. Электропривод – не более 4 шт.
8. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
9. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
11. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
12. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
13. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
14. Блок управления – 1 шт.
15. Пульт управления – 1 шт.
16. Угловой бампер – не более 4 шт.
17. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

IX. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-2-3-Э, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Ножная секция - 1 шт.
7. Электропривод – не более 4 шт.
8. Гидропривод - 1 шт.
9. Педаль управления гидроприводом – не более 2 шт.
10. Газовая пружина - не более 1 шт.
11. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
12. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
14. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
15. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
16. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
17. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
18. Блок управления – 1 шт.
19. Пульт управления – 1 шт.
20. Угловой бампер – не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

X. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-Р, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Ножная секция - 1 шт.

7. Рейка – не более 4 шт.
8. Электропривод – не более 2 шт.
9. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
10. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
13. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
14. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
15. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
16. Блок управления – 1 шт.
17. Пульт управления – 1 шт.
18. Угловой бампер – не более 4 шт.
19. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XI. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-Г, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Ножная секция - 1 шт.
7. Газовая пружина - не более 4 шт.
8. Электропривод – не более 2 шт.
9. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
10. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
13. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
14. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
15. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
16. Блок управления – 1 шт.
17. Пульт управления – 1 шт.
18. Угловой бампер – не более 4 шт.
19. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XII. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-В, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Ножная секция - 1 шт.
7. Винтовой механизм – не более 2 шт.
8. Электропривод – не более 2 шт.
9. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
10. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
11. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
12. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
13. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
14. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
15. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
16. Блок управления – 1 шт.
17. Пульт управления – 1 шт.

18. Угловой бампер – не более 4 шт.
19. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XIII. Трехсекционная, модели К-ДЗМО-3-3-Э, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Ножная секция - 1 шт.
7. Электропривод – не более 6 шт.
8. Держатель панели ложа - не более 50 шт.
9. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
10. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
11. Матрац трехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
12. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
13. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
14. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
15. Блок управления – 1 шт.
16. Пульт управления – 1 шт.
17. Угловой бампер – не более 4 шт.
18. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Фотографические изображения (далее – фото, фотонизображения, фотографии) изделий, не показанные на общих фотографиях моделей, см. в разделе «Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения кровати».

Фото 3.1. Модель К-ДЗМО-1-3-Э.




Фото 3.2. Модель К-ДЗМО-1-3-Э/БК.




Фото 3.3. Модель К-ДЗМО-2-3-Э.




Фото 3.4. Модель К-ДЗМО-3-3-Р.




Фото 3.5. Модель К-ДЗМО-3-3-Г.




Фото 3.6. Модель К-ДЗМО-3-3-В.





Фото 3.7. Модель К-ДЗМО-3-3-Э.



4. Кровать медицинская многофункциональная по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями,
варианты исполнения:

XIV. Четырехсекционные, моделей К-ДЗМО-1-4-Э, К-ДЗМО-1-4-Э/БК, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт. (при необходимости)
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Тазобедренная секция – 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Электропривод – не более 4 шт.
9. Рейка – не более 2 шт.
10. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
11. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
14. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
15. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
16. Блок управления – 1 шт.
17. Пульт управления – 1 шт.
18. Угловой бампер – не более 4 шт.
19. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XV. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-2-4-Э, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Тазобедренная секция – 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Электропривод – не более 4 шт.
9. Рейка – не более 2 шт.
10. Гидропривод - 1 шт.
11. Педаль управления гидроприводом – не более 2 шт.
12. Газовая пружина - не более 1 шт.
13. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
14. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
15. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
16. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
17. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
18. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
19. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
20. Блок управления – 1 шт.
21. Пульт управления – 1 шт.
22. Угловой бампер – не более 4 шт.
23. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XVI. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Р, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.

3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Тазобедренная секция – 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Рейка – не более 6 шт.
9. Электропривод – не более 2 шт.
10. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
11. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
14. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
15. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
16. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
17. Блок управления – 1 шт.
18. Пульт управления – 1 шт.
19. Угловой бампер – не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XVII. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Г, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Тазобедренная секция – 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Газовая пружина - не более 6 шт.
9. Рейка – не более 2 шт.
10. Электропривод – не более 2 шт.
11. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
12. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
14. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
15. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
16. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
17. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
18. Блок управления – 1 шт.
19. Пульт управления – 1 шт.
20. Угловой бампер – не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XVIII. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-В, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Тазобедренная секция – 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Рейка – не более 2 шт.
9. Винтовой механизм – не более 2 шт.
10. Электропривод – не более 2 шт.
11. Держатель панели ложа – не более 50 шт.

12. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
13. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
14. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
15. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
16. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
17. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
18. Блок управления – 1 шт.
19. Пульт управления – 1 шт.
20. Угловой бампер – не более 4 шт.
21. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

XIX. Четырехсекционная, модели К-ДЗМО-3-4-Э, в составе:

1. Каркас кровати – 1 шт.
2. Колесная опора - не более 4 шт.
3. Торцевая спинка – 2 шт.
4. Спинная секция – 1 шт.
5. Бедренная секция – 1 шт.
6. Тазобедренная секция – 1 шт.
7. Ножная секция - 1 шт.
8. Рейка – не более 2 шт.
9. Электропривод – не более 6 шт.
10. Держатель панели ложа – не более 50 шт.
11. Приспособление для подтягивания – 1 шт. (при необходимости)
12. Штатив для вливаний - 1 шт. (при необходимости)
13. Матрац четырехсекционный - 1 шт. (при необходимости)
14. Ортопедическая рама – 1 шт. (при необходимости)
15. Рама Балканского – 1 шт. (при необходимости)
16. Защитный кожух – 1 шт. (при необходимости)
17. Блок управления – 1 шт.
18. Пульт управления – 1 шт.
19. Угловой бампер – не более 4 шт.
20. Руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

Фотографические изображения (далее – фото, фотоизображения, фотографии) изделий, не показанные на общих фотографиях моделей, см. в разделе «Принадлежности и изделия входящие в состав, не изображенные на фото общего вида варианта исполнения кровати».

Фото 4.1. Модель К-ДЗМО-1-4-Э.




Фото 4.2. Модель К-ДЗМО-1-4-Э/БК.




Фото 4.3. Модель К-ДЗМО-2-4-Э.




Фото 4.4. Модель К-ДЗМО-3-4-Р.




Фото 4.5. Модель К-ДЗМО-3-4-Г.




Фото 4.6. Модель К-ДЗМО-3-4-В.





Фото 4.7. Модель К-ДЗМО-3-4-Э.



5. Принадлежности:

1. Боковое ограждение – 2 шт.
2. Шарнир бокового ограждения – не более 12 шт.
3. Ручка для подтягивания – 1 шт.
4. Держатель мочеприемника – 1 шт.
5. Полочка для записей – 1 шт.
6. Столик для питания – 1 шт.
7. Держатель обуви – 1 шт.
8. Держатель для костылей – 1 шт.
9. Держатель кислородного баллона – 1 шт.
10. Корзина под судно – 1 шт.
11. Приспособление для удлинения ложа кровати – 1 шт.
12. Дополнительная секция матраца – 1 шт.
13. Защитный чехол для матраца – 1 шт.
14. Лампа подсветки – 1 шт.
15. Аккумуляторная батарея – 1 шт.
16. Перекладчик складной – 1 шт.
17. Упор для ног – 1 шт.
18. Ремень фиксирующий – не более 6 шт.
19. Карман для истории болезни пациента – не более 2 шт.
20. Колесная опора с центральным тормозом – не более 4 шт.
21. Педаль тормоза – не более 4 шт.
22. Выдвижное пятое колесо – не более 2 шт.
23. Педаль управления выдвижным пятым колесом – не более 2 шт.
24. Приспособление для мытья пациентов – 1 шт.

Принадлежности и изделия входящие в состав  изображенные на фото общего вида  варианта исполнения кровати

Фото 5.1. Боковое ограждение.




Фото 5.2. Шарнир бокового ограждения.




Фото 5.3. Ручка для подтягивания.



Фото 5.4. Держатель обуви, держатель мочеприемника.




Фото 5.5. Полочка для записей.




Фото 5.6. Столик для питания.




Фото 5.7. Держатель костылей.




Фото 5.8. Держатель кислородного баллона.




Фото 5.9. Корзина под судно.




Фото 5.10. Приспособление для удлинения ложа кровати.




Фото 5.11. Дополнительная секция матраца.




Фото 5.12. Защитный чехол для матраца.




Фото 5.13. Лампа подсветки.




Фото 5.14. Аккумуляторная батарея.




Фото 5.15. Перекладчик складной.




Фото 5.16. Упор для ног.




Фото 5.17. Ремень фиксирующий.




Фото 5.18. Карман для истории болезни пациента.




Фото 5.19. Выдвижное пятое колесо




Фото 5.20. Педаль управления выдвижным пятым колесом.




Фото 5.22.1 Колесная опора с центральным тормозом




Фото 5.22.2 Колесная опора с центральным тормозом и педаль тормоза.



Фото 5.24. Угловой бампер




Фото 5.25. Педаль тормоза.




Фото 5.26. Приспособление для подтягивания.




Фото 5.27. Штатив для вливаний.




Фото 5.28. Матрац односекционный.




Фото 5.29. Матрац двухсекционный.




Фото 5.30. Матрац трехсекционный.




Фото 5.31. Матрац четырехсекционный.




Фото 5.32. Ортопедическая рама.




Фото 5.33. Рама Балканского.




Фото 5.34. Приспособление для мытья пациентов.




Фото 5.35. Колесная опора.




Фото 5.36. Электропривод.




Фото 5.37. Гидропривод.




Фото 5.38. Держатель панели ложа.



Фото 5.39. Рейка.




Фото 5.40. Блок управления.




Фото 5.41. Газовая пружина.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 74

сертификат) листа



Генеральный директор АО «ДЗМО»

А.В. Костров А.В. Костров



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Досчатинский завод
медицинского оборудования»


« 19 » 

Костров А.В.
2020 г.



ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия

«Кровать медицинская многофункциональная по
ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями»

производства АО «Досчатинский завод
медицинского оборудования», Россия



АО "Досчатинский завод медицинского оборудования"



Кровать медицинская многофункциональная

Страна-изготовитель Россия
607033, Нижегородская область, г. Выкса,
р.л. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
Степень защиты: не ниже IPX4
Класс защиты: II, тип В
Номинальное напряжение: 220 В
Частота тока: 50Гц
Мощность: не более 300 ВА
Предельная рабочая нагрузка: 2600 Н
www.dzmo.ru

К-ДЗМО-2-4-Э

по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями

№

1

2018

Рисунок 1. Макет этикетки медицинского изделия «Кровать медицинская многофункциональная К-ДЗМО-2-4-Э по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями»




Фото 1. Этикетка медицинского изделия «Кровать медицинская многофункциональная К-ДЗМО-2-4-Э по ТУ 32.50.50-002-07614107-2018 электрическая с принадлежностями»

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 2 (

2) листов

Генеральный директор АО «ДЗМО»

А.В. Костров

