

ПОДТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «биоМерье Рус»

Н.В. Бердникова


«30» июня 2020 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

«Карта VITEK 2 AST-ST03 для определения чувствительности Streptococcus spp. к
антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства
VITEK 2», 20 шт./уп.,

производства «биоМерье, Инк.» (bioMérieux Inc.), США

Общий вид изделия «Карта VITEK 2 AST-ST03 для определения чувствительности *Streptococcus* spp. к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.



Вторичная упаковка изделия «Карта VITEK 2 AST-ST03 для определения чувствительности *Streptococcus* spp. к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.

VITEK® 2 AST-ST03

REF 421040

Σ 20

LOT 5420954403

2020-07-07

2019-01-06

042566 - 03



(01)03573026553760(17)200707(10)5420954403

EN VITEK®2 Systems. For susceptibility testing of *S. pneumoniae*, beta-hemolytic *Streptococcus*, and *Viridans Streptococcus* against specified antimicrobials.

FR VITEK®2 Systems. Pour un antibiogramme de *S. pneumoniae*, *Streptococcus* bêta-hémolytique et *Viridans Streptococcus* pour les antibiotiques spécifiés.

DE VITEK®2 Systems. Für Empfindlichkeitsprüfung von *S. pneumoniae*, Beta-hämolysierenden Streptokokken und Streptokokken der Viridans-Gruppe gegen bestimmte Antibiotika.

ES VITEK®2 Systems. Para pruebas de sensibilidad de *S. pneumoniae*, *Streptococcus* beta-hemolíticos y *Viridans Streptococcus* frente a determinados antimicrobianos.

IT VITEK®2 Systems. Per test di antibiogramma di *S. pneumoniae*, *Streptococchi* beta-emolitici e *Streptococchi viridanti* contro antimicrobici specifici.

PT VITEK®2 Systems. Para testes de sensibilidade de *S. pneumoniae*, *Streptococcus* beta-hemolíticos e *Viridans Streptococcus* contra antibióticos específicos.

EL VITEK®2 Systems. Για εξέταση ευαισθησίας των *S. pneumoniae*, β-αιμολυτικού *Streptococcus* και *Viridans Streptococcus* σε συγκεκριμένους αντιμικροβιακούς παράγοντες.

DA VITEK®2 Systems. Til følsomhedstestning af *S. pneumoniae*, beta-hæmolytisk *Streptococcus* og *Viridans Streptococcus* imod specificerede antimikrobielle stoffer.

SV VITEK®2 Systems. För resistensbestämning av *S. pneumoniae*, beta-hemolytiska streptokocker och viridans streptokocker mot specifika antimikrobiika.

PL Oprogramowanie VITEK®2 Systems. Do oceny wrażliwości *S. pneumoniae*, *Streptococcus* beta-hemolizujących i *Viridans Streptococcus* na określone antybiotyki.

μg/ml: AM 0.5, 1, 4, 8; P 0.06, 0.12, 0.5, 2; CTX 0.25, 0.5, 1, 2; CRO 0.12, 0.25, 1, 4; C 1, 4, 8; CM, CM 0.12, CM 0.25; CM 0.5; CM/E 0.5/0.1; E 1, 2, 4, 16; GM 512, 1024; ICR, CM 0.5, CM/E 0.25/0.5; LEV 1, 2, 4, 16; LNZ 2, 4; MXF 0.5, 1, 4, 8; RA 0.015, 0.03, 0.12, 0.5; TEC 0.5, 1, 4; TE 0.12, 0.5, 1, 4; TGC 0.12, 0.25, 0.5; SXT 8/152, 16/304, 64/1216; VA 0.5, 1, 2, 4

(01)03573026553760

(17)200707

(10)5420954403




046688-01
www.biomerieux.com/techlib



bioMérieux, Inc.
100 Rodolphe Street
Durham, NC 27712 USA



bioMérieux SA
370, Chemin de l'Orme
69280 Marcy-l'Etoile - France



Вторичная упаковка изделия «Карта VITEK 2 AST-ST03 для определения чувствительности Streptococcus spp. к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.



Внешний вид изделия «Карта VITEK 2 AST-ST03 для определения чувствительности *Streptococcus* spp. к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2», 20 шт./уп.



Прошито и пронумеровано

5 листов

« 30 » июня 2020 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.

