

Производитель:
Акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод»
(АО «ГРПЗ»)
Юридический адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань,
ул. Семинарская, д. 32.
Завод – изготовитель:
АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный завод»
Место производства: 391300, Рязанская область, г. Касимов,
ул. Индустриальная, д. 3.
Тел./факс (49131) 2-29-21, 2-43-39
www.kaspz.ru, service@kaspz.ru

**СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЦИКЛАМИ
СТЕРИЛИЗАЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И СУШКИ,
И СИСТЕМОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ГП-40-Ох-ПЗ по ТУ 9451-007-07505566-99**

КИУС.942712.004

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КИУС.942712.004 РЭ**

(Редакция №02)



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Основные технические характеристики	4
1.3 Состав изделия	6
1.4 Устройство и работа	6
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9
2.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности	9
2.2 Подготовка изделия к работе	10
2.3 Использование изделия	11
2.4 Рекомендации по загрузке стерилизатора	14
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	14
3.1 Общие указания	14
3.2 Порядок технического обслуживания	15
3.3 Возможные неисправности и способы их устранения	15
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
5 УТИЛИЗАЦИЯ	17
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17
7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	18
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	19
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	19
10 МАРКИРОВКА	20
Приложение А. Перечень элементов	21
Приложение Б. Схемы электрические принципиальные	22
Приложение В. Методика аттестации воздушного стерилизатора	23
Приложение Г. Талоны на гарантийный ремонт	24

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – руководство) удостоверяет гарантированные заводом-изготовителем основные параметры и характеристики стерилизатора воздушного настольного с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-ПЗ (в дальнейшем – стерилизатор) и предназначено для обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонт стерилизатора, осуществляется персоналом специализированных служб, прошедшим соответствующую подготовку и имеющим группу допуска не ниже третьей, при работе на электроустановках до 1000 В.

К работе со стерилизатором допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Стерилизатор предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки объектов медицинского назначения.

1.1.2 Стерилизатор предназначен для применения в лабораториях, лечебно-профилактических, научно-исследовательских и других учреждениях.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ВОЗДУШНЫХ СТЕРИЛИЗАТОРАХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ВАТЫ, РЕЗИНЫ.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Стерилизатор предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220±10% В, частотой 50±1% Гц, имеющей защитное заземление.

1.2.2 Мощность, потребляемая стерилизатором в режиме разогрева, не более 1,4 кВт.

1.2.3 Масса стерилизатора – 39,0±3,9 кг:

1.2.4 Габаритные размеры стерилизатора:

высота – 710±30 мм;

глубина – 550±30 мм;

ширина – 580±30 мм;

Внутренние размеры стерилизационной камеры:

высота – 390±30 мм;

глубина – 300±30 мм;

ширина – 415±30 мм;

Полезный объем стерилизатора - 40±5 дм³.

1.2.5 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180 °С, не более – 48 мин.

1.2.6 Время охлаждения до температуры 75°С стерилизуемого материала, не более – 35 мин.

1.2.7 Стерилизатор имеет световую и звуковую индикацию процесса стерилизации (дезинфекции, сушки), а также цифровую индикацию температуры и времени выдержки, которая служит для наблюдения за изменением величин температур и времени выдержки.

1.2.8 Стерилизатор обеспечивает, при загруженной стерилизационной камере, автоматическое выполнение режимов, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

№ прог.	Наименование программы	Температура, °С		Время выдержки, мин	
		Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
1	Стерилизация	160	±3	150	+5
2		180	±3	60	+5
3	Дезинфекция	120	±3	45	+5
4	Сушка	85	±3	–	–
5-10	Пользовательский*	50+200	±3	1+998	+5

* Для пользовательского режима, дискретность установки времени выдержки – 1 мин., температуры: 0,1°С (для диапазона 50-100°С), 1 °С (для диапазона 100-200°С).

В стерилизаторе имеется возможность установки времени отложенного старта запуска выбранной программы, а также шести дополнительных пользовательских режимов работы, с собственными параметрами. Инструкция по установке пользовательских программ размещена на www.kaspz.ru в разделе «Сервис».

1.2.9 Стерилизатор обеспечивает автоматическую блокировку отсчета времени стерилизационной выдержки, при отклонении температуры от заданного значения более чем на ±3 °С.

1.2.10 Стерилизатор обеспечивает аварийное отключение от сети питания, при перегреве в камере 205+235 °С.

1.2.11 Безотказная наработка – 2500 час.

1.2.12 Допустимое время непрерывной работы – 16 часов в сутки.

1.2.13 Полный средний срок службы стерилизатора - 8 лет.

1.2.14 Корректированный уровень звуковой мощности – не более 67 дБа.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав изделия – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

Наименование	Кол-во
1. Стерилизатор ГП-40-Ох-ПЗ КИУС.942712.004	1
2. Кассета КИУС.301231.077	2
3. Уголок КИУС.745421.040	4
4. Подставка под стерилизатор КИУС.301318.023 (при необходимости)	1
Принадлежности	
1. Ремень крепежный с пружинным замком SVPL2503 (при необходимости)*	2
Эксплуатационная документация	
1. Руководство по эксплуатации	1
Дополнительные кассеты и уголки поставляются по отдельному заказу.	
* Ширина 25мм, длина 3 м, разрывное усилие 200кг.	

1.3.2 Кассеты и уголки изготовлены из нержавеющей стали, максимальное количество кассет - 4 шт., шаг расположения кассет - 79 ± 10 мм. Размеры кассет (ШхГ, ± 30 мм) – 390×260 . Масса кассеты – $0,55 \pm 0,1$ кг, масса уголка – $0,05 \pm 0,02$ кг.

1.3.3 Размеры подставки (ШхВхГ, ± 30 мм) - $607 \times 741 \times 428$, масса подставки – $15,4 \pm 2$ кг.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Общий вид стерилизаторов и блока управления, представлен на рисунках 1 и 2.

1.4.2 Основными узлами стерилизаторов являются: корпус, дверь, блок управления. Корпус и дверь стерилизатора выполнены из тонколистовой стали.

1.4.3 Внутри корпуса установлена стерилизационная камера из нержавеющей стали. Корпус двери и пространство между корпусом и камерой заполнены теплоизолятором. На боковых стенках камеры закреплены планки для установки уголков, которые предназначены для расположения на них кассет.

1.4.4 Между защитной панелью и задней стенкой камеры расположены электронагреватель и крыльчатка, обеспечивающая циркуляцию воздуха. С нижней стороны стерилизатора установлен вентилятор системы опосредованного (без подачи воздуха в камеру) охлаждения. В верхней части задней стороны стерилизатора находится выходной канал системы охлаждения, через который выводится нагретый воздух.

1.4.5 Работа стерилизатора происходит следующим образом.

Установить выключатель (поз. 4, рис. 1) в положение "I". На блоке управления загорится индикатор (поз. 7, рис. 2), информационное табло (поз. 10, рис. 2) отображает текущую температуру в стерилизационной камере.

Для выбора режима стерилизации нажать на поле "РЕЖИМ" (поз. 4, рис. 2) и выбрать нужный, путем нажатия на одно из полей "Δ", "▽" (поз. 5, 9, рис. 2).

Для запуска выбранного режима кратковременно (не более 2 сек) нажать на поле "ⓘ" (поз. 6, рис. 2). Стерилизатор перейдет в фазу «НАГРЕВ», начнет мигать индикатор "НАГРЕВ"/"ВЫДЕРЖКА" (поз. 3, рис. 2). Информационное табло индицирует изменение температуры в камере. Происходит нагрев до установленного значения температуры.

При достижении заданной температуры стерилизатор переходит в фазу «ВЫДЕРЖКА», светодиодный индикатор "НАГРЕВ"/"ВЫДЕРЖКА" горит непрерывно, информационное табло попеременно индицирует время выдержки и текущую температуру в камере. Происходит выдержка при заданной температуре, по истечении которой стерилизатор переходит в фазу «ОХЛАЖДЕНИЕ».

В фазе «ОХЛАЖДЕНИЕ» индикатор продолжает показывать изменение температуры в камере и горит индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ" (поз. 2, рис. 2). Температура в камере падает. При понижении температуры до 75°C гаснет индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ", загорается индикатор "ВЫГРУЗКА" (поз. 1, рис. 2) и звучит прерывистый звуковой сигнал, который выключается через 1 минуту.

Примечание. После достижения заданной температуры может дополнительно потребоваться режим стабилизации выхода на заданную температуру по всему объему камеры. По достижении заданной температуры стерилизатор переходит в фазу «ВЫДЕРЖКА» общее время выхода не превышает указанное в п. 1.2.5.




Рисунок 1. Общий вид.

1 – блок управления; 2 – дверь; 3 – ручка; 4 – клавиша включения-выключения стерилизатора; 5 – индикатор аварийного выключения стерилизатора; 6 – корпус; 7 – заслонка.

Внимание! Дверь отрывается поворотом ручки против часовой стрелки.




Рисунок 2. Блок управления.

1 – индикатор "ВЫГРУЗКА"; 2 – индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ"; 3 – индикатор "НАГРЕВ" / "ВЫДЕРЖКА"; 4 – поле "РЕЖИМ"; 5, 9 – поля выбора номера программ стерилизации; 6 – поле "ПУСК" / "СТОП"; 7 – индикатор отображения температуры; 8 – индикатор отображения времени; 10 – информационное табло.

ВНИМАНИЕ!

При нажатии на поле "ⓘ" в течение времени менее 2 секунд, блок управления выдает команду "ПУСК" стерилизатора, при нажатии на поле "ⓘ" в течение времени более 3 секунд, блок управления выдает команду "СТОП", отключая рабочий режим стерилизатора.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ



Предупреждающий символ на оборудовании.
Внимание! Обратитесь к руководству по эксплуатации.

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Стерилизатор предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в диапазоне температур окружающего воздуха от +10 °C до +35 °C, относительной влажности воздуха не более 80%, при температуре +25 °C и атмосферном давлении 630+800 мм рт. ст.

2.1.2 Источником опасности в стерилизаторе является напряжение питающей электрической сети 220 В, а также нагретые изделия, извлекаемые из камеры при аварийных ситуациях.

2.1.3 Стерилизатор по способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током относится к изделиям, снабженным вилок с заземляющим контактом. При работе стерилизатора необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

2.1.4 Лица, не ознакомленные с данным руководством, и не прошедшие инструктаж по безопасному обслуживанию стерилизатора, к работе не допускаются.

2.1.5 При обнаружении во время работы какой-либо неисправности необходимо отключить стерилизатор от сети и вызвать обслуживающий персонал.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ;
2. ПРОИЗВОДИТЬ ЗАГРУЗКУ, ВЫГРУЗКУ И ЗАДАВАТЬ ДРУГОЙ РЕЖИМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТЕРИЛИЗАТОРА;
3. ПОМЕЩАТЬ В СТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ КАМЕРУ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ, А ТАКЖЕ ЁМКОСТИ С ЖИДКОСТЬЮ И ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, СПОСОБНЫМИ К ИНТЕНСИВНОМУ ИСПАРЕНИЮ;
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛИЗАТОР В РЕЖИМАХ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.

5. ТАКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕРИЛИЗАТОРА, КОТОРОЕ ЗАТРУДНЯЕТ РАБОТУ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТЕВОЙ ВИЛКИ.

2.1.6 В случае нарушения правил эксплуатации, установленных в настоящем руководстве, может ухудшаться защита, примененная в данных стерилизаторах.

2.1.7 Стерилизаторы не предназначены для совместного использования с другими медицинскими изделиями и/или принадлежностями.

2.1.8 Стерилизатор предназначен для использования в базовой электромагнитной обстановке (в местах с электроснабжением непосредственно от распределительной сети низкого напряжения). Уровень электромагнитных помех, создаваемых стерилизатором во время работы, не влияет на функционирование других изделий и соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1.

При воздействии внешних факторов, таких как: электромагнитные поля, электростатические разряды, повышенная температура и влажность, возможны сбои в работе блока управления. Признаком сбоя, вызванного внешним воздействием, может являться нарушение световой индикации дисплея. При обнаружении сбоя, необходимо выключить прибор, установить причину и устранить воздействие, после чего возможно продолжить эксплуатацию.

2.2 Подготовка изделия к использованию

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВВОДЕ СТЕРИЛИЗАТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ).

2.2.1 В случае транспортирования стерилизатора при отрицательных температурах перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.

2.2.2 Распаковать стерилизатор.

2.2.3 Проверить комплектность стерилизатора.

2.2.4 Установить стерилизатор на место эксплуатации, в соответствии со следующими рекомендациями и действующими нормативными документами:

- расстояние до отопительной системы или нагревательных приборов, не менее 0,8м.
- свободное пространство вокруг стерилизатора, не менее 0,4м.
- установка должна обеспечивать беспрепятственный доступ к сетевой вилке.

Примечание. Для перемещения распакованного стерилизатора используются ремни крепежные SVPL2503, вес изделия необходимо распределять равномерно на оба ремня.

2.2.5 Произвести дезинфекцию наружной поверхности способом, изложенным в п. 2.3.12.

2.2.6 Удалить защитную пленку с уголков (при ее наличии) установить их в стерилизационной камере на нужных уровнях и на них поместить кассеты.

2.2.7 Убедиться в том, что напряжение сети питания соответствует указанным в руководстве по эксплуатации.

2.2.8 Подключить шнур питания стерилизатора к розетке, имеющей защитное заземление.

2.2.9 Провести пробный цикл стерилизации на режиме 180 °С, 60 мин. Выбор режима согласно п. 2.3.4.

2.2.10 Оформить ввод стерилизатора в эксплуатацию актом произвольной формы. Акт должен быть подписан уполномоченным представителем потребителя, лицом, ответственным за эксплуатацию стерилизатора, а также представителем, осуществляющим пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.

2.3 Использование изделия

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ СО СТЕРИЛИЗАТОРОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТОК.

2.3.1 Разместить стерилизуемые изделия на кассетах, в соответствии с разделом 2.4.

Примечание. При работе стерилизаторов в режиме сушки (85°С) заслонка на верхней стенке корпуса должна быть открыта на протяжении всего цикла.

2.3.2 Установить выключатель (поз. 4, рис. 1) в положение " I ". На блоке управления загорится индикатор (поз. 7, рис. 2), информационное табло (поз.10, рис. 2) показывает текущую температуру в стерилизационной камере.

2.3.3 В алгоритм работы стерилизаторов, заложена возможность автоматического запуска прерванного (в результате кратковременного пропадания питающего напряжения) цикла. Если после включения произошел автоматический запуск цикла, то для его остановки необходимо нажать на поле "ⓘ" (поз. 6, рис. 2) и удерживать его в течение 3 секунд.

2.3.4 Для выбора режима стерилизации необходимо нажать на поле "РЕЖИМ" (поз. 4, рис. 2) (на информационном табло попеременно отображаются установленная температура и время выдержки) и выбрать требуемый, путем нажатия на одно из полей "Δ" или "∇" (поз. 5, 9, рис. 2). Для выбора доступны четыре предустановленных заводом-изготовителем режима работы, соответствующие требованиям ГОСТ 22649-83 (таблица 3). Запуск цикла осуществляется коротким (не более 2 сек) нажатием поля "ⓘ".

2.3.5 Стерилизатор запоминает в энергонезависимой памяти последний запущенный режим. Для его повторного запуска можно сразу нажать на поле "ⓘ" (поз. 6, рис. 2), не производя выбор вновь.

2.3.6 В стерилизаторе имеется возможность установки пользовательских режимов работы с собственными параметрами. Инструкция по установке пользовательских режимов:

1. Просмотр всех доступных режимов, включая пользовательские.

Удерживая поле «РЕЖИМ» включите стерилизатор. Как только все сегменты индикатора загорятся, поле нужно отпустить. На индикаторе отобразится текущая температура в камере. Блок управления запущен в состоянии просмотра и редактирования доступных режимов, которое действует до выключения питания.

2. Выбор режима и просмотр его параметров.

Нажмите поле «РЕЖИМ» — раздается кратковременный звуковой сигнал и блок управления переходит в состояние выбора режима. На индикаторе попеременно отображается температура и время выдержки последнего запущенного пользователем режима. Полями «Δ» и «∇» переходим к режиму с нулевыми параметрами (на индикаторе попеременно отображаются температура «0.0» и время — «000») или к режиму, параметры которого необходимо изменить.

Примечание. Первые 4 предустановленных режима недоступны для изменения. Если не удастся перейти к нужному режиму, значит какой-то из них был запущен на обработку. Необходимо остановить выполнение запущенного режима, для чего нужно нажать и удерживать не менее 3-х секунд поле «ⓘ».

3. Изменение выбранного режима

Для изменения параметров выбранного режима необходимо удерживать нажатым поле «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в состояние редактирования выбранного режима.

Примечание. Если не удастся войти в режим редактирования значит: вы пытаетесь редактировать режим с заводскими установками (выберете другой), или какой-то режим был запущен на обработку (остановите его выполнение).

4. Установка температуры

После перехода в состояние редактирования режима начнет мигать индикатор температуры (поз. 7, рис. 2). Нажатием на поля «Δ» и «∇» установите нужное значение температуры.

5. Установка времени выдержки

После установки требуемой температуры, для перехода к заданию времени выдержки, необходимо удерживать нажатым поле «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд. Начнет мигать индикатор времени (поз. 8, рис. 2). Нажатием на поля «Δ» и «∇» установите нужное значение времени выдержки.

6 Сохранение внесенных изменений.

Для сохранения введенных параметров режима, в энергонезависимой памяти, необходимо нажать поле «○». Раздается кратковременный звуковой сигнал, а на индикаторе будут попеременно отображаться температура и время выдержки созданного или отредактированного режима, и он будет сохранен. Повторное нажатие на поле «○» приведет к запуску режима на отработку.

В результате выполнения п.п. 1-5 добавится новый режим, который, в дальнейшем, может быть запущен при обычном включении стерилизатора. Для добавления следующего режима повторите пункты 2-5.

7. Удаление режима

Для удаления режима из списка доступных в обычном режиме, необходимо, повторяя действия пп. 1, 2, 3, 5, 6 задать нулевые значения времени выдержки, для требуемых режимов (кроме предустановленных).

2.3.7 При запуске режима, включается вентилятор принудительной циркуляции воздуха, внутри стерилизационной камеры, и стерилизатор переходит в фазу «НАГРЕВ». Информационное табло индицирует изменение температуры в камере. Происходит нагрев до установленного значения температуры.

При необходимости, запущенный режим можно остановить, удержанием, в течение 3 секунд, нажатым поле «○». Остановку можно выполнить в любой фазе стерилизации.

Для входа в режим задачи отложенного старта необходимо удерживать нажатым поле «○» в течение 3 секунд. Изменение времени отложенного старта осуществляется Нажатием на поля "Δ" и "∇", при этом индикаторы температуры и времени мигают одновременно. Время указывается в минутах. Короткое нажатие поля "○" запускает режим отложенного старта с выбранным временем. Выход из режима задания отложенного старта осуществляется коротким нажатием на поле "РЕЖИМ". В режиме отложенного старта непрерывно горят индикаторы температуры и времени, производится обратный отсчет заданного времени, по истечении которого осуществляется запуск выбранного режима. Досрочный выход из режима отложенного старта осуществляется долгим нажатием (более 3 секунд) поля "РЕЖИМ".

2.3.8 При достижении заданной температуры стерилизатор переходит в фазу «ВЫДЕРЖКА». Включается светодиодный индикатор "ВЫДЕРЖКА" (поз. 3, рис. 2). Информационное табло попеременно индицирует время выдержки и текущую

температуру в камере. Происходит выдержка при заданной температуре, по истечении которой стерилизатор переходит в фазу «ОХЛАЖДЕНИЕ».

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В РЕЖИМЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ В КАМЕРЕ ПРОИСХОДИТ ПОНИЖЕНИЕ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ЗАДАННОЙ НА ± 3 °C (В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ И Т.П.), СТЕРИЛИЗАТОР ИЗДАЕТ ПРЕРЫВИСТЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, С ТОЙ ЖЕ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ МИГАЕТ ПОКАЗАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОИСХОДИТ СБРОС ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ. НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ СТЕРИЛИЗАТОР, УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЫПОЛНИТЬ ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ АВАРИЙНОМ РОСТЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 205...235 °C, СРАБОТАЕТ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, И ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВОЙ ЧАСТИ СТЕРИЛИЗАТОРА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИКАТОРА "АВАРИЯ". НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ СТЕРИЛИЗАТОР И УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ.

2.3.9 В фазе «ОХЛАЖДЕНИЕ» индикатор продолжает показывать изменение температуры в камере и горит индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ" (поз. 2, рис. 2). Температура в камере падает.

2.3.10 При понижении температуры до 75 °C гаснет индикатор "ОХЛАЖДЕНИЕ", загорается индикатор "ВЫГРУЗКА" (поз. 1, рис. 2) и звучит прерывистый звуковой сигнал (в течении 1 минуты), после чего можно открыть дверь и произвести выгрузку.

2.3.11 По окончании работы установить сетевой выключатель в положение "О" (поз. 4, рис. 1).

2.3.12 Стерилизатор необходимо содержать в чистоте. Каждые 200 ч работы, поверхности необходимо обрабатывать 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного моющего средства или 1 %-ным раствором хлорамина, согласно действующим методическими указаниям по применению средств, разрешенных в Российской Федерации для дезинфекции поверхностей приборов.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТЕРИЛИЗАТОР ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ. ОЧИСТКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ МЕТОДАМИ, ИСКЛЮЧАЮЩИМИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЭТОМ ВЕЩЕСТВ НА БЛОКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

2.4 Рекомендации по загрузке стерилизатора

Примечание. Загрузка стерилизатора в большой степени влияет на основные технические характеристики. При превышении загрузки может увеличиваться время нагрева, расход электроэнергии, а также ухудшаться равномерность распределения температуры по объему камеры.

2.4.1 Загрузку и расположение изделий в камере, следует производить в соответствии с данными рекомендациями и действующими нормативными документами:

- изделия размещать не ближе 50 мм к стенкам стерилизационной камеры в таком количестве, которое допускает свободную подачу воздуха к каждому медицинскому изделию;

- при загрузке необходимо следить за тем, чтобы медицинские изделия не попали в зону вращения крыльчатки;

- медицинские изделия стерилизуются завернутые в крафт-бумагу или другие виды упаковки, предназначенные для использования в требуемых режимах.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание и ремонт стерилизатора должен производить специалист, имеющий диплом о высшем или среднем техническом образовании, имеющий достаточную квалификацию, прошедший стажировку на заводе-изготовителе.

3.1.2 При техническом обслуживании стерилизатор должен быть отключен от сети (кроме п.п. 3.2.1, 3.2.4)

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 В процессе эксплуатации, каждые 3-4 месяца, следует проводить контроль автоматического поддержания температуры, для чего необходимо поместить в центре камеры стерилизатора датчик образцового измерителя температуры (с пределом измерения 0-200 °С и точностью не ниже ± 1 °С) и проверить соответствие показаний образцового измерителя температуры с показаниями индикатора температуры стерилизатора.

3.2.2 В ходе эксплуатации (через каждые 1000 часов работы) стерилизатора необходимо проводить техническое обслуживание следующих комплектующих:

- электронагреватели трубчатые: удалять загрязнения с изоляционных втулок и контактных стержней; следить за креплением и устранять ослабление, при необходимости.

3.2.3 При проведении работ по техническому обслуживанию, необходимо проверить правильность размещения и подключения стерилизатора, согласно пункта 2.2.4.

3.2.4 После ремонта и, при необходимости, после технического обслуживания произвести проверку стерилизатора на функционирование согласно пункту 3.2.1.

3.3 Возможные неисправности и способы их устранения

3.3.1 Перечень наиболее возможных неисправностей и способы их устранения

приведены в таблице 5. Инструкция по ремонту - см. www.kaspz.ru

Таблица 5.

Наименование неисправностей	Возможная причина	Способ устранения
1	2	3
1. При нажатии поля "ⓘ" не включается электродвигатель.	Неисправен силовой ключ	Заменить силовой ключ.*
2. При нажатии поля "ⓘ" не происходит нагрев стерилизационной камеры.	Выход из строя электронагревателя.	Заменить электронагреватель.*
3. При нажатии поля "ПУСК" происходит нагрев, горит запятая в младшем разряде индикатора температуры, а индикатор показывает температуру 300 °С.	Обрыв в цепи датчика температуры.	Устранить обрыв в цепи.*
4. Показания индикатора температуры не соответствует истинному значению температуры.	Неисправен датчик температуры.	Заменить датчик температуры.*
5. На информационном табло высвечивается "Er1- Er9".	Выход из строя платы управления, платы индикации, или датчика температуры.	Обратиться в ремонтное предприятие, обслуживающее организацию потребителя или на завод-изготовитель.
6. Горит индикатор «АВАРИЯ».	Сработало термореле, неисправно термореле, неисправен датчик температуры и др.	После охлаждения стерилизатора нажать кнопку на термореле. Если термореле сработает повторно, обратиться в ремонтное предприятие или на завод-изготовитель.

* Работы проводятся представителем ремонтного предприятия.

3.3.2 Для доступа к двигателю, крыльчатке и датчику температуры необходимо демонтировать защитную панель в стерилизационной камере и коробку мотора, на задней стенке стерилизатора.

ВНИМАНИЕ! ПРИ СКАЧКАХ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ПИТАНИЯ БОЛЕЕ $\pm 10\%$ ОТ НОМИНАЛЬНОГО ВОЗМОЖНЫ СБОИ В РАБОТЕ СТЕРИЛИЗАТОРА.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование и хранение стерилизатора должно производиться с учетом манипуляционных знаков на упаковке оборудования, содержащих информацию по обращению с грузом.

4.2 Стерилизаторы транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.3 Условия транспортирования стерилизатора в части воздействия климатических факторов: температура от минус 50 °С до + 50 °С; значение относительной влажности воздуха – 75 % при 15 °С, верхнее значение – 100 % при 25 °С.

4.4 Упакованный стерилизатор должен храниться в помещении при температуре от минус 50°С до +40°С, среднегодовое значение относительной влажности воздуха - 75 % при 15 °С, верхнее значение – 98 % при 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

4.5 Стерилизатор упакован в ящик из гофрированного картона и зафиксирован от перемещения элементами из пенополистирола или гофрированного картона.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Перед утилизацией стерилизатора необходимо провести дезинфекцию поверхностей способом, изложенным в п. 2.3.12.

5.2 Утилизировать как электрическое и электронное оборудование.

6 ГАРАНТИИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу стерилизатора в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию, пуско-наладочных работ и эксплуатации.

6.2 Гарантия на стерилизатор не действует в случае монтажа и пуско-наладки оборудования фирмой, не имеющей договора с заводом-изготовителем «На техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники в гарантийный и послегарантийный период», а также фирмами, не имеющими лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора устанавливается 12 месяцев с момента завершения пуско-наладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

6.4 Гарантийный ремонт стерилизатора осуществляется ремонтным предприятием, имеющим договор с заводом-изготовителем «На техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники в гарантийный и

послегарантийный период», обслуживающим потребителей по месту их нахождения в области, крае, республики - за счет завода-изготовителя. При невозможности проведения гарантийного ремонта по месту нахождения потребителя, ремонт осуществляется по месту нахождения завода-изготовителя.

6.5 Потребитель теряет право на гарантийный ремонт стерилизатора, если он в период гарантийного срока вышел из строя в результате неправильной эксплуатации или в случае самостоятельного ремонта, связанного с нарушением гарантийной наклейки.

6.6 Стерилизатор принимается на гарантийный ремонт в упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке. При получении заводом-изготовителем стерилизатора с механическими повреждениями (под механическими повреждениями следует понимать физические внешние повреждения, влекущие за собой: ухудшение товарного вида, неисправность стерилизатора либо ухудшение его рабочих свойств) гарантийный ремонт не производится, ремонт осуществляется за счет потребителя.

6.7 Изделие зарегистрировано:

Регистрационный № ФСР 2009/04872 от 15 июня 2015 года.

Срок действия: не ограничен.

Декларация РОСС RU.АБ69.Д03330, от 16.02.2018 г., действительна до 15.02.2021 г.

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.В.69375, от 22.03.2017 действительна до 21.03.2022 г.

6.8 Адрес завода-изготовителя: РОССИЯ, 391300, г. Касимов, Рязанская обл., ул. Индустриальная, 3.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Претензии в адрес завода-изготовителя представляются в случае невозможности ремонта стерилизатора на ремонтном предприятии, обслуживающем стерилизатор.

7.2 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

7.3 Рекламация, полученная заводом-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

7.4 К рекламации следует приложить:

- акт ввода стерилизатора в эксплуатацию;
- заполненный гарантийный талон;
- акт о наличии неисправности, с приложением дефектной ведомости, составленный обслуживающей организацией;
- заключение комиссии организации-потребителя, на основании акта;
- копия лицензии обслуживающей организации;
- копия счет-фактуры, по которой приобрели изделие.

7.6 Без указанных выше документов завод претензии и рекламации не рассматривает.

7.7 Завод не принимает претензии в случае нарушения условий хранения, нарушений требований руководства по эксплуатации в период монтажа, пуско-наладки, нарушений порядка ввода в эксплуатацию.

7.8 Рекламации на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стерилизатор ГП- 40-Ох-ПЗ	КИУС.942712.004	№ _____
наименование изделия	обозначение	зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник цеха 387	_____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

Мастер цеха	_____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

Представитель ОТК	_____	_____	_____
	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

МП

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стерилизатор ГП-40-Ох-ПЗ	КИУС.942712.004	№ _____
наименование изделия	обозначение	зав. номер

упакован АО «ГРПЗ» – филиал «Касимовский приборный завод»
наименование завода-изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Упаковщик	_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

10 МАРКИРОВКА

10.1 Маркировка стерилизаторов производится в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.


10.2 На каждом стерилизаторе прикреплена табличка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование стерилизатора;
- порядковый номер, по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- обозначение настоящих технических условий;
- номинальное напряжение питания;
- частота;
- потребляемая мощность;
- климатическое исполнение.

Приложение А
(справочное)
Перечень элементов

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Блок силовой	1	
A1.1	Плата коммутации	1	
A3	Блок управления	1	
A3.1	Плата управления и индикации	1	
EK1	Электронагреватель трубчатый	1	
RK1	Термосопротивление 100 Ом	1	
XS27, XS28	Разъем 4-х контактный	2	
XS26	Разъем 5-и контактный	1	
XS2-XS25, XS29-XS40, XS43-XS45	Клемма	38	
HL1	Индикатор	1	
SQ1	Выключатель 250V, 15A	1	
M1	Вентилятор горячего воздуха	1	
M2	Вентилятор охлаждения	1	
SK1	Реле температуры 205+235°C	1	
XP4	Шнур питания	1	

Приложение Б
(справочное)
Схема электрическая принципиальная



Приложение В
(справочное)
Методика аттестации воздушного стерилизатора

1. Аттестацию производить при нормальных климатических условиях, незагруженной камере и следующих параметров электрической сети: напряжение питания $220\text{В} \pm 10\%$; частота питания 50 Гц.

2. Средства измерений:

Двухканальный цифровой термометр с диапазоном измерения $+50 \dots +200$, точностью 0,1 °С.

Часы с погрешностью хода не более 60 с/сут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использовать другие измерительные приборы и оборудование, имеющие метрологические характеристики не хуже указанных.

3. Порядок аттестации

3.1. Установить датчики контрольного термометра в центрах полок: один – на уровне верхней полки, второй – на уровне нижней полки;

3.2. Включить прибор.

3.3. Выбрать требуемый режим для аттестации.

3.4. Запустить цикл стерилизации;

3.5. Через 30 минут после начала стерилизационной выдержки измеряется температура в контрольных точках. Измерение температуры проводят каждые 5 минут оставшегося времени выдержки. Последнее измерение проводят на последней минуте стерилизации.

Стерилизатор считается выдержавшим испытание, если при каждом замере разница между заданным значением температуры и показаниями контрольных термометров, а также между заданным значением температуры и показаниями цифрового табло не превышает $\pm 3^\circ\text{C}$, отклонение времени стерилизационной выдержки, не более +5 мин.

* Стерилизатор аттестуется в том случае, если он входит в состав аттестованных методик выполнения измерений.

Приложение Г
(обязательное)
Талоны на гарантийный ремонт

ТАЛОН №1

на бесплатный ремонт в течении гарантийного срока
Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-«ПЗ»

Вариант исполнения КИУС.942712.004 № _____ Дата выпуска _____ 20__ г.

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____
М. П.

Подпись руководителя учреждения владельца _____
М. П.

Завод – изготовитель:
АО «ГРПЗ» – филиал «Касимовский приборный завод»
РОССИЯ, 391300, г. Касимов, Рязанской обл., ул. Индустриальная, 3

ТАЛОН №2

на бесплатный ремонт в течении гарантийного срока
Стерилизатор воздушный настольный с программным управлением циклами стерилизации, дезинфекции и сушки, и системой принудительного охлаждения изделий ГП-40-Ох-«ПЗ»

Вариант исполнения КИУС.942712.004 № _____ Дата выпуска _____ 20__ г.

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____
М. П.

Подпись руководителя учреждения владельца _____
М. П.

Завод – изготовитель:
АО «ГРПЗ» – филиал «Касимовский приборный завод»
РОССИЯ, 391300, г. Касимов, Рязанской обл., ул. Индустриальная

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

24 листов(а)
двадцать четыре листа

Главный инженер
АО «ГРПЗ» - филиал
«Касимовский приборный завод»
А.В. Рудаков

