

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия:

**«Система мониторинга пациента NeonFSC
по ТУ 26.60.12-001-43088264-2020»**

Рис 1. - Вычислительный модуль с предустановленным программным обеспечением NeonFSC для обработки и отображения данных медицинского исследования (компьютер типа «панельный»);

Рис 2. - Регистратор ЭДА;

Рис 3. - Кабель пациента;

Рис 4. - Элемент питания типа ААА;

Рис 5. - Блок питания;

Рис 6. - Электроды для регистрации ЭДА;

Рис 7. - Руководство по эксплуатации




Рис. 1. - Вычислительный модуль с предустановленным программным обеспечением NeonFSC для обработки и отображения данных медицинского исследования (компьютер типа «панельный»)




Рис. 2. - Регистратор ЭДА




Рис. 3. - Кабель пациента



Рис. 4. - Элемент питания типа AAA




Рис. 5. - Блок питания;




Рис. 6. - Электроды для регистрации ЭДА

ОКПД2 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВКО Физиомед»



Хныкин К.В.
2020 г.

**Система мониторинга пациента NeonFSC
по ТУ 26.60.12-001-43088264-2020**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2020

Рис. 7. - Руководство по эксплуатации

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
листов.

Генеральный Директор



УПАКОВКА И МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система мониторинга пациента NeonFSC по ТУ 26.60.12-001-43088264-2020

Маркировка изделия

«Система мониторинга пациента NeonFSC»	
ТУ 26.60.12-001-43088264-2020	
	18980903
	
	
	02-2020
Хранить вдали от намагниченных материалов (магнитов) Сделано в Российской Федерации	
	Россия, 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 2, этаж 2, этаж технический, помещение I, комната № 30
Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/	

	Производитель
	Дата производства
	Следует обратиться к разделу с предупреждениями
	Рабочие части типа В
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Верхняя граница температурного диапазона (до +40°C)
	- Не допускать воздействия солнечного света
IP30	«IP30»
	Серийный номер

Транспортная упаковка

**«Система мониторинга пациента NeonFSC по
ТУ 26.60.12-001-43088264-2020
Заводской №18980903**

ЗАКАЗЧИК:
ООО «ВКО Физиомед»

Пункт назначения:
127287, Россия, г. Москва,
Петровско-Разумовский пр. 29

Количество мест: 1

Место: 1\1

№	Содержание	Кол-во
1	Система мониторинга пациента NeonFSC по ТУ 26.60.12.-001-43088264-2020	<u>1 шт.</u>


Вес нетто: 1,5 кг.
Вес брутто: 3 кг.
Габариты: 444 x 282 x 144 см.

Маркировка Системы мониторинга наносится непосредственно на изделие, или на ярлык или на этикетку с указанием следующих сведений:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес предприятия-изготовителя;
- номер изделия по системе нумерации предприятия- изготовителя;
- месяц и год выпуска изделия;
- номер регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих Технических условий;
- температурный диапазон хранения;

- символы «Неионизирующая радиация», «Бережь от солнечных лучей», «Изделие типа BF», класс защиты от поражения электрическим током, «Обратитесь к инструкции по применению», «IP30».

Генеральный директор
ООО «ВКО Физиомед»


ХНЫКИН К.В.

«07» сентября 2020 г.



3 (три) листа


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


**Система мониторинга стрессовых состояний ПАЦИЕНТА NeonFSC по
ТУ 26.60.12-001-43088264-2020 (см.Приложение)**

в составе:

- 1.Моноблок WMP 101- компьютер типа панельный с предустановленным специальным программным обеспечением NeonFSC для обработки и отображения данных медицинского исследования.
2. Регистратор ЭДА.
3. Кабель пациента.
4. Элемент питания типа AAA – 2 шт.
5. Блок питания.
6. Электроды для регистрации ЭДА (EL507, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01106) – не более 100 шт.
7. Руководство по эксплуатации.


Моноблок WMP 101- компьютер типа панельный с предустановленным специальным программным обеспечением NeonFSC для обработки и отображения данных медицинского исследования





Блок питания








Электроды для регистрации ЭДА
Модель EL507



Кабель пациента



Вид Регистратора (справа, слева, снизу)



Элемент питания типа AAA

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 (пять)
листов.



Директор _____

[Handwritten signature in blue ink]