



УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор
ООО «Дигносис»

А.В. Пронин


«27» июля 2020 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


**Стойка электрическая подъемная «Dignosys®» для размещения
тепловизора (Стойка «Dignosys®») по ТУ 32.50.50-002-02498151-2019**




Фотографическое изображение 1 – Вид спереди



Фотографическое изображение 2 – Вид сзади



Фотографическое изображение 3 – Вид сзади (кабели)




Фотографическое изображение 4 – Внешний вид с прикрепленным монитором и тепловизором




Фотографическое изображение 5 – Внешний вид (вид сбоку слева)



Фотографическое изображение 6 – Внешний вид (вид сбоку справа)



Фотографическое изображение 7 – Пульт управления



Фотографическое изображение 8 – Пульт управления (вид сбоку)

Стойка электрическая подъемная «Dignosys®» для размещения тепловизора
по ТУ 32.50.50-002-02498151-2019
Стойка «Dignosys®»
РУ № _____ от _____

Производитель:




ООО «Дигносис»
Тел. +7 (495) 508-0646
E-mail: info@dignosys.com

Место производства:

АО «ЦКБ ИУС» 124498, Россия, город Москва, город Зеленоград,
Георгиевский проспект, дом 5, эт. 5т, пом. I, ком. 14

Серийный номер:





Дата производства:

Электропитание

– напряжение: ~220 В ± 10 %

– частота: 50 Гц

Потребляемый ток: не более 1,5 А



Сделано в России

Фотографическое изображение 4 – Макет маркировки блока стойки

Стойка электрическая подъемная «Dignosys®» для размещения тепловизора
по ТУ 32.50.50-002-02498151-2019
Стойка «Dignosys®»
РУ № _____ от _____

Производитель:



ООО «Дигносис»
Тел. +7 (495) 508-0646
E-mail: info@dignosys.com

Место производства:

АО «ЦКБ ИУС» 124498, Россия, город Москва, город Зеленоград,
Георгиевский проспект, дом 5, эт. 5т, пом. I, ком. 14

Серийный номер:





Дата упаковки:



Сделано в России

Фотографическое изображение 105 – Макет маркировки потребительской тары

Всего пропусков в период с 01.01.2020 по 31.12.2020
4 (четыре) пропусков
9 (девять) пропусков
Итого 13 пропусков

