

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»
В.С. Андреев
2020 г



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы химические многорежимные одноразовые паровой стерилизации ИНТЕСТ-ПФ-Н1

ТУ 9398-049-11764404-2005

[illegible]



Индикаторы

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ МНОГОРЕЖИМНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНТЕСТ-ПФ-Н1

кол-во: 100 шт.

ТУ 9398-049-11764404-2005

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ФСР 2010/07410 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
Для писем: 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
т/ф: +7(495)988-7667; www.vinar.ru; vinar@vinar.ru

ПАРТИЯ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШТАМП ОТК

7087020

ФЕВ 2020



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
 «Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»),
 105094, Россия, Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
 тел./факс: +7(495)988-7667, www.vinar.ru
 Для писем: 105094, Россия, Москва, а/я 26; e-mail: vinar@vinar.ru



ПАРТИЯ	7087020
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	фев 2020
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ МНОГОРЕЖИМНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАРОВОЙ
 СТЕРИЛИЗАЦИИ

ИНТЕСТ-ПФ-Н1

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-049-11764404-2005

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

Рег.уд. № ФСР 2010/07410 от 06.03.2013 г.

Гарантийный срок годности 72 месяца.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Индикаторы химические многорежимные одnorазовые паровой стерилизации ИНТЕСТ-ПФ ТУ 9398-049-11764404-2005
 Индикаторы химические многорежимные одnorазовые паровой стерилизации ИНТЕСТ-ПФ-Н1

Всего прошнуровано и скреплено
печатью

4 лист а

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»

В.С. Андреев

