

### 3.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Рис. 01

### 3.2. ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

Медицинское оборудование класса I (директива 93/42 СЕЕ)

Габариты основы матраца (ВхС)

160х880 мм

Габариты основы матраца у кроватей с фиксированной высотой (А)

550 мм

Габариты основы матраца у кроватей с регулируемой высотой (А)

от 420 до 760 мм

Общие габариты кровати вместе с буферными кольцами

2120х960 мм

Вес


79-167 кг

Максимальная безопасная нагрузка

170 кг

Перемещение тренделенбург / антитренделенбург

около 15°



Вариант с электрическим управлением:

Питание: 230В – 50Гц постоянного тока

Класс I, тип В

Степень защиты: IP 66

Эксплуатация: непрерывная работа макс. 6 минут в час

Соединительная вилка: тип SCHUKO

Рис. 02