



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БЕРИМЕД»

Лейбутин А.П.

«10» января 2019 г.

Макеты индивидуальной и групповой упаковки

**Иглы медицинские двухсторонние для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019**

ООО "Беримед"

Игла медицинская двухсторонняя (вид 1) с камерой визуализации для
забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

_____х_____мм
(условное обозначение)

(_____Gx_____)



"H"

"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично" LOT_____



ООО "Беримед"

Игла медицинская двухсторонняя (вид 2) для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

_____х_____мм
(условное обозначение)

(_____Gx_____)



"H"

"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично" LOT_____



ООО "Беримед"

Игла медицинская двухсторонняя (вид 3) для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

_____х_____мм
(условное обозначение)

(_____Gx_____)



"H"

"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично"

LOT_____



ООО "Беримед"

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для
забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

_____х_____мм
(условное обозначение)


(_____ Gx _____)



"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично" LOT _____  _____ "Н"

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

PY No



"H"

STERILE	EO
---------	----


Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.

Категория трубной иглы: тонкостенные трубы

Производители: ООО «БОРИМЕД»
Крутицкий завод: 129120 г. Москва, ул. Малахов д/п 1, корпус 1,
эт 1 комнаты 101/1)
Место производства: 215850, Смоленская область,
Касинский район, д. Крутицы, ул. Зеленая, д. 16
тел. 1 (495) 659 57 10
www.borimed.ru
Данное учреждение можно связать по адресу: HR@borimed.ru



PY No



"H"

STERILE	EO
---------	----

Стерильно внутри. Алерогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.

Категория трубки иглы, тонкостенные трубки

Игла медицинская двухсторонняя (вид 1)
с камерой визуализации для забора венозной крови
по ТУ 32 50 13-002-34102723-2019

Source: <http://www.fishbase.org>



Категория трубчатых изделий: тонкостенные трубы

Инструкция по применению

1. Наименование изделия: игла медицинская двухсторонняя (вид 2) для забора венозной крови.

2. Синонимы (наименование в русском языке): игла для забора венозной крови.

3. Видимые дефекты: отсутствуют.

4. Проверка целостности упаковки: упаковка должна быть целой, без повреждений.

5. Проверка срока годности: срок годности должен быть не истекшим.

6. Проверка маркировки: маркировка должна быть четкой, без повреждений.

7. Проверка стерильности: игла должна быть стерильной.

8. Проверка функциональности: игла должна быть функциональной.

9. Проверка соответствия: игла должна соответствовать требованиям.

10. Проверка безопасности: игла должна быть безопасной.

11. Проверка качества: игла должна быть качественной.

12. Проверка надежности: игла должна быть надежной.

13. Проверка долговечности: игла должна быть долговечной.

14. Проверка эргономичности: игла должна быть эргономичной.

15. Проверка удобства использования: игла должна быть удобной для использования.

16. Проверка информативности: игла должна быть информативной.

17. Проверка доступности: игла должна быть доступной.

18. Проверка экологичности: игла должна быть экологичной.

19. Проверка безопасности для окружающей среды: игла должна быть безопасной для окружающей среды.

20. Проверка безопасности для здоровья человека: игла должна быть безопасной для здоровья человека.

Игла медицинская двухсторонняя (вид 2)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

 **100 штук**

Стерильно внутри. Алюминий. Никелирование.
Стерилизация: Оксидом этилена.
Одноразовое применение.

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

STERILE EO

Примечание: ООО «ВЕРИМед»
Кредитный адрес: 125039 г. Москва ул. Никольская д.м. 1, корп. 1.
ИНН: 50/001705/01
Место производства: 119050, Саввинское шоссе, д. 10
Исключительный представитель в России: ООО «ВЕРИМед»
г. Москва, ул. Земляной вал, д. 10
тел. 8 (495) 659 02 10
www.verimed.ru

Данный документ является частью комплекта документов, прилагаемых к изделию.



4 627117 392734

Игла медицинская двухсторонняя (вид 2)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

 **100 штук**

Стерильно внутри. Алюминий. Никелирование.
Стерилизация: Оксидом этилена.
Одноразовое применение.

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

STERILE EO

Игла медицинская двухсторонняя (вид 2)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

LOT: _____

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

Игла медицинская двухсторонняя (вид 2)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

100 штук

Стерильно внутри. Асептически. Натянуто.
Стерилизация: Оксидом этилена,
Однократная применение.

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

ТН* **STERILE EO**  

**Игла медицинская двухсторонняя (вид 2)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

Р/у № _____

Упаковка: 100 штук

Стерильно внутри. Асептически, холодно.
Стерилизация: Оксидом этилена.
Содержит иглу приваренную.

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

 **100** штук

"H"   

Игла медицинская двуххлосторонняя (вид 3)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

Игла медицинская

Стерильно внутри. Алергенов. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидант. Этанол.
Специального назначения.

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

Р/У № _____



100 штук

"H" **STERILE EO**  

**Игла медицинская двухсторонняя (вид 3)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

Р/ № _____

«Игла» 100/30/0,5

Стерильно внутри. Алюминий, Нитинол.
Стерилизация Оксидом Этилена.
Однократного применения.

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками



100 штук

"H" STERILE EO  

ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**Игла медицинская двухсторонняя (вид 3)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019**

Итого в упаковке:

Стерильно внутри. Алергено, латексно.
Стерилизация: Оксидант. Эпигло.
Однократного применения.

Категория трубки: иголь. поместитель: трубка

Р/У № _____

 **100** штук

"H"   

Игла медицинская двухсторонняя для забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2

изготовитель: МНГ «Интран»

Стерильная внутри. Аллергеном, Нетоксично, Стерилизующий Оксидом Этиленом, Однократного применения.

Категория трубки иглы, тонкостенные трубки

**Игла медицинская двухсторонняя (вид 3)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019**

(С) Издательство ООО «Био-Альянс»

LOT _____

 _____

 _____

Категория трубки истек: тонкостенные трубки

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

1. Стерильно внутри. Алюминиево-латексное. Стерилизация: Оксидант Этанол. Одноразового применения.

2. Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

100 штук

"H" STERILE EO

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

1. Стерильно внутри. Алюминиево-латексное. Стерилизация: Оксидант Этанол. Одноразового применения.

2. Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

100 штук

"H" STERILE EO

Производитель: ООО «БЕЛМАД»
Юридический адрес: 125035, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1, корпус 1, эт. 1 комната (181/1)
Место производства: 211610, Смоленская область, Калининский район, д. Кичино, ул. Звеничая, 16
тел: 8 (495) 608 57 92
WWW.BELMAD.RU

Данные инструкции можно скачать по адресу: belmad.ru/instrukcii

4 62117 392734

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

1. Стерильно внутри. Алюминиево-латексное. Стерилизация: Оксидант Этанол. Одноразового применения.

2. Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

100 штук

"H" STERILE EO

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

RU № _____

1. Стерильно внутри. Алюминиево-латексное. Стерилизация: Оксидант Этанол. Одноразового применения.

2. Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

100 штук

"H" STERILE EO

ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

"H"

STERILE	EO
---------	----

4 627117 392734

"1"

STERILE	EO
---------	----

Категория труб и иглы, тонкостенные трубы

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 13 Приказов листа
(ов)

Генеральный директор
ООО «Беримед»
А.П. Лейбутин



**Игла медицинская двухсторонняя (вид 1)
с камерой визуализации для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

ПУ № _____

0,6x25мм (23Gx1")

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.



100 штук

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

"H" **STERILE** **EO**  

Игла медицинская двухсторонняя (вид 1)
с камерой визуализации для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

РУ № _____

0,6x25 мм (23Gx1")

Стерильно внутри. Алирогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.



100 штук

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

"H" **STERILE** **EO**  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Наденьте жгут примерно на ширину ладони (7,5 см) выше предполагаемого места венепункции, затяните жгут;
2. Снимите футляр (нижний и верхний колпачок) с двухсторонней иглы, затем снимите защитную резинку с иглы для прокола пробки и вверните иглу в держатель до упора;
3. Введите систему держатель-игла в вену пациента;
4. Зафиксируйте держатель левой рукой, правой возьмите пробирку и вставьте её крышкой в держатель;
5. Удерживая выступы держателя указательным и средним пальцем правой руки, большим пальцем наденьте пробирку на иглу до упора;
6. Извлеките пробирку из держателя после заполнения ее до номинального объема. При необходимости вставьте в держатель следующую пробирку и повторите действия, меняя пробирку необходимое число раз;
7. После окончания венепункции для утилизации иглы, используйте специальные отверстия в емкостях для колющих и режущих медицинских отходов класса Б, иглу необходимо выкрутить из держателя.

Иглы должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течении всего срока годности. Не стерилизовать вторично. При хранении не подвергать воздействию крайне высоких или низких температур, влажности и солнечного света.

Хранение и транспортирование:

Хранить при температуре от -50°C до +40°C

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C

«Н» — условный знак для инструментов
из нержавеющей стали

STERILE EO

— стерилизовано Оксидом
Этилена



— не использовать
повторно



— не использовать, если
упаковка повреждена



— условное обозначение обратитесь
к инструкции по эксплуатации

Производитель: ООО «БЕРИМЕД»

Юридический адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1, корпус 1,
эт. 1 комната (101/1)

Место производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зеленая, д. 16
тел: 8 (495) 659 57 10

WWW.BERIMED.RU

Данную инструкцию можно скачать по адресу <https://berimed.ru/instrukcii>



Игла медицинская двухсторонняя (вид 1)
с камерой визуализации для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,6x25 мм (23Gx1")


 LOT 01032020

 03-2025

 03-2020

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки





Игла медицинская двусторонняя (вид 4)
с камерой визуализации для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

ПУ № _____

0,9 x 25 мм (20Gx1")

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки



100 штук

"H" **STERILE** **EO**  

**Игла медицинская двусторонняя (вид 4)
с камерой визуализации для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,9 x 25 мм (20Gx1")

 **05032020**

 **03-2025**

 **03-2020**

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

**Игла медицинская двусторонняя (вид 4)
с камерой визуализации для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019**

ПУ № _____

0,9 x 25 мм (20Gx1")

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.



100 штук

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

"H" **STERILE** **EO**  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Наденьте жгут примерно на ширину ладони (7,5 см) выше предполагаемого места венепункции, затяните жгут;
2. Снимите футляр (нижний и верхний колпачок) с двухсторонней иглы, затем снимите защитную резинку с иглы для прокола пробки и вверните иглу в держатель до упора;
3. Введите систему держатель-игла в вену пациента;
4. Зафиксируйте держатель левой рукой, правой возьмите пробирку и вставьте её крышкой в держатель;
5. Удерживая выступы держателя указательным и средним пальцем правой руки, большим пальцем наденьте пробирку на иглу до упора;
6. Извлеките пробирку из держателя после заполнения ее до номинального объема. При необходимости вставьте в держатель следующую пробирку и повторите действия, меняя пробирку необходимое число раз;
7. После окончания венепункции для утилизации иглы, используйте специальные отверстия в емкостях для колющих и режущих медицинских отходов класса Б, иглу необходимо выкрутить из держателя.

Иглы должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течении всего срока годности. Не стерилизовать вторично. При хранении не подвергать воздействию крайне высоких или низких температур, влажности и солнечного света.

Хранение и транспортирование:

Хранить при температуре от -50°C до +40°C

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C

“Н” — условный знак для инструментов из нержавеющей стали

STERILE EO

— стерилизовано Оксидом Этилена



— не использовать повторно



— не использовать, если упаковка повреждена



— условное обозначение обратитесь к инструкции по эксплуатации

Производитель: ООО «БЕРИМЕД»
Юридический адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1, корпус 1,
эт.1 комната (101/1)
Место производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы. ул. Зеленая, д. 16
тел: 8 (495) 659 57 10

WWW.BERIMED.RU

Данную инструкцию можно скачать по адресу <https://berimed.ru/instrukcii>



ООО «Беримед»

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для
забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,9 x 25 мм (20Gx1")



"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично"

LOT

05032020



03-2025

"H"





ООО «Беримед»

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для
забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,9 x 25 мм (20Gx1")



"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично"

LOT 05032020

03-2025

"H"

ООО «Беримед»

Игла медицинская двухсторонняя (вид 4) с камерой визуализации для
забора венозной крови по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,9 x 25 мм (20Gx1")



"Стерильно", "Апирогенно", "Нетоксично"

LOT 05032020

03-2025

"H"



**Игла медицинская двухсторонняя (вид 3)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,8 x 25 мм (21Gx1")

Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

ПУ № _____



100 штук

"H" **STERILE** **EO**  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Наденьте жгут примерно на ширину ладони (7,5 см) выше предполагаемого места венепункции, затяните жгут;
2. Снимите футляр (нижний и верхний колпачок) с двухсторонней иглы, затем снимите защитную резинку с иглы для прокола пробки и вверните иглу в держатель до упора;
3. Введите систему держатель-игла в вену пациента;
4. Зафиксируйте держатель левой рукой, правой возьмите пробирку и вставьте её крышкой в держатель;
5. Удерживая выступы держателя указательным и средним пальцем правой руки, большим пальцем наденьте пробирку на иглу до упора;
6. Извлеките пробирку из держателя после заполнения ее до номинального объема. При необходимости вставьте в держатель следующую пробирку и повторите действия, меняя пробирку необходимое число раз;
7. После окончания венепункции для утилизации иглы, используйте специальные отверстия в емкостях для колющих и режущих медицинских отходов класса Б, иглу необходимо выкрутить из держателя.

Иглы должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течении всего срока годности. Не стерилизовать вторично. При хранении не подвергать воздействию крайне высоких или низких температур, влажности и солнечного света.

Хранение и транспортирование:

Хранить при температуре от -50°C до +40°C

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C

"Н" - условный знак для инструментов
из нержавеющей стали

STERILE EO

- стерилизовано Оксидом
Этилена



- не использовать
повторно



- не использовать, если
упаковка повреждена



- условное обозначение обратитесь
к инструкции по эксплуатации

Производитель: ООО «БЕРИМЕД»

Юридический адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1, корпус 1,
эт. 1 комната (101/1)

Место производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы. ул. Зеленая, д. 16
тел: 8 (495) 659 57 10

WWW.BERIMED.RU

Данную инструкцию можно скачать по адресу <https://berimed.ru/instrukcii>



4 627117 392734

**Игла медицинская двухсторонняя (вид 3)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

0,8 x 25 мм (21Gx1")

 **03032020**

 **03-2025**

 **03-2020**

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

**Игла медицинская двухсторонняя (вид 3)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

РУ № _____

0,8 x 25 мм (21Gx1")


Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.



100 штук

Категория трубки иглы: тонкостенные трубки

"H" **STERILE** **EO**  






**Игла медицинская двусторонняя (вид 2)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

1,2 x 38 мм (18Gx1½")

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

РУ № _____



100 штук

"H"

STERILE EO



Производитель: ООО «БЕРИМЕД»

Юридический адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1, корпус 1,
эт. 1 комната (101/1)

Место производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы. ул. Зеленая, д. 16
тел: 8 (495) 659 57 10

WWW.BERIMED.RU

Данную инструкцию можно скачать по адресу <https://berimed.ru/instrukcii>



Игла медицинская двусторонняя (вид 2)
для забора венозной крови
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

1,2 x 38 мм (18Gx1½")

 02032020

 03-2025

 03-2020


Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

**Игла медицинская двусторонняя (вид 2)
для забора венозной крови**
по ТУ 32.50.13-002-34102723-2019

РУ № _____

1,2 x 38 мм (18Gx1½")

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Стерилизация: Оксидом Этилена.
Однократного применения.



100 штук

Категория трубки иглы: трубки с нормальными стенками

"H" **STERILE** **EO**  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Наденьте жгут примерно на ширину ладони (7,5 см) выше предполагаемого места венепункции, затяните жгут;
2. Снимите футляр (нижний и верхний колпачок) с двухсторонней иглы, затем снимите защитную резинку с иглы для прокола пробки и вверните иглу в держатель до упора;
3. Введите систему держатель-игла в вену пациента;
4. Зафиксируйте держатель левой рукой, правой возьмите пробирку и вставьте её крышкой в держатель;
5. Удерживая выступы держателя указательным и средним пальцем правой руки, большим пальцем наденьте пробирку на иглу до упора;
6. Извлеките пробирку из держателя после заполнения ее до номинального объема. При необходимости вставьте в держатель следующую пробирку и повторите действия, меняя пробирку необходимое число раз;
7. После окончания венепункции для утилизации иглы, используйте специальные отверстия в емкостях для колющих и режущих медицинских отходов класса Б, иглу необходимо выкрутить из держателя.

Иглы должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя в крытых отапливаемых складских помещениях в течении всего срока годности. Не стерилизовать вторично. При хранении не подвергать воздействию крайне высоких или низких температур, влажности и солнечного света.

Хранение и транспортирование:

Хранить при температуре от -50°C до +40°C

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C

«Н» — условный знак для инструментов из нержавеющей стали

STERILE EO

— стерилизовано Оксидом Этилена



— не использовать повторно



— не использовать, если упаковка повреждена



— условное обозначение обратитесь к инструкции по эксплуатации



